

PARECER TÉCNICO Nº 453/2018

Fortaleza, 01 de Junho de 2018

De: Manuella Paula Lins -Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais/Comissão de Parecer técnico- HUWC
Para: Izabel Janaina – Setor de Licitação

PARECER TÉCNICO - Item 200 PE 43/2017.

A Comissão de Parecer Técnico de Produtos Para Saúde do Hospital Universitário Walter Cantídio considerando a solicitação de análise de parecer técnico da amostra do produto: Sonda de Gastrostomia com balão em silicone- 3 vias; com diâmetro externo 20 FR e 6.7mm, balão de 15ml de volume. MARCA: WELL LEAD; PE 43/2017, após análise vem considerar:

A empresa razão social **CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA**, CNPJ: 61.418.042/0001-31, encontra-se com cadastro Nº1.01.504-7; ATIVO na ANVISA, com autorização para ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EMBALAR, IMPORTAR e REEMBALAR produtos para saúde e correlatos. Apresentou Alvará Sanitário Vigente até 19/01/2019. **EMPRESA HABILITADA PARA ESTE PREGÃO, 43/2017.**

ITEM 200: AMOSTRA REPROVADA. Na análise da amostra fornecida, verificamos uma divergência do produto apresentado com o descritivo do pregão:


Pregão solicita **SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA COM BALÃO DE 5CC, DIAMETRO EXTERNO DE 6,00 MM e MOVIMENTAÇÃO DA SONDA MARCADA A CADA CENTÍMETRO.**

A amostra oferecida apresenta: **BALÃO COM VOLUME DE 15CC, DIÂMETRO EXTERNO DE 6.7 MM MARCAÇÃO A CADA 2CM.**

Conforme o parecer o produto da marca analisada está **REPROVADO** para uso na instituição. Dessa forma, não serão aceitas as propostas que ofertem o mesmo produto (SONDA DE GASTROSTOMIA 20 FR, COM BALÃO EM SILICONE- 3 VIAS; COM DIÂMETRO EXTERNO 6.7MM, BALÃO DE 15ML DE VOLUME; MARCA: WELL LEAD (REFERENCIA: 127.12.009); FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL Co. Ltd. REPUBLICA POPULAR DA CHINA) para novos pareceres, deste item. Assim desconsiderar as propostas com base neste parecer.

Salientamos que recebemos amostra de 01 unidade do produto e estamos procedendo a devolução da mesma. Estaremos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Manuella Paula Costa da Nóbrega Lins
Comissão de Parecer Técnico de Produtos para Saúde
Hospital Universitário Walter Cantídio /HUWC



Mona Lisa Bruno
Enfermeira COREN 105364
Gestão de Riscos - HUWC

UNIDADE DE LICITAÇÕES
RECEBDO EM: <u>04/06/18</u>
HORA: <u>09:06</u>
ASSINATURA <u>Alexio</u>
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO UFC/EBSERH

Mona Lisa Bruno
Enfermeira Especialista em Vigilância Sanitária
Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais- HUWC
Comissão de Parecer Técnico de Produtos Para Saúde