

**PARECER TÉCNICO Nº 452/2018**

**Fortaleza, 30 de Maio de 2018**

De: Manuella Paula Lins- Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais/Comissão de Parecer técnico- HUWC  
Para: Izabel Janaina Barbosa – Setor de Licitação


**ASSUNTO: PARECER TÉCNICO DO PE 43/2017 - ITEM 227**

A Comissão de Parecer Técnico de Produtos Para Saúde do Hospital Universitário Walter Cantídio considerando a solicitação de análise das amostras do ITEM: SONDA BALÃO DE SENGSTAKEN-BLAKMORE NUM 18 EM LÁTEX RADIOPACO, 03 VIAS, 03 FUROS DISTAIS, 02 BALÕES, GUIA GRADUADA, 100 CM DE COMPRIMENTO, SONDA ESTOMACAL TIPO ESOFAGEANA, ESTÉRIL. ITEM 227, PREGÃO 43/2017, após análise vem considerar:


A empresa MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 21.681.325/0001-57 tem registro Nº 8.01.273-6 (8W31LX31YY5L), ATIVO na ANVISA, com autorização para DISTRIBUIR produtos para saúde e correlatos. Apresentou Alvará Sanitário vigente até 20/02/2019. **EMPRESA HABILITADA PARA ESTE PREGÃO, 43/2017.**

**ITEM 227: AMOSTRA REPROVADA.** A amostra do produto não corresponde ao descritivo do pregão:

- O descritivo do pregão solicita **SONDA BALÃO DE SENGSTAKEN-BLAKMORE NUM 18, 03 FUROS DISTAIS, 100 CM DE COMPRIMENTO** e a amostra do produto apresenta **EXTREMIDADE DISTAL FECHADA COM QUATRO FUROS**, e **aproximadamente 105cm** conforme imagem do produto:



UNIDADE DE LICITAÇÕES
RECEBDO EM: <u>01/06/18</u>
HORA: <u>10:27</u>
ASSINATURA <u>Danielle</u>
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO UFC/EBSERH



Conforme o referido parecer o produto da marca analisada está **REPROVADO** para uso na instituição. Dessa forma não serão aceitas as propostas que ofertem o mesmo produto SONDA PARA VARIZES ESOFÁGICAS TIPO SENGSTAKEN-BLAKMORE, Fabricante: EPSA- ELECTROPLAST S.A- URUGUAI; Marca: BCI MEDICAL; CODIGO: 98251804) para novos pareceres, **deste item**, assim desconsiderar as propostas com base neste parecer.

Salientamos que recebemos a amostra de 01 unidade do produto e estamos procedendo a devolução da mesma.

Considerando as Informações citadas acima, o produto está **REPROVADO** para uso na instituição. Estaremos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

*Manuella Paula C. Nobrega*  
**Manuella Paula Costa da Nobrega Lins**  
Enfermeira Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais- HUWC  
Comissão de Parecer Técnico de Produtos Para Saúde

*Mona Lisa Bruno*  
**Mona Lisa Bruno**  
Enfermeira COREN 105364  
Gerência de Riscos - HUWC

**Mona Lisa Bruno**  
Enfermeira Especialista em Vigilância Sanitária  
Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais- HUWC  
Comissão de Parecer Técnico de Produtos Para Saúde