



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE
 Rua Mariz e Barros, nº 775 - Bairro Maracanã
 Rio de Janeiro-RJ, CEP 20270-001
 - <http://hugg.ebserh.gov.br/>

DFD I - SEI - Área Requisitante

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD – SEI (GERAL)

OBJETO
Descrição sucinta do objeto da contratação/aquisição:
Cateter Central 3 FR, Duplo Lúmen, Estéril - Cateter Central 4FR, Duplo Lúmen, Estéril

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE	
Área Requisitante (Diretoria / Chefia de Divisão): Setor de Suprimentos	
Responsável pela demanda: Risa Maria Guedes da Silva	Matrícula/SIAPE: 3074970
E-mail: ssu.hugg@ebserh.gov.br	Telefone: (21) 2264 6313

IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Nome: Risa Maria Guedes da Silva	Matrícula/SIAPE: 3074970
Cargo: Enfermeira	Lotação: Setor de Suprimentos
E-mail:risa.silva@ebserh.gov.br	Telefone: (27) 999458054
Nome: Marina Lopes Thompson	Matrícula/SIAPE: 3043370
Cargo: Chefe do Setor de Suprimentos	Lotação: Setor de Suprimentos
E-mail: marina.thompson@eserh.gov.br	Telefone: (21) 981746369
...	
Por este instrumento declaro ter ciência da minha indicação como integrante da Comissão de Planejamento formada para contratação/aquisição deste serviço/material, conforme preconiza o art. 41, §2º, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.	
Cientes.	
(assinado eletronicamente) Nome do Integrante Cargo	(assinado eletronicamente) Nome do Integrante Cargo
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	

Os Produto para Saúde solicitados, visam o atendimento dos pacientes internados neste serviço que apresentam gravidade em seu estado geral; sem condição de acesso venoso periférico, necessitando de intervenção cirúrgica para acesso venoso central.

QUANTITATIVOS DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	SIASG	UNIDADE	CONSUMO	TOTAL
1	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 3 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, LÚMEN 22, COMPRIMENTO CERCA 15, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONENTE KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	437465	Un.	3	10
2	CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 4 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, LÚMEN 22, COMPRIMENTO CERCA 20, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COMPONENTE KIT INTRODUTOR COMPLETO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	437296	Un.	3	10

PREVISÃO DE DATA PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/FORNECIMENTO DO MATERIAL

Após o recebimento do referido item.

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Não consta no PAC.

RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

Estará garantindo o atendimento necessário aos pacientes que apresentarem gravidade em seu estado geral sem condição de acesso venoso periférico.

ENCAMINHAMENTO E PARECER

Considerando a relevância e oportunidade do objeto de contratação em relação aos objetivos estratégicos, bem como as necessidades da área requisitante, encaminha-se à autoridade competente da área administrativa, para:

1. decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação;
2. indicar Integrante da área administrativa, se for o caso, para composição da Equipe de Planejamento da Contratação; e

3. instituir a equipe de planejamento da contratação/aquisição, mediante portaria.

(assinado eletronicamente)

Nome do responsável Requisitante

Diretoria / Chefia de Divisão



Documento assinado eletronicamente por **Risa Maria Guedes da Silva, Enfermeiro(a)**, em 29/01/2020, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marina Lopes Thompson, Chefe de Unidade**, em 29/01/2020, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4951974** e o código CRC **D45DAC66**.

Referência: Processo nº 23819.000271/2020-06 SEI nº 4951974