



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

SOLICITANTE: UNIDADE DE ALMOXARIFADO

JUSTIFICATIVA:

CONFORME MEMORANDO Nº 96/2016 E TERMO DE REFERÊNCIA CORRESPONDENTE.

MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
1	AGULHA HIPODÉRMICA 0,45(+/-0,05) X 13 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. CAIXA 100 UNIDADES. . SICAF 279638	2550	UN
2	AGULHA HIPODÉRMICA 0,7 X 25 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. CAIXA 100 UNIDADES. . SICAF 279630	2700	UN
3	AGULHA HIPODÉRMICA 0,7 X 30 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. CAIXA 100 UNIDADES. . SICAF 279632	1000	UN
4	AGULHA HIPODÉRMICA 0,8 X 25 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. CAIXA 100 UNIDADES. . SICAF 279631	2700	UN
5	AGULHA HIPODÉRMICA 1,0 X 30 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. CAIXA 100 UNIDADES. . SICAF 323886	6150	UN
6	AGULHA HIPODÉRMICA 1,2 X 40 MM. CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONADA, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, COM CONEXÃO PERFEITA A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR32. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. CAIXA 100 UNIDADES. . SICAF 279635	1200	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
7	AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO BRAQUIAL A25, 24G. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME A NORMA ISO 9626, A25 G 24 X 1", POSSUI CANHÃO COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO, MANDRIL METÁLICO COM ENCAIXE ANATÔMICO E CAPA PROTETORA PARA A AGULHA, SENDO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL BLISTER. BISEL CURTO ESPECIAL 30°. CANHÃO ERGONÔMICO. COMPRIMENTOS ADEQUADOS DO CABO ELÉTRICO E DO TUBO DE INJEÇÃO. DIÂMETRO INTERNO 0,55 X 25MM. . SICAF 390228	200	UN
8	AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO BRAQUIAL ADULTO A100, 21G. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME A NORMA ISO 9626, A 100 G 21 X 4", POSSUI CANHÃO COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO, MANDRIL METÁLICO COM ENCAIXE ANATÔMICO E CAPA PROTETORA PARA A AGULHA, SENDO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL BLISTER. BISEL CURTO ESPECIAL 30°. CANHÃO ERGONÔMICO. COMPRIMENTOS ADEQUADOS DO CABO ELÉTRICO E DO TUBO DE INJEÇÃO. DIÂMETRO INTERNO 0,80 X 100MM. . SICAF 390225	200	UN
9	AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO BRAQUIAL ADULTO A50, 22G. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CONFORME A NORMA ISO 9626, A 50 22 X 2", POSSUI CANHÃO COM VISOR TRANSLÚCIDO E INTEIRAMENTE CÔNICO, MANDRIL METÁLICO COM ENCAIXE ANATÔMICO E CAPA PROTETORA PARA A AGULHA, SENDO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL BLISTER. BISEL CURTO ESPECIAL 30°. CANHÃO ERGONÔMICO. COMPRIMENTOS ADEQUADOS DO CABO ELÉTRICO E DO TUBO DE INJEÇÃO. DIÂMETRO INTERNO 0,70 X 50 MM. . SICAF 390226	975	UN
10	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO: TAMANHO DE: LARGURA 15 CM X COMPRIMENTO 1,00 M. ELABORADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, COR NATURAL, COM BAIXO TEOR DE IMPUREZAS, TRANSFORMADO EM ROLOS DE MANTA UNIFORME, POSSUINDO CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES ENVOLVIDO EM PAPEL ACETINADO E ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS, PODENDO SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. . SICAF 279731	7500	UN
11	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO: TAMANHO DE: LARGURA 20 CM X COMPRIMENTO 1,00 M. ELABORADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, COR NATURAL, COM BAIXO TEOR DE IMPUREZAS, TRANSFORMADO EM ROLOS DE MANTA UNIFORME, POSSUINDO CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES ENVOLVIDO EM PAPEL ACETINADO E ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS, PODENDO SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. . SICAF 279734	10500	UN
12	ATADURA GESSADA, TAMANHO DE: LARGURA 10 CM X COMPRIMENTO 3 M. CONFECCIONADA COM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% PURO ALGODÃO, COM LIGAMENTO GIRO INGLÊS, ACABAMENTO EM ZIGUE-ZAGUE IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM SULFATO DE CÁLCIO SECO (GESSO COLOIDAL) DERIVADOS DE CELULOSE E SOLVENTES ANIDROS. ISENTA DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO, SECAGEM RÁPIDA DE 3 A 5 MINUTOS, ENROLADAS EM FORMA CONTÍNUA, COM ACABAMENTO QUE EVITE DESFIAMENTO. TODO MATERIAL DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, LIVRE DE RESÍDUOS E IRRITANTES DÉRMICOS, PROPICIAR AMOLDAMENTO SEGURO E FÁCIL MANUSEIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. . SICAF 279306	5700	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
13	ATADURA GESSADA, TAMANHO DE: LARGURA 15 CM X COMPRIMENTO 3 M. CONFECCIONADA COM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% PURO ALGODÃO, COM LIGAMENTO GIRO INGLÊS, ACABAMENTO EM ZIGUE-ZAGUE IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM SULFATO DE CÁLCIO SECO (GESSO COLOIDAL) DERIVADOS DE CELULOSE E SOLVENTES ANIDROS. ISENTA DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO, SECAGEM RÁPIDA DE 3 A 5 MINUTOS, ENROLADAS EM FORMA CONTÍNUA, COM ACABAMENTO QUE EVITE DESFIAMENTO. TODO MATERIAL DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, LIVRE DE RESÍDUOS E IRRITANTES DÉRMICOS, PROPICIAR AMOLDAMENTO SEGURO E FÁCIL MANUSEIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. . SICAF 279308	5250	UN
14	ATADURA GESSADA, TAMANHO DE: LARGURA 20 CM X COMPRIMENTO 4 M. CONFECCIONADA COM TECIDO DE GAZE ESPECIAL 100% PURO ALGODÃO, COM LIGAMENTO GIRO INGLÊS, ACABAMENTO EM ZIGUE-ZAGUE IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM SULFATO DE CÁLCIO SECO (GESSO COLOIDAL) DERIVADOS DE CELULOSE E SOLVENTES ANIDROS. ISENTA DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO, SECAGEM RÁPIDA DE 3 A 5 MINUTOS, ENROLADAS EM FORMA CONTÍNUA, COM ACABAMENTO QUE EVITE DESFIAMENTO. TODO MATERIAL DEVE APRESENTAR TEXTURA SUAVE, LIVRE DE RESÍDUOS E IRRITANTES DÉRMICOS, PROPICIAR AMOLDAMENTO SEGURO E FÁCIL MANUSEIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. . SICAF 279309	2400	RL
15	AVENTAL PARA QUIMIOTERAPIA TAMANHO GRANDE AVENTAL PARA QUIMIOTERAPIA, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO IMPERMEÁVEL LAMINADO COM POLIPROPILENO HIDROFÍLICO. GRAMATURA 50 G/M ² (+ OU - 5 G/M ²). TAMANHO 120CM X 150CM (+ OU - 5CM). COR AZUL, HIPOALERGÊNICO, IMPERMEÁVEL AO ÁLCOOL, RESPIRÁVEL E SEM EMISSÃO DE PARTÍCULAS. MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA E ALÇA. SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA EM OPA. O PRODUTO DEVE ATENDER A NR6 E NR32. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS. . SICAF 237634	980	UN
16	BISTURI DESCARTÁVEL, LÂMINA Nº 10, EM AÇO INOX, AFIADA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS E/OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, CABO EM PLÁSTICO. COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR 32. ESTÉRIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. . SICAF 244718	10200	UN
17	BISTURI DESCARTÁVEL, LÂMINA Nº 11, EM AÇO INOX, AFIADA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS E/OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, CABO EM PLÁSTICO. COM SISTEMA DE SEGURANÇA SEGUNDO NR 32. ESTÉRIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. . SICAF 412834	12000	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
18	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL INFANTIL E UMA BOLSA DE UMA PEÇA, COM PLACA PROTETORA DE PELE, TRANSPARENTE, PROTEGIDA EM PAPEL SILICONIZADO, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA USO PEDIÁTRICO A FIM DE COLETAR EXCRETA DE ESTOMAS. DEVE APRESENTAR PLACA PROTETORA E SELANTE DE PELE, PORÉM ADAPTADA PARA A PELE SENSÍVEL DA CRIANÇA, COMPOSTA DE GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, POLIISOBUTILENO, ÓLEO MINERAL, ACETATO DE VINILETILENO (EVA), CLORETO DE POLIVINILIDENO (PVDC), POLIETILENO E ACETATO DE VINILA. É NECESSÁRIO QUE O ORIFÍCIO INICIAL POSSA SER AMPLIADO PARA ACOMODAR ESTOMAS DE VÁRIOS FORMATOS E TAMANHOS, COM UM DIÂMETRO MÍNIMO DE 8 MM E MÁXIMO DE 50 MM E APRESENTE TELA PERFURADA FIXADA A FACE POSTERIOR DA BOLSA, AUMENTANDO O CONFORTO. DEVE SER CONSTITUÍDA DE FILME PLÁSTICO MACIO, SILENCIOSO E A PROVA DE ODORES E POSSUIR CLIPE DE FECHAMENTO MACIO E MOLDÁVEL PROJETADO PARA USO PEDIÁTRICO. . SICAF 416678	240	UN
19	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,0 MM, EM PVC ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA, RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM, COM LINHA RADIOPACA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL . EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. . SICAF 395913	72	UN
20	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5 MM, EM PVC ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA, RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM, COM LINHA RADIOPACA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL . EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. SICAF: 433157	144	UN
21	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,0 MM, EM PVC ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA, RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM, COM LINHA RADIOPACA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL . EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. . SICAF 423635	144	UN
22	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,5 MM, EM PVC ATÓXICO, COM BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTADO A BALAO PILOTO E VALVULA SELADORA ADAPTAVEL A SERINGA, SILICONIZADA, RADIOPACO, TERMOLABIL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, RESISTENTE AO ACOTOVELAMENTO, COM CONECTOR UNIVERSAL DE 15MM, COM LINHA RADIOPACA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL . EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA. . SICAF 255099	144	UN
23	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,0MM COM BALÃO - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC TERMOSENSÍVEL, DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE, COM BALÃO PRÉ- MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO CONTROLE COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER- LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR 15MM GIRATÓRIO, PLACA (ASA) DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO."LÁTEX FREE". . SICAF 255926	96	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
24	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,5MM COM BALÃO - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC TERMOSENSÍVEL, DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE, COM BALÃO PRÉ- MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO CONTROLE COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER- LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR 15MM GIRATÓRIO, PLACA (ASA) DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO."LÁTEX FREE". . SICAF 255102	120	UN
25	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,0MM COM BALÃO - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC TERMOSENSÍVEL, DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE, COM BALÃO PRÉ- MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO CONTROLE COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER- LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR 15MM GIRATÓRIO, PLACA (ASA) DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO."LÁTEX FREE". . SICAF 255101	180	UN
26	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,5MM COM BALÃO - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC TERMOSENSÍVEL, DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE, COM BALÃO PRÉ- MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO CONTROLE COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER- LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR 15MM GIRATÓRIO, PLACA (ASA) DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO."LÁTEX FREE". . SICAF 255106	180	UN
27	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 9,0MM COM BALÃO - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC TERMOSENSÍVEL, DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE, COM BALÃO PRÉ- MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO CONTROLE COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER- LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR 15MM GIRATÓRIO, PLACA (ASA) DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO."LÁTEX FREE". . SICAF 255107	180	UN
28	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 9,5MM COM BALÃO - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC TERMOSENSÍVEL, DESCARTÁVEL E TRANSPARENTE, COM BALÃO PRÉ- MOLDADO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO CONTROLE COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E ENCAIXE PARA SERINGAS LUER E LUER- LOCK, PONTA RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, MANDRIL AUXILIAR A INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM PONTA OLIVAR, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, CONECTOR 15MM GIRATÓRIO, PLACA (ASA) DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE FIXAÇÃO."LÁTEX FREE". . SICAF 255097	96	UN
29	EQUIPO PARA INFUSAO, EM PVC, ATOXICO, SILICONIZADO, ESTERIL, PARA USO EM ARTROSCOPIA OU QUALQUER PROCEDIMENTO MEDICO-CIRURGICO EM QUE SEJA NECESSARIO FLUXO DE IRRIGACAO CONTINUA, COMPOSTO DE CAMARA GOTEJADORA, ESTRANGULADORES EM TODOS OS NIVEIS P/ CONTROLE DE FLUXO, PONTA DE LATEX EM 2 (DUAS) VIAS, PONTA PERFURANTE, CINTA PARA AJUSTAR O CONJUNTO AO IRRIGADOR E CAPA TUBULAR PLASTICA PARA O CHICOTE (CAMISINHA). DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA ABERTURA ADEQUADA. . SICAF 386406	360	UN
30	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, ESTÉRIL, CONTENDO CONECTOR (COM TAMPA PROTETORA), COM PONTA BISELADA ADAPTÁVEL A FRASCO DE VIDRO OU AMPOLA PLÁSTICA, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, SUSPIRO/RESPIRO, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS, TUBO CONECTOR VINÍLICO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,50 M DE EXTENSÃO, COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL COM BORRACHA CICATRIZANTE (RESISTENTE ATÉ 40 PERFURAÇÕES), PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CONECTOR LUER (UNIVERSAL), ADAPTÁVEL À QUALQUER DISPOSITIVO INFUSÃO. . SICAF 411643	183000	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
31	FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50METROS EMBALADA INDIVIDUALMENTE - FITA ADESIVA HOSPITALAR, APLICAÇÃO MULTIUSO. LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 (+/-) M. MATERIAL CREPE, COR BRANCA OU BEGE, MONOFACE. . SICAF 278970	14550	RL
32	FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 5 X 10CM - FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 5CM X 10M. CONFECCIONADA EM DUAS FACES: DORSO DE NÃO TECIDO E FACE A BASE DE ACRÍLICO. HIPOALERGENICO, TENDO BOA ADERÊNCIA (MESMO EM PRESENÇA DE SUOR) E FIXAÇÃO. CORTE BIDIRECIONAL. SEM IRRITANTES DÉRMICOS. ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. FÁCIL MANUSEIO. APRESENTADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA PROTETORA. . SICAF 281523	8550	RL
33	ISOLADOR DE PRESSÃO (ARTERIAL E VENOSA) PARA MAQUINA DE HEMODIALISE, CONSTITUIDO DE MEMBRANA HIDROFOBICA E HIDROREPELENTE, MATERIAL PLÁSTICO USO UNICO, DESCARTAVEL, ATOXICO, ESTERELIZADO E APIROGÊNICO. EMBALAGEM INTEGRAL QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSEPTICA, COM DADOS DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. . SICAF 318871	28800	UN
34	LINHA DE SANGUE ARTERIAL ADULTO PARA MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE AUTOMÁTICAS DE PROPORÇÃO, COM SEGMENTO DE BOMBA COM 280MM DE EXTENSÃO, DIÂMETRO EXTERNO DE 12 MM E INTERNO DE 8 MM. ,SENSOR DE PRESSÃO COM CONECTOR LUER, EXTENSÃO PARA SORO COM CLAMP (PINÇA), PONTO DE INJEÇÃO, TAMPINHAS DE PROTEÇÃO DE CLAMPS NA EXTENSÃO DA LINHA PRÓXIMA AO CONECTOR LUER PARA ADAPTAR A AGULHA DE FÍSTULA E NA SAÍDA DO CATABOLHA, ESTERILIZADA E APIROGÊNICA, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. . SICAF 406720	14400	UN
35	LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO EXTRAPEQUENO. CONFECCIONADA EM LATEX, ANATOMICA, AMBIDESTRA, LUFRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL EM QUANTIDADE ADEQUADA, RESISTENTE, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO. DESCARTAVEL.NAO ESTERIL. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES . DEVE ATENDER A RDC 55 DE 04/11/2011. SICAF 269891	7230	UN
36	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM VINIL, SEM TALCO, SEM AMIDO, ALTA DURABILIDADE, ANTIALÉRGICA, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, COM REGISTRO NA ANVISA, COM NUMERO DO CA NA EMBALAGEM E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. . SICAF 304173	25000	UN
37	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM VINIL, SEM TALCO, SEM AMIDO, ALTA DURABILIDADE, ANTIALÉRGICA, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, COM REGISTRO NA ANVISA, COM NUMERO DO CA NA EMBALAGEM E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. . SICAF 304174	50000	UN
38	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM VINIL, SEM TALCO, SEM AMIDO, ALTA DURABILIDADE, ANTIALÉRGICA, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, COM REGISTRO NA ANVISA, COM NUMERO DO CA NA EMBALAGEM E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. . SICAF 304175	60000	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
39	SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO POR SUCCÃO 3,2 MM - FABRICADO EM PVC/SILICONE, KIT FECHADO CONTENDO CÂNULA DE AÇO 3,2 MM 1/8``, COM PROTEÇÃO NA PONTA, DRENO RADIOPACO, MULTIPERFURADO; CONECTOR EM Y, TUBO EXTENSOR COM CLAMP E RESERVATÓRIO SANFONADO GRADUADO, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML. SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE PERMITA MOBILIDADE DO PACIENTE, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 279577	220	UN
40	SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO POR SUCCÃO 4,8 MM - FABRICADO EM PVC/SILICONE, KIT FECHADO CONTENDO CÂNULA DE AÇO 4,8 MM 3/16``, COM PROTEÇÃO NA PONTA, DRENO RADIOPACO, MULTIPERFURADO; CONECTOR EM Y, TUBO EXTENSOR COM CLAMP E RESERVATÓRIO SANFONADO GRADUADO, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML. SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE PERMITA MOBILIDADE DO PACIENTE, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 279578	180	UN
41	SISTEMA DE DRENAGEM FECHADO POR SUCCÃO 6,4 MM - FABRICADO EM PVC/SILICONE, KIT FECHADO CONTENDO CÂNULA DE AÇO 6,4 MM 1/4``, COM PROTEÇÃO NA PONTA, DRENO RADIOPACO, MULTIPERFURADO; CONECTOR EM Y, TUBO EXTENSOR COM CLAMP E RESERVATÓRIO SANFONADO GRADUADO, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 ML. SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE PERMITA MOBILIDADE DO PACIENTE, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 279579	60	UN
42	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 34 COM FRASCO DE 2000 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONSTITUÍDO DE UM FRASCO CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 2000 ML, COM ESCALA GRADUADO, COM FITA PARA CONTROLE DE DRENAGEM. TAMPA EM POLIPROPILENO, EM SISTEMA DE ROSCA, PROVIDA DE DOIS ORIFÍCIOS: SENDO UMA PARA SELO DE ÁGUA E OUTRA PARA EXTENSÃO DE LÁTEX, CLAMP, CONECTOR UNIVERSAL E ALÇA PARA DEAMBULAÇÃO, SISTEMA DE RESPIRO COM FILTRO PROTETOR CONTRA ENTRADA DE PARTÍCULA EXTERNA; UM DRENO FLEXÍVEL: CATETER CALIBRE NÚMERO 34, COM MARCAÇÃO NUMÉRICA, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, RADIOPACO, MULTIPERFURADO NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA EXTENSÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DUPLA, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. . SICAF 284076	270	KT



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
43	<p>SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 38 COM FRASCO DE 2000 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONSTITUÍDO DE UM FRASCO CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 2000 ML, COM ESCALA GRADUADO, COM FITA PARA CONTROLE DE DRENAGEM. TAMPA EM POLIPROPILENO, EM SISTEMA DE ROSCA, PROVIDA DE DOIS ORIFÍCIOS: SENDO UMA PARA SELO DE ÁGUA E OUTRA PARA EXTENSÃO DE LÁTEX, CLAMP, CONECTOR UNIVERSAL E ALÇA PARA DEAMBULAÇÃO, SISTEMA DE RESPIRO COM FILTRO PROTETOR CONTRA ENTRADA DE PARTÍCULA EXTERNA; UM DRENO FLEXÍVEL: CATETER CALIBRE NÚMERO 38, COM MARCAÇÃO NUMÉRICA, CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, RADIOPÁCO, MULTIPERFURADO NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA EXTENSÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL DUPLA, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013).</p> <p>. SICAF 284087</p>	90	KT
44	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, COM VÁLVULA Nº04, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO UBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA EVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E SER CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE DE 12 FR. COM VÁLVULA. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>. SICAF 289970</p>	2400	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
45	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, COM VÁLVULA Nº12, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO UBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA EVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E SER CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA, COM AS SÉGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE DE 12 FR. COM VÁLVULA. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. . SICAF 373735	24000	UN
46	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, COM VÁLVULA Nº14, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO UBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA EVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E SER CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA, COM AS SÉGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE DE 12 FR. COM VÁLVULA. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SICAF 289968	18000	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
47	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, COM VÁLVULA Nº16, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA, SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUÍDISTANTES DE FORMA A COBRIR TODO O DIÂMETRO DO UBO. TAIS ORIFÍCIOS SÃO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL SE APRESENTA EVIDAMENTE ACABADA E FIXADA NELA UM DISPOSITIVO CONECTOR OU VÁLVULA EM Y. O DISPOSITIVO DEVERÁ SER MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E SER CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA, COM AS SÉGUINTE DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 50 CM, CALIBRE DE 12 FR. COM VÁLVULA. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>. SICAF 389960</p>	6000	UN
48	<p>SONDA DE FOLEY Nº 12 DUAS VIAS COM BALÃO APROXIMADAMENTE 30ML - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO , DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA C/ VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO,SISTEMA DE DRENAGEM CONECTAVEL A BOLSAS COLETORAS, QUE NÃO PROVOQUEM VAZAMENTOS , BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, PONTA ATRAUMÁTICA, PROPRIEDADE ATÓXICA, MALEÁVEL E LISA, ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, EFICIENTE E BEM ACABADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM. NA SONDA DEVERA APRESENTAR CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL DE FACIL VISUALIZACAO E DE CARATER PERMANENTE.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E REEMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSEPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA/ MS.VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES APÓS A ENTREGA. SICAF 277016</p>	300	UN
49	<p>SONDA DE FOLEY Nº 14 DUAS VIAS COM BALÃO APROXIMADAMENTE 30ML- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO , DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA C/ VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO,SISTEMA DE DRENAGEM CONECTAVEL A BOLSAS COLETORAS, QUE NÃO PROVOQUEM VAZAMENTOS , BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, PONTA ATRAUMÁTICA, PROPRIEDADE ATÓXICA, MALEÁVEL E LISA, ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, EFICIENTE E BEM ACABADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM. NA SONDA DEVERA APRESENTAR CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL DE FACIL VISUALIZACAO E DE CARATER PERMANENTE.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E REEMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSEPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA/ MS.VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES APÓS A ENTREGA. SICAF 277017</p>	1440	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
50	SONDA DE FOLEY Nº 18 TRÊS VIAS COM BALÃO DE APROXIMADAMENTE 30 ML- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO QUE POSSIBILITE MANTER O FLUXO CONTÍNUO DA SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO; VIA PARA CONEXÃO DA EXTENSÃO E A VIA DE INTRODUÇÃO DO SORO COM DIÂMETRO ADEQUADO PARA ENCAIXE PERFEITO DO EQUIPO; VIA DO BALÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO;BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, PONTA ATRAUMÁTICA,MALEÁVEL E LISA, ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, EFICIENTE E BEM ACABADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM.NA SONDA DEVERA APRESENTAR CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL DE FACIL VISUALIZACAO E DE CARATER PERMANENTE.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E REEMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSEPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 277024	240	UN
51	SONDA DE FOLEY Nº 22 DUAS VIAS COM BALÃO DE APROXIMADAMENTE 30ML - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO , DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA C/ VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO,SISTEMA DE DRENAGEM CONECTÁVEL A BOLSAS COLETORAS, QUE NÃO PROVOQUEM VAZAMENTOS , BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, PONTA ATRAUMÁTICA, PROPRIEDADE ATÓXICA, MALEÁVEL E LISA, ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, EFICIENTE E BEM ACABADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM. NA SONDA DEVERA APRESENTAR CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL DE FACIL VISUALIZACAO E DE CARATER PERMANENTE.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E REEMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSEPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA/ MS.VALIDADE SUPERIOR A 12 MESES APÓS A ENTREGA. SICAF 277021	300	UN
52	SONDA DE FOLEY Nº 22 TRÊS VIAS COM BALÃO DE APROXIMADAMENTE 30 ML- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO QUE POSSIBILITE MANTER O FLUXO CONTÍNUO DA SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO; VIA PARA CONEXÃO DA EXTENSÃO E A VIA DE INTRODUÇÃO DO SORO COM DIÂMETRO ADEQUADO PARA ENCAIXE PERFEITO DO EQUIPO; VIA DO BALÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO;BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, PONTA ATRAUMÁTICA, MALEÁVEL E LISA, ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, EFICIENTE E BEM ACABADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM.NA SONDA DEVERA APRESENTAR CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL DE FACIL VISUALIZACAO E DE CARATER PERMANENTE.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E REEMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSEPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF 277026	240	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
53	SONDA DE FOLEY Nº 24 TRÊS VIAS COM BALÃO DE APROXIMADAMENTE 30 ML- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX SILICONIZADO QUE POSSIBILITE MANTER O FLUXO CONTÍNUO DA SOLUÇÃO DE IRRIGAÇÃO; VIA PARA CONEXÃO DA EXTENSÃO E A VIA DE INTRODUÇÃO DO SORO COM DIÂMETRO ADEQUADO PARA ENCAIXE PERFEITO DO EQUIPO; VIA DO BALÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO;BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, PONTA ATRAUMÁTICA, MALEÁVEL E LISA, ORIFÍCIO LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, EFICIENTE E BEM ACABADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40CM.NA SONDA DEVERA APRESENTAR CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL DE FACIL VISUALIZACAO E DE CARATER PERMANENTE.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO E REEMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSEPTICA CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF 277027	120	UN
54	SONDA DE MALECOT Nº 10, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADO EM LÁTEX SILICONIZADA, FLEXÍVEL, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 30 E 40 CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE DISTAL EM FORMA AFLORADA DE 04 ASAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 246693	120	UN
55	SONDA DE MALECOT Nº 12, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADO EM LÁTEX SILICONIZADA, FLEXÍVEL, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 30 E 40 CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE DISTAL EM FORMA AFLORADA DE 04 ASAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 245323	300	UN
56	SONDA DE MALECOT Nº 14, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADO EM LÁTEX SILICONIZADA, FLEXÍVEL, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 30 E 40 CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE DISTAL EM FORMA AFLORADA DE 04 ASAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 247265	160	UN
57	SONDA DE MALECOT Nº 16, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADO EM LÁTEX SILICONIZADA, FLEXÍVEL, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 30 E 40 CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE DISTAL EM FORMA AFLORADA DE 04 ASAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 247266	240	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
58	SONDA DE MALECOT Nº 18, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADO EM LÁTEX SILICONIZADA, FLEXÍVEL, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 30 E 40 CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE DISTAL EM FORMA AFLORADA DE 04 ASAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 373942	120	UN
59	SONDA DE MALECOT Nº 20, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADO EM LÁTEX SILICONIZADA, FLEXÍVEL, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 30 E 40 CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE DISTAL EM FORMA AFLORADA DE 04 ASAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 295384	120	UN
60	SONDA DE MALECOT Nº 22, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADO EM LÁTEX SILICONIZADA, FLEXÍVEL, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 30 E 40 CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE DISTAL EM FORMA AFLORADA DE 04 ASAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 373943	120	UN
61	SONDA DE MALECOT Nº 24, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADO EM LÁTEX SILICONIZADA, FLEXÍVEL, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 30 E 40 CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE DISTAL EM FORMA AFLORADA DE 04 ASAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 291961	120	UN
62	SONDA DE MALECOT Nº 26, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, CONFECCIONADO EM LÁTEX SILICONIZADA, FLEXÍVEL, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 30 E 40 CM DE COMPRIMENTO, EXTREMIDADE DISTAL EM FORMA AFLORADA DE 04 ASAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 298074	120	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
63	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 06, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E EQUIPO DE SORO, COM TAMPA. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE EQUIDISTANTES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF: 435903	1440	UN
64	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 08, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E EQUIPO DE SORO, COM TAMPA. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE EQUIDISTANTES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF: 435904	720	UN
65	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 10, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E EQUIPO DE SORO, COM TAMPA. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE EQUIDISTANTES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF: 435906	600	UN
66	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 12, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E EQUIPO DE SORO, COM TAMPA. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE EQUIDISTANTES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF: 435907	600	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
67	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 14, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E EQUIPO DE SORO, COM TAMPA. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE EQUIDISTANTES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF: 435908	840	UN
68	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 16, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E EQUIPO DE SORO, COM TAMPA. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE EQUIDISTANTES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF: 435909	720	UN
69	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 18, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E EQUIPO DE SORO, COM TAMPA. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE EQUIDISTANTES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF: 435910	720	UN
70	SONDA GÁSTRICA LONGA Nº 22, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL MAS NÃO DOBRÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 1,20 MTS DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL. CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS E EQUIPO DE SORO, COM TAMPA. EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, ABERTA ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE QUATRO ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE EQUIDISTANTES. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A MARCAÇÃO DE COMPRIMENTO GRAVADO EXTERNAMENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF: 435912	600	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
71	SONDA URETRAL Nº 04, (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC SILICONIZADA ATÓXICO E TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, FLEXÍVEL, APIRGOGÊNICA, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS PRÓXIMOS A EXTREMIDADE PROXIMAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, CALIBRE Nº 04. INDICADO PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF 274254	3000	UN
72	SONDA URETRAL Nº 08, (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC SILICONIZADA ATÓXICO E TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, FLEXÍVEL, APIRGOGÊNICA, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS PRÓXIMOS A EXTREMIDADE PROXIMAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, CALIBRE Nº 04. INDICADO PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF 274252	12000	UN
73	SONDA URETRAL Nº 10, (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC SILICONIZADA ATÓXICO E TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, FLEXÍVEL, APIRGOGÊNICA, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS PRÓXIMOS A EXTREMIDADE PROXIMAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, CALIBRE Nº 04. INDICADO PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF 278681	3000	UN
74	SONDA URETRAL Nº 16, (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC SILICONIZADA ATÓXICO E TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, FLEXÍVEL, APIRGOGÊNICA, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS PRÓXIMOS A EXTREMIDADE PROXIMAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, CALIBRE Nº 04. INDICADO PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF 278684	1440	UN
75	SONDA URETRAL Nº 20, (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC SILICONIZADA ATÓXICO E TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, FLEXÍVEL, APIRGOGÊNICA, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS PRÓXIMOS A EXTREMIDADE PROXIMAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, CALIBRE Nº 04. INDICADO PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). SICAF 282610	1440	UN



Hospital de Clínicas / UFTM
Pedido de Compra de Materiais ou Serviços
87/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.
76	SONDA URETRAL Nº 22, (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC SILICONIZADA ATÓXICO E TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, FLEXÍVEL, APIRGOGÊNICA, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS PRÓXIMOS A EXTREMIDADE PROXIMAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO, CALIBRE Nº 04. INDICADO PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONSONÂNCIA COM AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (RDC 16 DE 28/03/2013). . SICAF 250602	1440	UN
77	TUBO EXTENSOR, COMPRIMENTO 3M, APLICAÇÃO ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES, EM PVC CRISTAL / SILICONIZADO, TRANSPARENTE, ESTÉRIL. EXTENSOR COM CONECTOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTÉRIL. . SICAF 267367	42000	UN

OBSERVAÇÕES:

NÃO HÁ!

Autorizo Aquisição, ____/____/____

Em 23/03/2016

Requisitante: SETOR DE SUPRIMENTOS

Gerente Administrativo

Responsável

Superintendente