



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
HOSPITAL DE CLÍNICAS
UNIDADE DE LICITAÇÕES

ESCLARECIMENTO Nº 082/2018/LICITAÇÃO/HC/UFTM

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23127.000073/2019-99 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 01/2019 – AQUISIÇÃO DE GÁS HÉLIO EM ESTADO LÍQUIDO (500L) E GASOSO (5M³) PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

Cuida-se de pedido de esclarecimento para o edital do pregão eletrônico SRP nº 01/2019, dirigido via e-mail às 09h57min na data de 15/04/2019 à Unidade De Licitações Do Hospital De Clínicas Da Universidade Federal Do Triângulo Mineiro pela empresa MESSER BRASIL.

DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE

O presente pedido tem fundamento no art. 19 do Decreto nº 5.450/2005 e também no subitem 5.3 (esclarecimento) do Instrumento Convocatório, a saber:

5.3. “Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, **até o dia 22/04/2019, conforme Art. 19 do Decreto 5.450/2005, das 08:00 às 17:00 horas**, através do e-mail questionamento.hctm@ebserh.gov.br.

A abertura da sessão de lances do referido pregão está prevista para o dia 25/04/2019 às 08h33min, logo o mencionado pedido está TEMPESTIVO.

DOS PONTOS QUESTIONADOS:

“Prezados, bom dia!

Ao analisarmos o edital, nos deparamos com o objeto, constituído de 01 conjunto, contemplando o fornecimento de gás Hélio Líquido e Hélio Gasoso.

Ocorre que, o fornecimento não poderá ser considerado como conjunto, já que haverão duas notas fiscais distintas, para produtos distintos.

O objeto deve constar:

Item 01 – Hélio líquido – 500 litros

Item 02 – Hélio Gasoso, **PUREZA 4.5** (O EDITAL NÃO MENCIONA e se o produto for de pureza inferior, danificará o equipamento) – 5 m³

Outro questionamento:

O edital não menciona provável mês de abastecimento.

Tal informação é imprescindível para que as empresas possam se organizar com a importação do produto.

No aguardo.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
HOSPITAL DE CLÍNICAS
UNIDADE DE LICITAÇÕES

ESCLARECIMENTO Nº 082/2018/LICITAÇÃO/HC/UFTM

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23127.000073/2019-99 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 01/2019 – AQUISIÇÃO DE GÁS HÉLIO EM ESTADO LÍQUIDO (500L) E GASOSO (5M³) PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

Kelly C. Gomes
Coordenadora de Licitações
Mercado Público

Messer Brasil

Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 65 - Bairro Japi
Jundiaí - SP - Brasil - CEP: 13.212-240
Tel.: (11) 2136-2745
www.messer-br.com”

DA ANÁLISE E RESPOSTA:

Por se tratar de assunto eminentemente técnico o pedido de esclarecimento foi encaminhado para o Setor de Engenharia Clínica do HC/UFTM, sendo obtido o seguinte parecer, conforme segue:

“Prezada Erika/Carlos, segue abaixo respostas aos questionamentos da empresa Messer Brasil.

1. Quanto ao questionamento sobre o fornecimento em conjunto do Hélio Líquido e Hélio Gasoso:

Conforme requisitado em edital, o fornecimento dos Hélio líquido e gasoso precisa ser fornecido em conjunto devido necessidade do serviço de abastecimento ser simultâneo, pois o compressor do hélio gasoso está com baixa pressão, correndo o risco de provocar quench, e o tanque de hélio líquido do equipamento está com 60% da sua capacidade.

2. Quanto ao questionamento da pureza mínima de fornecimento do Hélio gasoso, favor adicionar o item “1.3” ao termo de referência/edital, conforme redação abaixo em **vermelho**:

“1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a **Aquisição de Gás Hélio em estado líquido (500L) e gasoso (mínimo 5m³) para Ressonância Magnética** da Unidade de Diagnóstico por Imagem do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC/UFTM).

1.2. A aquisição do Gás Hélio será através de Processo de Pregão Eletrônico Lei 10.520/2002.

1.3. O Hélio gasoso deverá ter grau de pureza mínima de 99,999% (hélio ultra puro), conforme requisitado pelo fabricante do equipamento.”

3. Quanto ao questionamento do mês provável de abastecimento:

Considerar mês 07, Julho de 2019.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
HOSPITAL DE CLÍNICAS
UNIDADE DE LICITAÇÕES

ESCLARECIMENTO Nº 082/2018/LICITAÇÃO/HC/UFTM

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23127.000073/2019-99 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 01/2019 – AQUISIÇÃO DE GÁS HÉLIO EM ESTADO LÍQUIDO (500L) E GASOSO (5M³) PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

Atenciosamente,

CARLOS BATISTA MIRANDA NETO
Engenheiro Mecânico
Infraestrutura Física / Engenharia Clínica
EBSERH / HC-UFTM
Tel.: (34) 3318-5645
(34) 99145-1987
Av. Getulio Guaritá 330 - Abadia
Cep: 38025-440
Uberaba/MG”

DA DECISÃO:

Dessa forma, de acordo com o parecer acima descrito, resta esclarecido o questionamento recebido, sendo o Pregão republicado com novas datas de abertura para propostas e para lances.

Uberaba (MG), 26 de abril de 2019.

Carlos Alexandre de Moraes
Pregoeiro da Unidade de Licitação do HC/UFTM