



**ROTINA OPERACIONAL PADRÃO
CENTRAL DE EQUIPAMENTOS**

ROP Nº EN10.03
DATA: 2013
REVISÃO: Original

**TROCA DE CONEXÕES DOS VENTILADORES EM USO
NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO**

FINALIDADE:

Otimizar a rotina de troca das conexões dos ventiladores em uso nas unidades de internação e garantir um controle rigoroso do seu tempo de uso.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO:

Central de equipamentos e unidades de internação

COMPETÊNCIA:

Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Regulamento interno e protocolo da CCIH

NORMAS:

- Cada turno de serviço da Central de Equipamentos (CE) deverá ser responsável por realizar o controle de troca das conexões dos equipamentos do Hospital de Clínicas.
- A equipe de enfermagem da unidade onde será efetuada a troca das conexões deverá responsabilizar-se pela ventilação do cliente durante a realização da troca.
- A troca de conexões compreende as seguintes peças acondicionadas em um Kit específico: traquéias, copos coletores, jarra umidificadora e intermediário. Também são trocados o equipo e a água destilada e filtros HME quando indicado.
- O enfermeiro da unidade deverá ser comunicado da necessidade da troca, a fim de informar à CE o momento oportuno para isso ou justificar a impossibilidade de realizá-la conforme programado. Caso isso ocorra a troca deverá ser efetuada o mais rápido possível.
- O controle dessas trocas deverá ser registrado em impresso próprio, que deverá ser afixado em local visível no equipamento e no mapa de trocas da CE, não deixando ultrapassar o décimo dia de uso.
- A troca das conexões deverá ser feita rotineiramente a cada 7 dias ou na presença de sujidade, independente do equipamento ter sido utilizado ou não.
- Os ventiladores em uso deverão ser substituídos a cada 30 dias, ou seja, na quarta troca do circuito.

AGENTE	AÇÃO	NÃO CONFORMIDADE
Enfermeiro da CE	<ul style="list-style-type: none">• Confeccionar mapa de controle das trocas• Conferir diariamente as trocas agendadas.• Checar a realização ou não da troca programada.	<ul style="list-style-type: none">• Caso não seja cumprido o agendamento remarcar com a equipe da CE.
Enfermagem da Central de Equipamentos	<ul style="list-style-type: none">• Fazer a programação das trocas do dia.• Realizar a troca das conexões programadas.• Afixar o protocolo de troca no aparelho.• Registrar o procedimento no mapa de controle.• Comunicar com a enfermeira da	<ul style="list-style-type: none">• Caso a troca não tenha sido realizada conforme programado, reagendá-la o mais breve possível justificando o motivo da não realização da troca na passagem de plantão.

	<p>unidade para marcar o horário da troca.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferir qual equipamento está sendo usado (marca e modelo). • Montar o circuito necessário na CE e acondicioná-lo na caixa para transporte. • Dirigir-se à unidade levando a caixa com as conexões esterilizadas e a embalagem para colocar as conexões usadas. • Efetuar a troca. • Encaminhar as conexões usadas para a área de reprocessamento de material da CE. <ul style="list-style-type: none"> • Anotar a troca realizada e o aprazamento de nova troca. 	
<p>Enfermeiro, técnico de enfermagem da unidade de internação.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estabelecer prazo para troca com a equipe da CE. • Acompanhar o procedimento de troca oferecendo suporte ventilatório ao cliente. 	

APROVAÇÃO:

Elaborado por

Aprovado chefia imediata

Aprovação final