



UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
SERGIPE



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Rua Cláudio Batista, 505 - Bairro Palestina
Aracaju-SE, CEP 49060-108
- <http://huufs.ebserh.gov.br/>

Termo de Referência - SEI

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1. Registro de Preço, pelo prazo de 12 meses, visando a eventual e futura aquisição de **Materiais Médico-Hospitalares – COMPRESSA DE GAZE, LUVAS CIRÚRGICAS, CATETER E OUTROS** - para atender às necessidades do **Hospital Universitário de Sergipe/ EBSEH**, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A aquisição dos materiais deste termo é de extrema necessidade para atendimento das demandas dos diversos setores/unidades e serviços do Hospital Universitário de Sergipe quanto a realização de diversos procedimentos assistenciais realizados no atendimento aos clientes.

2.2. Os descritivos contidos no Termo de Referência em anexo foram definidos a partir da Lista de Materiais Padronizados no HU/UFS/ EBSEH, atualizada em janeiro/2020 e disponível no endereço eletrônico <http://siga.huufs.ebserh.net>. A partir do catálogo padronizado de produtos para saúde, disponível no endereço eletrônico <http://www.ebserh.gov.br/saude/catalogo-de-produtos-para-saude>.

2.3. Foi elaborado um levantamento baseado na média estimada de consumo baseada no sistema GENUS do Hospital Universitário de Sergipe. Optou-se por se fazer o referido certame através de Sistema de Registro de Preço, uma vez que tais materiais são de difícil definição prévia do quantitativo a ser demandado, em função das características desta instituição (Hospital-Escola), a imprevisibilidade do consumo em função do atendimento assistencial a pacientes com as mais diversas patologias e devido à frequência das aquisições, em conformidade com o **artigo 3º, incisos III e IV, do Decreto nº 7.892/2013**. Para a aquisição dos itens 47,48,55,56 e 58 levou-se em consideração a circulação do coronavírus - 19 no estado de Sergipe quanto a assistência respiratória, demanda evidenciada pela unidade de reabilitação

3. DAS CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADE ESTIMADA E VALOR DE REFERÊNCIAS

3.1. Tabela contendo características, quantidade estimada e valor de referências:

ITEM	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	UASG SOLICITANTE	QUANTITATIVO TOTAL
1	ALGODÃO HIDRÓFILO - EMBALAGEM ROLO COM 500 GRAMAS. COM FIBRAS 100% ALGODÃO, MACIO E ABSORVENTE, NÃO ESTÉRIL, EM CAMADA EM FORMA DE ROLO COM ESPESURA UNIFORME MÍNIMA DE 1,5 CM REGULARMENTE COMPACTO COM CAPACIDADE DE RETRAÇÃO DE ASPECTO HOMOGÊNEO, O ROLO DEVERÁ RECEBER UM SEGUNDO ENVOLTÓRIO QUE OFEREÇA COMPLETA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E OUTRAS SUJIDADES. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR: BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	PACOTE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	3.800
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	2.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	1.000
			TOTAL	6.800
2	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,80	UNIDADE	155017 -	2.200

	M APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO 10CM X 180CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. CONTENDO NA EMBALAGEM NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.		HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	1.000
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	200
			TOTAL	3.400
3	ATADURA DE CREPE, 100% ALGODÃO, ROLO COM 10 CM X 1.8 (+/- 0,5) M (EM REPOUSO) , COM TRAMA REGULAR FECHADA, COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , COM AS BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE MÍNIMA DE 75%, SEM FIOS SOLTOS OU SUJIDADE, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	14.400
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	10.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	15.000
			TOTAL	39.400
4	ATADURA DE CREPE, 100% ALGODÃO, ROLO COM 15 CM X 1.8 (+/- 0,5) M (EM REPOUSO) , COM TRAMA REGULAR FECHADA, COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , COM AS BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE MÍNIMA DE 75%, SEM FIOS SOLTOS OU SUJIDADE, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	14.880
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	15.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	18.000
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	1.500
			TOTAL	49.380
5	ATADURA DE CREPE, 100% ALGODÃO, ROLO COM 20 CM X 1.8 (+/- 0,5) M (EM REPOUSO) , COM TRAMA REGULAR FECHADA, COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , COM AS BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE MÍNIMA DE 75%, SEM FIOS SOLTOS OU SUJIDADE, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	22.000
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	15.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	800
			TOTAL	37.800

6	ATADURA DE CREPE, 100% ALGODÃO, ROLO COM 30 CM X 1.8 (+/- 0,5) M (EM REPOUSO) , COM TRAMA REGULAR FECHADA, COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , COM AS BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE MÍNIMA DE 75%, SEM FIOS SOLTOS OU SUJIDADE, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	7.600
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	1.000
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	500
			TOTAL	9.100
7	ATADURA GESSADA, COM ROLO MEDINDO 06 CM X 03 M , IMPREGNADA COM SULFATO DE CÁLCIO SECO (GESSO COLOIDAL), CONFECCIONADA EM TECIDO/GAZE COMUM (GAZE ESTABILIZADA), GESSO COM COMPONENTES QUÍMICOS NA PROPORÇÃO ADEQUADA, COM LATERAL DE CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO E CONSEQUENTEMENTE GARROTEAMENTO NA APLICAÇÃO, COR BRANCA, TEMPERATURA DA ÁGUA DE SATURAÇÃO 20 A 25 GRAUS CENTÍGRADOS, TEMPO DE IMERSÃO DE 02 SEGUNDOS, SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ENROLADA EM FORMA CONTÍNUA, EM TUBO PLÁSTICO, ENVOLVIDA COM PAPEL PARAFINADO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO E ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, ATENDER NBR 14852. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	200
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	200
			TOTAL	400
8	ATADURA GESSADA, COM ROLO MEDINDO 10 CM X 03 M , IMPREGNADA COM SULFATO DE CÁLCIO SECO (GESSO COLOIDAL), CONFECCIONADA EM TECIDO/GAZE COMUM (GAZE ESTABILIZADA), GESSO COM COMPONENTES QUÍMICOS NA PROPORÇÃO ADEQUADA, COM LATERAL DE CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO E CONSEQUENTEMENTE GARROTEAMENTO NA APLICACAO, COR BRANCA, TEMPERATURA DA ÁGUA DE SATURAÇÃO 20 A 25 GRAUS CENTÍGRADOS, TEMPO DE IMERSÃO DE 02 SEGUNDOS, SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ENROLADA EM FORMA CONTÍNUA, EM TUBO PLÁSTICO, ENVOLVIDA COM PAPEL PARAFINADO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO E ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, ATENDER NBR 14852. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	200
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	200
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	100
			TOTAL	500
9	ATADURA GESSADA, COM ROLO MEDINDO 15 CM X 03 M , IMPREGNADA COM SULFATO DE CÁLCIO SECO (GESSO COLOIDAL), CONFECCIONADA EM TECIDO/GAZE COMUM (GAZE ESTABILIZADA),	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	200

	<p>GESSO COM COMPONENTES QUÍMICOS NA PROPORÇÃO ADEQUADA, COM LATERAL DE CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO E CONSEQUENTEMENTE GARROTEAMENTO NA APLICAÇÃO, COR BRANCA, TEMPERATURA DA ÁGUA DE SATURAÇÃO 20 A 25 GRAUS CENTÍGRADOS, TEMPO DE IMERSÃO DE 02 SEGUNDOS, SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ENROLADA EM FORMA CONTÍNUA, EM TUBO PLÁSTICO, ENVOLVIDA COM PAPEL PARAFINADO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO E ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, ATENDER NBR 14852. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.</p>		<p>155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ</p> <p>500</p>	
			<p>155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS</p> <p>100</p>	
			TOTAL	800
10	<p>ATADURA GESSADA, COM ROLO MEDINDO 20 CM X 03 M, IMPREGNADA COM SULFATO DE CÁLCIO SECO (GESSO COLOIDAL), CONFECCIONADA EM TECIDO/GAZE COMUM (GAZE ESTABILIZADA), GESSO COM COMPONENTES QUÍMICOS NA PROPORÇÃO ADEQUADA, COM LATERAL DE CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO E CONSEQUENTEMENTE GARROTEAMENTO NA APLICAÇÃO, COR BRANCA, TEMPERATURA DA ÁGUA DE SATURAÇÃO 20 A 25 GRAUS CENTÍGRADOS, TEMPO DE IMERSÃO DE 02 SEGUNDOS, SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS, ENROLADA EM FORMA CONTÍNUA, EM TUBO PLÁSTICO, ENVOLVIDA COM PAPEL PARAFINADO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO E ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, ATENDER NBR 14852. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.</p>	UNIDADE	<p>155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE</p> <p>2.200</p>	
			<p>155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ</p> <p>500</p>	
			<p>155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS</p> <p>100</p>	
			TOTAL	2.800
11	<p>BANDAGEM DE ALGODÃO E RAYON TIPO USO TECIDO ELÁSTICO, COM ADESIVO MICROPOROSO, TAMANHO 10 X 450 CM, 10 CM DE LARGURA, 450 CM DE COMPRIMENTO COM ADESIVO DE BORRACHA. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO ANVISA</p>	UNIDADE	<p>155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE</p> <p>250</p>	
			<p>155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA</p> <p>15</p>	
			TOTAL	265
12	<p>CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 28 CM, COM ALÇA OU FITA RADIOPACA, COM MÍNIMO DE 18 CM. COMPRESSA PRÉ LAVADAS, COM 4 CAMADAS FIXADAS ENTRE SI, NA COR BRANCA, EM 100% ALGODÃO, 15 FIOS POR CM². BORDAS REBATIDAS COM ACABAMENTO UNIFORME E CANTOS ARREDONDADOS, TRAMA REGULAR E SEM DESPRENDIMENTO DE FIOS; TEXTURA MACIA E ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES, ÓPTICOS OU SUBSTÂNCIA ALERGÊNICA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA E SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE</p>	PACOTE	<p>155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE</p> <p>2.600</p>	
			<p>155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ</p> <p>3.500</p>	
			<p>155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA</p> <p>50.000</p>	
			TOTAL	56.100

	DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO ANVISA. PACOTE COM 5 UNIDADES. REGISTRO ANVISA			
13	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL. APLICAÇÃO: USO OFTALMOLÓGICO. CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO, MEDIDAS DE 1,40 CM X 1,30 CM, COM BOLSA MEDINDO 30 CM X 30 CM. REPELENTE A FLUIDOS, COM BAIXO ÍNDICE DE FLAMABILIDADE E BAIXO ÍNDICE DE DESPENDIMENTO DE PARTÍCULAS. ANTIESTÁTICO E ISENTO DE LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME LEGISLAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. ACEITA-SE PARA VARIAÇÃO NO COMPRIMENTO E LARGURA DE 5 CM. REGISTRO ANVISA	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	200
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	400
			TOTAL	600
14	CATETER TIPO ÓCULOS - TAMANHO ADULTO, 2,10M, APLICAÇÃO: OXIGENOTERAPIA. TUBO EM PVC FLEXÍVEL, PRONGA EM SILICONE COM CONTORNO ARREDONDADO. A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO, ADAPTADOR CONECTOR UNIVERSAL. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME LEGISLAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	8.200
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	5.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	8.400
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	2.000
			TOTAL	23.600
15	CATETER TIPO ÓCULOS - TAMANHO PEDIÁTRICO, 2,10 M, APLICAÇÃO: OXIGENOTERAPIA. TUBO EM PVC FLEXÍVEL, PRONGA EM SILICONE COM CONTORNO ARREDONDADO. A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO, ADAPTADOR CONECTOR UNIVERSAL. DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO CONFORME LEGISLAÇÃO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	1.600

16	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (TIPO I) MEDINDO APROXIMADAMENTE: 23 X 25 CM, COMPOSTA DE 4 CAMADAS DE GAZE HIDRÓFILA (100% PURO ALGODÃO), 15 FIOS/CM². FIO RADIOPACO. BORDAS REBATIDAS COM ACABAMENTO UNIFORME E CANTOS ARREDONDADOS, TRAMA REGULAR E SEM DESPRENDIMENTO DE FIOS; TEXTURA MACIA E ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES, ÓPTICOS OU SUBSTÂNCIA ALERGÊNICA. COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM FORMATO DE ALÇA DE SEGURANÇA. NÃO ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PACOTE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	3.000
17	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (TIPO I) MEDINDO APROXIMADAMENTE: 50 X 45 CM, COMPOSTA DE 4 CAMADAS DE GAZE HIDRÓFILA (100% PURO ALGODÃO), 15 FIOS/CM². FIO RADIOPACO. BORDAS REBATIDAS COM ACABAMENTO UNIFORME E CANTOS ARREDONDADOS, TRAMA REGULAR E SEM DESPRENDIMENTO DE FIOS; TEXTURA MACIA E ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES, ÓPTICOS OU SUBSTÂNCIA ALERGÊNICA. COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM FORMATO DE ALÇA DE SEGURANÇA. NÃO ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PACOTE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	6.310
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	6.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	6.000
			TOTAL	18.310
18	COMPRESSA ALGODONADA ESTÉRIL, 10 X 15 CM (VARIAÇÃO A SER ACEITA DE 5 CM NA LARGURA OU COMPRIMENTO) - CURATIVO CIRÚRGICO CONSTITUÍDO POR UMA MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFOLO (NÃO ABSORVENTE) ISENTO DE IMPUREZAS E POR UMA MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFILO (ABSORVENTE), AMBAS ENVOLTAS POR UM TECIDO DE GAZE HIDRÓFILA. A CAMADA DE ALGODÃO HIDRÓFILO TEM COMO FUNÇÃO ABSORVER SANGUE E EXSUDATOS. DEVE SER COLOCADO COM A PARTE HIDRÓFILA EM CONTATO COM O PACIENTE. EMBALAGEM ADEQUADA, SEGURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	15.000

19	COMPRESSA ALGODONADA ESTÉRIL, 15 X 30 CM (VARIAÇÃO A SER ACEITA DE 5 CM NA LARGURA OU COMPRIMENTO) - CURATIVO CIRÚRGICO CONSTITUÍDO POR UMA MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFOLO (NÃO ABSORVENTE) ISENTO DE IMPUREZAS E POR UMA MANTA DE ALGODÃO HIDRÓFILO (ABSORVENTE), AMBAS ENVOLTAS POR UM TECIDO DE GAZE HIDRÓFILO. A CAMADA DE ALGODÃO HIDRÓFILO TEM COMO FUNÇÃO ABSORVER SANGUE E EXSUDATOS, ENQUANTO A CAMADA DE ALGODÃO HIDRÓFOTO TEM O OBJETIVO DE EVITAR A PASSAGEM DE SECREÇÕES, DANDO MELHOR APARÊNCIA AOS CURATIVOS. EMBALAGEM ADEQUADA, SEGURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	28.000
20	COMPRESSA GAZE, TIPO QUEIJO, LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS, 3 DOBRAS, 13 FIOS/CM2, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. ISENTA DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES OPTICOS, NÃO ESTÉRIL, COM PERFEITA UNIFORMIDADE, BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LIQUIDOS. COR BRANCA E MACIA. DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO A NBR ABNT 14108. REGISTRO ANVISA.	PACOTE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	200
21	CONJUNTO PARA DRENAGEM DE TÓRAX. DRENO DE TÓRAX CALIBRE Nº 20, FRASCO PVC RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 1000 ML E TAMPA ROSCA COM 3 VIAS, TRANSPARENTE, GRADUAÇÃO A CADA 50 OU 100 ML, DE CARÁTER PERMANENTE, COM BASE RETA PARA ASSEGURAR A ESTABILIDADE DO MESMO NO SOLO; TUBO EXTENSOR EM PVC, SILICONIZADO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO, PINÇA CLAMP. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COM FIO RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, HIPOALERGÊNICO, TIPO PVC TRANSPARENTE, OU SIMILIAR ADEQUADO, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA EXTENSÃO, COM CONECTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO OU SIMILIAR ATÓXICO, PARA CONECTAR - SE NO TUBO EXTENSOR, EMBALADO SEPARADAMENTE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DUPLA E ESTÉRIL.REGISTRO NA ANVISA	CONJUNTO	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	15
22	CONJUNTO PARA DRENAGEM DE TÓRAX. DRENO DE TÓRAX CALIBRE Nº 32, FRASCO PVC RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 1000 ML E TAMPA ROSCA COM 3 VIAS, TRANSPARENTE, GRADUAÇÃO A CADA 50 OU 100 ML, DE CARÁTER PERMANENTE, COM BASE RETA PARA ASSEGURAR A ESTABILIDADE DO MESMO NO SOLO; TUBO EXTENSOR EM PVC, SILICONIZADO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO, PINÇA CLAMP. ESTÉRIL,	CONJUNTO	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	60
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	100
			TOTAL	160

	DESCARTÁVEL COM FIO RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, HIPOALERGÊNICO, TIPO PVC TRANSPARENTE, OU SIMILIAR ADEQUADO, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA EXTENSÃO, COM CONECTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO OU SIMILIAR ATÓXICO, PARA CONECTAR - SE NO TUBO EXTENSOR, EMBALADO SEPARADAMENTE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DUPLA E ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA			
23	CONJUNTO PARA DRENAGEM DE TÓRAX. DRENO DE TÓRAX CALIBRE Nº 34 , FRASCO PVC RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 1000 ML E TAMPA ROSCA COM 3 VIAS, TRANSPARENTE, GRADUAÇÃO A CADA 50 OU 100 ML, DE CARÁTER PERMANENTE, COM BASE RETA PARA ASSEGURAR A ESTABILIDADE DO MESMO NO SOLO; TUBO EXTENSOR EM PVC, SILICONIZADO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO, PINÇA CLAMP. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COM FIO RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, HIPOALERGÊNICO, TIPO PVC TRANSPARENTE, OU SIMILIAR ADEQUADO, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA EXTENSÃO, COM CONECTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO OU SIMILIAR ATÓXICO, PARA CONECTAR - SE NO TUBO EXTENSOR, EMBALADO SEPARADAMENTE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DUPLA E ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA	CONJUNTO	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	100
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	100
			TOTAL	200
24	CONJUNTO PARA DRENAGEM DE TÓRAX. DRENO DE TÓRAX CALIBRE Nº 36 , FRASCO PVC RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 1000 ML E TAMPA ROSCA COM 3 VIAS, TRANSPARENTE, GRADUAÇÃO A CADA 50 OU 100 ML, DE CARÁTER PERMANENTE, COM BASE RETA PARA ASSEGURAR A ESTABILIDADE DO MESMO NO SOLO; TUBO EXTENSOR EM PVC, SILICONIZADO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO, PINÇA CLAMP. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL COM FIO RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, APIROGÊNICO, HIPOALERGÊNICO, TIPO PVC TRANSPARENTE, OU SIMILIAR ADEQUADO, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, UNIFORME EM TODA EXTENSÃO, COM CONECTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO OU SIMILIAR ATÓXICO, PARA CONECTAR - SE NO TUBO EXTENSOR, EMBALADO SEPARADAMENTE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DUPLA E ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA	CONJUNTO	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	120
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	150
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	180
			TOTAL	450
25	DRENO DE SUÇÃO, COM DIÂMETRO DE 3.2 MM , COM 02 (DOIS) CATETERES, ISOLADOS OU EM CONTINUIDADE, SILICONIZADOS, COM MÚLTIPLOS ORIFÍCIOS, 01 (UMA) OU 02 (DUAS) AGULHA (S) CORTANTE(S), SEMI-CURVA(S), ROBUSTA(S), COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL (IS) AO(S) CATETER(ES). TUBO DE ASPIRAÇÃO COM CONECTOR OU INTERMEDIÁRIO DE 02 (DUAS) OU 03 (TRÊS) VIAS, PINÇA DE CLAMPAGEM,	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	220
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	200

	RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO RESISTENTE SANFONADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400ML, PRÓPRIA PARA DRENAGEM COM PRESSÃO NEGATIVA ("À VACUO"), COM 02 (DOIS) ORIFÍCIOS, SENDO UM DELES COM TAMPA E O OUTRO (SEM TAMPA) COM DIÂMETRO COMPATÍVEL COM O TUBO DE ASPIRAÇÃO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL, ENVOLVIDO EM EMBALAGEM QUE PERMITA A SUA ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.		155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	180
			TOTAL	600
26	DRENO DE SUCÇÃO, COM DIÂMETRO DE 4.8 MM , COM 02 (DOIS) CATETERES, ISOLADOS OU EM CONTINUIDADE, SILICONIZADOS, COM MÚLTIPLOS ORIFÍCIOS, 01 (UMA) OU 02 (DUAS) AGULHA(S) CORTANTE(S), SEMI-CURVA(S), ROBUSTA(S), COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL (IS) AO(S) CATETER(ES). TUBO DE ASPIRAÇÃO COM CONECTOR OU INTERMEDIÁRIO DE 02 (DUAS) OU 03 (TRÊS) VIAS, PINÇA DE CLAMPAGEM, RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO RESISTENTE SANFONADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400ML, PRÓPRIA PARA DRENAGEM COM PRESSÃO NEGATIVA ("À VACUO"), COM 02 (DOIS) ORIFÍCIOS, SENDO UM DELES COM TAMPA E O OUTRO (SEM TAMPA) COM DIÂMETRO COMPATÍVEL COM O TUBO DE ASPIRAÇÃO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL, ENVOLVIDO EM EMBALAGEM QUE PERMITA A SUA ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	480
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	200
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	360
			TOTAL	1.040
27	DRENO DE SUCÇÃO, COM DIÂMETRO DE 6.4 MM , COM 02 (DOIS) CATETERES, ISOLADOS OU EM CONTINUIDADE, SILICONIZADOS, COM MÚLTIPLOS ORIFÍCIOS, 01 (UMA) OU 02 (DUAS) AGULHA (S) CORTANTE(S), SEMI-CURVA(S), ROBUSTA(S), COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, ADAPTÁVEL (IS) AO(S) CATETER(ES). TUBO DE ASPIRAÇÃO COM CONECTOR OU INTERMEDIÁRIO DE 02 (DUAS) OU 03 (TRÊS) VIAS, PINÇA DE CLAMPAGEM, RESERVATÓRIO DE PLÁSTICO RESISTENTE SANFONADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400ML, PRÓPRIA PARA DRENAGEM COM PRESSÃO NEGATIVA ("À VACUO"), COM 02 (DOIS) ORIFÍCIOS, SENDO UM DELES COM TAMPA E O OUTRO (SEM TAMPA) COM DIÂMETRO COMPATÍVEL COM O TUBO DE ASPIRAÇÃO. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL, ENVOLVIDO EM EMBALAGEM QUE PERMITA A SUA ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	180
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	150
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	120
			TOTAL	450
28	DRENO LAMINAR, TIPO PENROSE, Nº 01 (6 MM +/- 1), ESTÉRIL. EM LÁTEX ATÓXICO, FORMATO TUBULAR EM TODA A SUA EXTENSÃO. APRESENTANDO ELASTICIDADE ADEQUADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ISENTO DE TALCO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	60
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	100
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	240

			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	60
			TOTAL	460
29	DRENO LAMINAR, TIPO PENROSE, Nº 02 (6 MM +/-1), ESTÉRIL. EM LÁTEX ATÓXICO, FORMATO TUBULAR EM TODA A SUA EXTENSÃO. APRESENTANDO ELASTICIDADE ADEQUADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ISENTO DE TALCO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	60
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	100
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	360
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	60
			TOTAL	580
30	DRENO LAMINAR, TIPO PENROSE, Nº 03 (6 MM +/-1), ESTÉRIL. EM LÁTEX ATÓXICO, FORMATO TUBULAR EM TODA A SUA EXTENSÃO. APRESENTANDO ELASTICIDADE ADEQUADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ISENTO DE TALCO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	80
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	100
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	100
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	60
			TOTAL	340
31	DRENO LAMINAR, TIPO PENROSE, Nº 04 (6 MM +/-1), ESTÉRIL. EM LÁTEX ATÓXICO, FORMATO TUBULAR EM TODA A SUA EXTENSÃO. APRESENTANDO ELASTICIDADE ADEQUADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ISENTO DE TALCO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	80
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	100
			TOTAL	180
32	DRENO CIRÚRGICO, TIPO SUÇÃO TIPO BLAKE 19 FR , MATERIAL SILICONE, COMPONENTES COM 4 CANAIS, COM TROCARTE 1/4', COMPONENTES ADICIONAIS CENTRO RÍGIDO, FORMA CILÍNDRICA, TAMANHO 19FR, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE ACIMA DE 100 ML, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA E SEM	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	120
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	5
			TOTAL	125

	LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA			
33	GAZE EM COMPRESSA HIDRÓFILA, ESTÉRIL, MEDINDO 15 X 10 CM (DIMENSÃO FECHADA E 10 X 60 CM (DIMENSÃO ABERTA)), COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ALGODÃO HIDRÓFILO BRANQUEADO, PURIFICADO, ENVOLVIDA POR UMA CAMADA DE GAZE CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, BRANQUEADO, PURIFICADO, COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM ² , LIVRE DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, FALHAS OU FIOS SOLTOS, COBRINDO TODA A EXTENSÃO DO ALGODÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA ASSÉPTICA E SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	15.000
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	10.000
			TOTAL	25.000
34	GAZE EM COMPRESSA, ESTÉRIL, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS. COR BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO. ISENTA DE IMPUREZAS, ALVEJANTES ÓTICOS, CORANTE CORRETIVOS, SUBSTÂNCIAS GORDURAS E AMIDOS. TRAMA REGULAR, CORTADA E DOBRADA E DISPOSTA DE FORMA UNIFORME. ACABAMENTO REGULAR, SEM DESPRENDIMENTO DE FIOS. APRESENTAR ALTA ABSORÇÃO, SEM FIO RADIOPACO. EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, COM ABERTURA EM PÉTALA, ASSÉPTICA E SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 COMPRESSAS.	PACOTE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	280.000
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	280.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	300.000
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	60.000
			TOTAL	920.000
35	GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO, ISENTA DE RESÍDUO E IMPUREZAS E PRODUTOS TÓXICOS, PROMOVER ABSORÇÃO SEGURA, TRAMA REGULAR, CORTADA, DOBRADA E DISPOSTA DE FORMA UNIFORME, ACABAMENTO REGULAR E SEM DESPRENDIMENTO DE FIOS. EMBALAGEM RESISTENTE, SEGURA, DE FÁCIL ABERTURA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500 COMPRESSAS.	PACOTE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	1.100
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	2.400
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	240
			TOTAL	3.740
36	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO PEQUENO (P). NÃO ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRA, ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE. TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE,	CAIXA	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	15.000

	ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. PUNHO AJUSTADO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE COM INDICAÇÃO DE ABERTURA PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO NA ANVISA.		155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	15.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	100
			TOTAL	30.100
37	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIO (M). NÃO ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRA, ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE. TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. PUNHO AJUSTADO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE COM INDICAÇÃO DE ABERTURA PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO NA ANVISA.	CAIXA	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	19.600
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	15.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	2.600
			TOTAL	37.200
38	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE (G). NÃO ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRA, ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE. TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. PUNHO AJUSTADO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE COM INDICAÇÃO DE ABERTURA PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO NA ANVISA.	CAIXA	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	6.800
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	10.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	300
			TOTAL	17.100
39	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, CONFECCIONADA EM VINIL, TAMANHO PEQUENO (P). NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE A TRAÇÃO SEM PROVOCAR ESTIRAMENTO. FORMATO AMBIDESTRA, ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. PUNHO AJUSTADO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE COM INDICAÇÃO DE ABERTURA PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO NA ANVISA.	CAIXA	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	300
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	300
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	100
			TOTAL	700

40	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,5. ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME E RESISTENTE A TRAÇÃO SEM PROVOCAR ESTIRAMENTO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTADO COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR UM AJUSTE PERFEITO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA E INFORMAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL.	PAR	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	6.000
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	30.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	18.000
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	12.000
			TOTAL	66.000
41	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,0. ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME E RESISTENTE A TRAÇÃO SEM PROVOCAR ESTIRAMENTO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTADO COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR UM AJUSTE PERFEITO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA E INFORMAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICO VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL.	PAR	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	85.000
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	50.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	24.000
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	24.000
			TOTAL	183.000
42	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,5 ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME E RESISTENTE A TRAÇÃO SEM PROVOCAR ESTIRAMENTO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTADO COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR UM AJUSTE PERFEITO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA E INFORMAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. APRESENTAR	PAR	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	62.000
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	50.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	36.000
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	12.000

	REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICO VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL.		TOTAL	160.000
43	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,0. ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME E RESISTENTE A TRAÇÃO SEM PROVOCAR ESTIRAMENTO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTADO COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR UM AJUSTE PERFEITO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA E INFORMAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	PAR	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	22.000
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	10.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	36.000
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	4.800
			TOTAL	72.800
44	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,5. ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME E RESISTENTE A TRAÇÃO SEM PROVOCAR ESTIRAMENTO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. FORMATO ANATÔMICO, PUNHO AJUSTADO COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR UM AJUSTE PERFEITO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA E INFORMAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM EXTERNA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CA VÁLIDO NO ATO DA ENTREGA DO MATERIAL.	PAR	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	6.500
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	5.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	2.400
			TOTAL	13.900
45	MALHA DE 100% ALGODÃO. TUBULAR MEDINDO 15 CM DE LARGURA, ROLO COM 25 M DE COMPRIMENTO. TRAMA REGULAR, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	200
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	200
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	30
			TOTAL	430

46	MALHA DE 100% ALGODÃO. TUBULAR MEDINDO 20 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. TRAMA REGULAR, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSAO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	350
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	200
			TOTAL	550
47	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO COM RESERVATÓRIO E DE NÃO-REINALAÇÃO. EM FORMATO ANATÔMICO, MATERIAL TRANSPARENTE, MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX. CLIPE EM ALUMÍNIO PARA MELHOR AJUSTE, TIRAS DE FIXAÇÃO ELÁSTICAS AJUSTÁVEIS. TUBOS DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 200 CM. CONECTOR PADRÃO, POSSUIR VÁLVULAS ANTI REFLUXO QUE IMPEDEM A REINALAÇÃO UNIDIRECIONAL (INSPIRATÓRIA E EXPIATÓRIA). OBS: COMPATÍVEL COM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM TERMODESINFECTADORA, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE 85 °C.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	250
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	100
			TOTAL	350
48	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO COM RESERVATÓRIO E DE NÃO-REINALAÇÃO. EM FORMATO ANATÔMICO, MATERIAL TRANSPARENTE, MALEÁVEL, ISENTO DE LÁTEX. CLIPE EM ALUMÍNIO PARA MELHOR AJUSTE, TIRAS DE FIXAÇÃO ELÁSTICAS AJUSTÁVEIS. TUBOS DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 200 CM. CONECTOR PADRÃO. POSSUIR VÁLVULAS ANTI REFLUXO QUE IMPEDEM A REINALAÇÃO UNIDIRECIONAL (INSPIRATÓRIA E EXPIATÓRIA). OBS: COMPATÍVEL COM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM TERMODESINFECTADORA, QUE SUPORTE TEMPERATURA DE 85 °C.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	80
49	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	1.200
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	6.000
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	20.000
			TOTAL	27.200
50	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	2.800

	E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA		155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	2.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	3.600
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	20.000
			TOTAL	28.400
51	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	3.000
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	5.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	1.500
			TOTAL	9.500
52	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	6.500
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	10.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	4.000
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	300
			TOTAL	20.800
53	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	4.500
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	5.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	2.500

			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	100
			TOTAL	12.100
54	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16. EM PVC SILICONIZADO CRISTAL, FLEXÍVEL. PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS. ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	2.200
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	2.000
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	120
			155906 - MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	100
			TOTAL	4.420
55	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 MODELO PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, INFANTIL, COM CONEXÃO EM COTOVELO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E RADIOPACA, GRADUADA DE CENTÍMETRO EM CENTÍMETRO COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA; CONECTOR EM Y COM DUPLO (PIVÔS GIRATÓRIOS) PARA CONEXÃO EM TUBO ENDOTRAQUEAL DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO; VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL, COM MDI (AEROSOL TERAPIA).	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	500
56	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 MODELO PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, INFANTIL, COM CONEXÃO EM COTOVELO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E RADIOPACA, GRADUADA DE CENTÍMETRO EM CENTÍMETRO COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A SONDA; CONECTOR EM Y COM DUPLO (PIVÔS GIRATÓRIOS) PARA CONEXÃO EM TUBO ENDOTRAQUEAL DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO; VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL, COM MDI (AEROSOL TERAPIA).	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	500
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	100
			TOTAL	600
57	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 MODELO PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, ADULTO, COM CONEXÃO EM COTOVELO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL,	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	1.500

	TRANSPARENTE E RADIOPACA, GRADUADA DE CENTÍMETRO EM CENTÍMETRO COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A Sonda; CONECTOR EM Y COM DUPLO (PIVÔS GIRATÓRIOS) PARA CONEXÃO EM TUBO ENDOTRAQUEAL DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO; VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL, COM MDI (AEROSOL TERAPIA).		155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	500
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	100
			TOTAL	2.100
58	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, MODELO PARA USO EM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, ADULTO , COM CONEXÃO EM COTOVELO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E RADIOPACA, GRADUADA DE CENTÍMETRO EM CENTÍMETRO COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A Sonda; CONECTOR EM Y COM DUPLO (PIVÔS GIRATÓRIOS) PARA CONEXÃO EM CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO; VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL, COM MDI (AEROSOL TERAPIA).	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	500
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	
			TOTAL	500
59	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 MODELO PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL, ADULTO, COM CONEXÃO EM COTOVELO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E RADIOPACA, GRADUADA DE CENTÍMETRO EM CENTÍMETRO COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL COM PONTA ARREDONDADA; LUVA PLÁSTICA SILICONIZADA ENVOLVENDO A Sonda; CONECTOR EM Y COM DUPLO (PIVÔS GIRATÓRIOS) PARA CONEXÃO EM TUBO ENDOTRAQUEAL DE UM LADO E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO DO OUTRO; VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO, VÁLVULA PARA CONTROLE DE VÁCUO COM TRAVA POR PRESSÃO E TAMPA PROTETORA NA EXTREMIDADE DISTAL, COM MDI (AEROSOL TERAPIA).	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	1.800
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	500
			155907 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS	100
			TOTAL	2.400
60	SONDA GÁSTRICA DE FOUCHET Nº 32 - CONFECCIONADA EM PVC, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO APROXIMADO DE 10MM X7 5CM, SEM BALÃO, Sonda GÁSTRICA BARIÁTRICA, CONSTITUÍDA EM TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PONTO DE COLETA PARA AMOSTRAS, DEVE APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE	120
			155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	100
			TOTAL	220

3.2. Os valores serão estimados pela Unidade de Compras, com base em orçamentos do Painel de Pregos, empresas especializadas e pesquisados na internet, os quais encontram-se anexados ao Processo, sendo o preço estimado baseado no preço médio pesquisado.

3.3. A condição se baseia na verificação de uma base distribuída e variada de provedores de serviços com vistas a geração de maior concorrência no mercado para o provimento dos itens de configuração pleiteado.

3.4 Em caso de divergência entre o descritivo do código CATMAT e das “Especificações do Produto” contidos na tabela do item 3.1, terceira coluna, prevalecerá o último.

3.5 Para definição dos quantitativos usou-se como referência o solicitado no PE 32/2019.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 10.520, de 2002, e as especificações dos materiais estão definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado.

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Os produtos deverão ser entregues no(s) local(is) abaixo indicado(s), com despesas de transporte, frete, dentre outras, assumidas pela empresa vencedora:

UASG	INSTITUIÇÃO	ENDEREÇO	CONTATO
155017	Hospital Universitário de Sergipe/EBSERH 1.UNIDADE DE ALMOXARIFADO E PRODUTOS PARA SAÚDE.	Rua Cláudio Batista, nº 505, Palestina Aracaju SE	Telefones (79) 2105-1729/1870 E-mail: almoxarifadohu@gmail.com

5.2. A entrega do(s) produto(s) deverá ser efetuada, nos horário especificados nos subitens 5.2.1, nos dias úteis, de acordo com a necessidade e mediante solicitação, devendo a CONTRATADA, com antecedência **mínima de 48 (quarenta e oito) horas**, agendar **data e horário para a entrega** pelos telefones e/ou e-mails informados.

5.2.1. Para a UASG 155017 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE (HU-UFS): De Segunda a Quinta, das 08h às 12h e das 14h às 16h e as sextas-feiras, das 08h às 12h e das 13:30h às 15h, no endereço relacionado no item **5.1** para o HU-UFS/EBSERH. Será informado ao fornecedor o local de entrega, quando do envio da nota de empenho.

5.3. Os **pedidos de materiais** a serem adquiridos, pelo Registro de Preços, serão efetuados por meio do envio eletrônico da Nota de Empenho, devidamente numerada, datada e assinada, por servidor designado pela autoridade competente.

5.4. A entrega dos materiais deverá ser efetuada de acordo com o respectivo Contrato e/ou Ata de Registro de Preços, sempre acompanhada do respectivo documento fiscal, da forma como solicitada pelo Hospital Universitário, seja parcelada ou integral.

5.5. A entrega dos materiais deverá ser efetuada em até **20 (vinte) dias corridos**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, pelo CONTRATADA.

5.6. Não serão pagos os materiais entregues em local diferente do mencionado no item **5.1.** ou a pessoas não autorizadas.

5.7. O recebimento será feito em duas etapas:

5.7.1. Recebimento provisório:

5.7.1.1. No local de entrega, a Comissão/Servidor designado fará o recebimento dos materiais, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. A Comissão/Servidor designado limitar-se-á a verificar a conformidade dos materiais com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.

5.7.2. Recebimento definitivo:

5.7.2.1. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.7.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.9. Em caso de conformidade, a Comissão/Servidor designado atestará a efetivação da entrega dos materiais na Nota Fiscal e a encaminhará ao setor competente da(s) instituição(ões), para fins de pagamento.

5.10. Em caso não conformidade, a Comissão/Servidor designado devolverá Nota Fiscal/Materiais, para as devidas correções.

5.11. Durante o recebimento provisório, o órgão poderá exigir a substituição de qualquer do(s) materiais(s) que não esteja(m) de acordo com as especificações deste **Termo de Referência**.

6. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO

6.1. Em caso de constatação, a qualquer tempo, de desvios na qualidade, defeitos de fabricação ou alterações da estabilidade, dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do produto, bem como má fé do fornecedor, condições inadequadas de transporte ou em desacordo com as especificações exigidas, a CONTRATADA fica obrigada a substituir, *à sua expensa*, o produto defeituoso, no prazo máximo de **cinco (5) dias úteis**, contados a partir da constatação do vício do produto com a consequente notificação junto ao fornecedor.

6.2. Caso a contratada se recuse a proceder a substituição do material nos termos deste edital, o HU/UFS/Ebserh se resguarda o direito de aplicar as sanções previstas no item 12 do presente Termo de Referência.

7. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO

7.1. Os descritivos técnicos definidos neste termo de referência deverão ser iguais ou poderão ser superados, desde que mantidas as exigências conceituais.

7.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.2.1. Ressalvados os itens **14,15,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,55,56,57,58,59**, disposto na RDC Nº 356 de 23/03/2020 ANVISA, além daquelas exigidas em edital o licitante deverá apresentar, os seguintes documentos: :

7.2.1.1. Atestado de Capacidade Técnica, que comprove já ter fornecido os produtos da natureza do objeto da presente licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos materiais, devidamente registrado na entidade competente quando for o caso;

7.2.1.2. Comprovação de Autorização de Funcionamento, conforme Artigos 2º e 50 da Lei nº 6.360, concedido pelo Ministério da Saúde;

7.2.1.3. Certificado de Registro na ANVISA. Declaração do número do registro ou cadastro do produto, fornecido pelo Ministério da Saúde, já em situação definitiva, não sendo aceito número de protocolo de processo de solicitação do Registro/Isenção de registro ou documento provisório para o mesmo fim;

7.2.1.4. Os certificados de registro dos materiais expedidos pela ANVISA podem ser cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia autenticada do certificado, identificando o número do item correspondente. Caso tenha algum produto que seja dispensado de registro, apresentar cópia do comunicado de aceitação de notificação emitido pela ANVISA ou a legislação que dispensa o registro;

7.2.1.5. No caso de produtos importados, é também necessário a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do País de origem ou Laudo de Inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira;

7.2.1.6. Os materiais ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atendendo-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

7.3. É de responsabilidade do fornecedor as condições de conservação dos produtos entregues, resistência das embalagens, data de validade, temperaturas exigidas, presença de sujidade, material estranho e insetos.

7.4. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo especificado no item **6.1** deste Termo de Referência, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5. Não serão recebidos Materiais que apresentarem, nas embalagens, sinais de violação e/ou variação na estrutura, aderência ao produto, umidade, inadequação em relação ao conteúdo e que não estiverem identificadas de acordo com a legislação vigente.

7.6. Somente serão aceitos os Materiais que, por ocasião de sua efetiva entrega, ainda não tiverem ultrapassado a **70% (setenta por cento)** de seu prazo de validade total, contado da data de sua fabricação.

7.6.1. A critério da administração, e após consulta e parecer favorável do responsável pela unidade, poderão ser aceitos produtos que tiverem ultrapassado a 70% (setenta por cento) de seu prazo de validade, desde que tais produtos sejam para utilização imediata e não tenham qualquer risco de vencimento antes de sua utilização.

7.7. Para esclarecimentos de dúvidas em relação à qualidade do produto, poderá ser exigido do fornecedor a apresentação de um certificado de análise emitido por laboratório oficial, indicado pelo HU/UFS/EBSEH, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA.

7.8. Todo produto a ser fornecido deverá, OBRIGATORIAMENTE, trazer impresso o fabricante, marca, n.º do lote e data de validade.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. São obrigações da Contratante:

8.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

8.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

9.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.1.4. comunicar OBRIGATORIAMENTE à Contratante, no prazo máximo de 5 dias corridos, que antecedam o prazo final da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação para análise;

9.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.6. Acondicionar os materiais em embalagens adequadas à sua conservação, onde conste a identificação do conteúdo, da quantidade, da validade, do fabricante e o número do lote correspondente.

9.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas e quaisquer impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre os materiais ofertados;

9.1.8. Responder pelos vícios e defeitos dos produtos e assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição e providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Contratante na execução do contrato;

9.1.9. Ressarcir a Administração até o limite do valor do(s) dano(s) decorrente(s) do SOFRIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE do fornecimento do objeto deste certame, salvo quando esse fato ocorrer por exigência do CONTRATANTE, ou ainda, por CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. (Em relação as duas últimas hipóteses, o CONTRATANTE deverá ser comunicado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a ocorrência);

9.1.10. Comunicar qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

9.1.11. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato;

9.1.12. Informar na proposta de preço o e-mail da empresa e confirmar, quando da abertura das mensagens eletrônicas, o recebimento das notas de empenho enviadas eletronicamente pela CONTRATANTE.

9.1.13. Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos que venham incidir sobre o produto fornecido, reservando a CONTRATANTE o direito de deduzir, dos valores a serem pagos ao fornecedor, as quantias correspondentes aos tributos eventualmente não recolhidos.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 40 da Lei nº 13303, de 2016, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

11.3. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Conforme disposto no artigo 112 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH (RLC), pela inexecução total ou parcial do contrato a Ebserh poderá, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I – Advertência;

II – Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

12.1.1. Conforme parágrafo primeiro do artigo supracitado, se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Ebserh ou cobrada judicialmente.

12.1.2. Conforme parágrafo segundo do dispositivo supramencionado, as sanções previstas nos incisos I e III do ITEM 12.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação da instauração do processo administrativo para apuração de descumprimento de obrigação contratual.

12.1.3. Conforme parágrafo terceiro do artigo supracitado, poderá ser emitida GRU – Guia de Recolhimento da União para pagamento da multa devida pela contratada

12.2. Com fundamento no artigo 113º do RLC da Ebserh, no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, seus órgãos e entidades e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Termo e no contrato e demais cominações legais, a Contratada que:

12.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.2.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.2.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados.

12.2.4. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

12.2.5. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.2.6. Apresentar documentação falsa exigida para o certame;

12.2.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

12.2.8. Não mantiver a proposta;

12.2.9. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.2.10. Comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013.

12.3. Conforme artigo 114º do RLC, a Ebserh deverá informar os dados relativos às sanções por ela aplicada aos contratados de forma a manter atualizado o CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas de que trata a Lei nº 12.846/13, bem como no SICAF - sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

12.4. Com fundamento no artigo 83 e 84 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a Contratada que cometer qualquer das infrações descritas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo de demais sanções legais cabíveis, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

12.4.1. **advertência** por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.4.2. **multa moratória de 0,03%** (três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá optar pela rescisão do contrato, em razão da inexecução total.

12.4.3. **multa compensatória de 10%** (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.4.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.4.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com HU-UFS/EBSERH, pelo prazo de até dois anos;

12.4.6. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a HU-UFS/EBSERH, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

12. 5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 13.303, de 2016, e subsidiariamente à Lei nº 9784 de 1999.

12.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no art. 9º, inciso II, do Decreto nº 5.450/2005 e art. 15 da IN nº 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Regina Menezes Lima, Chefe de Setor**, em 30/06/2020, às 22:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Christina Guimarães Ribeiro Soares, Enfermeiro(a)**, em 01/07/2020, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mateus Alexandre Reis Pereira, Chefe de Unidade**, em 22/07/2020, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5990919** e o código CRC **ECFDCA29**.

Referência: Processo nº 23530.004812/2020-93 SEI nº 5990919