



Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
Divisão Administrativa e Financeira
Setor de Administração
Unidade de Licitação

ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

PROCESSO: 23759.045922/2020-31						
SUGESTÃO DE COMPRAS: 600/2020						
ITEM SUGESTÃO	Código SIH	COD EBSERH	NOME SIH	DESCRIPTIVO LONGO	CATMAT	CONSUMO ESTIMADO - 12 MESES
1	19294	-	EIRA(MANGUITO)SEM CAMARA,PED.,PNI	BRACADEIRA (MANGUITO) PEDIATRICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEAVEL, FUNCIONAMENTO SEM MANGUITO (CAMARA), DE USO PERMANENTE, RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO POR PERESAL E ALCOOL A 70%, COM 2(DUAS) VIAS, UTILIZADA PARA A MEDICAÇÃO DA PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) EM MONITORES MULTIPARAMETRICOS. TAMANHO PEDIATRICO, FIXAÇÃO AO MEMBRO COM VELCRO, ISENTO DE LATEX, CIRCUNFERENCIA DE MEMBRO DE 6 A 10CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1CM E COM COMPRIMENTO DE 18CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 2CM, COM VIAS DE SAÍDA (MANGUEIRAS) DE NO MINIMO 18CM DE COMPRIMENTO COM CONECTOR TIPO MACHO CONICO (LUER SLIP) NAS PONTAS.	443827	12
2	6933	-	BRACADEIRA C/ MANG.INFANTIL ESFIMO	BRACADEIRA COM MANGUITO TAMANHO INFANTIL.O MANGUITO DEVE POSSUIR 2VIAS FECHO EM VELCRO.DEVE,COM FECHO EM VELCRO,DEVE POSSIBILITAR O AJUSTE DE 10 A 18 CM. PARA USO EM APRELHOS DE PRESSÃO. DEVE POSSUIR TIRA DE FIXAÇÃO DO MANOMETRO.GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA(FORNECEDOR DEVERA INFORMAR).	443828	12
3	16493	-	CABO PACIENTE P/ ECG 5 VIAS, P/ MINDRAY	CABO PACIENTE PARA ECG, 5 VIAS, PERMANENTE, COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA MINDRAY, MODELO PM8000.	436124	12
4	12252	-	FILTRO 5 MICRAS	FILTRO DE POLIPROPILENO, 5 MICRAS, 10 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM O MODELO HYTREX, PARA TRATAMENTO DE AGUA "OSMOSE REVERSA".	389413	48
5	16653	EBS03129	MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA	MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA FABRICADA EM CONFIGURAÇÃO ESPIRALADA FORMADA POR PELICULA EXTRAFINA COMPOSTA DE POLIMIDA-POLISULFONA. DIMENSOES: 1,8'X12" RETENCAO DE SAIS: MINIMO 96%. VAZAO MINIMA : 50 GALOES POR DIA(GPD).	438353	
6	17823	-	SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA (DRAGER)	SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZAVEL TIPO ADULTO COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA DRAGER E MODELO DELTA XL.COMPRIMENTO MINIMO 2,5 METROS.A CONEXAO DEVE SER LIGADA DIRETAMENTE AO CABO MULTIMED DO MONITOR (SEM NECESSIDADE DO EXTENSOR).DEVE POSSUIR BLINDAGEM DE RUIDOS.GARANTIA MINIMA DE 3 MESES.DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	445872	12
7	22933	-	BORRACHA CASSETE STATIM 5000	BORRACHA PARA SUBSTITUICAO NO CASSETE DA AUTOCLAVE DE CICLO RAPIDO, COMPATIVEL COM A MARCASCICAN MODELO STATIM 5000. (USADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE AUTOCLAVES DA UCC E CCA).	290886	2
8	18469	-	BORRACHA DE VEDACAO DO CASSETE AUTOCLAVE	BORRACHA DE VEDACAO DO CASSETE COMPATIVEL COM A AUTOCLAVE DE MESA DA MARCA STATIM, MODELO 2000.	290886	4



Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
Divisão Administrativa e Financeira
Setor de Administração
Unidade de Licitação

9	19291	-	BRACADEIRA(MANGUITO)SEM CAMARA,AD.,PNI	BRACADEIRA (MANGUITO), ADULTO, EM NYLON IMPERMEAVEL, FUNCIONAMENTO SEM MAGUITO (CAMARA), DE USO PERMANENTE, RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO POR PERESAL E ALCOOL A 70%, COM 2(DUAS) VIAS, UTILIZADA PARA A MEDICAÇÃO DA PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) EM MONITORES MULTIPARAMETRICOS. TAMANHO ADULTO, FIXAÇÃO AO MEMBRO COM VELCRO, ISENTO DE LATEX, CIRCUNFERENCIA DE MEMBRO DE 25 A 35CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 2CM, COM LARGURA DE 13,5CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1CM E COM COM COMPRIMENTO DE 50CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 4CM, COM VIAS DE SAÍDA (MANGUEIRAS) DE NO MINIMO 20CM DE COMPRIMENTO COM CONECTOR TIPO MACHO CONICO (LUER SLIP) NAS PONTAS.	443826	60
10	19293	-	BRACADEIRA(MANGUITO)SEM CAMARA,INF.,PNI	BRACADEIRA (MANGUITO) INFANTIL EM NYLON IMPERMEAVEL, FUNCIONAMENTO SEM MANGUITO (CAMARA), DE USO PERMANENTE, RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO POR PERESAL E ALCOOL A 70%, COM 2(DUAS)VIAS, UTILIZADA PARA A MEDICAÇÃO DA PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) EM MONITORES MULTIPARAMETRICOS.TAMANHO INFANTIL, FIXAÇÃO AO MEMBRO COM VELCRO, ISENTO DE LATEX, CIRCUNFERENCIA DE MEMBRO DE 10 A 18CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 2CM, COM LARGURA DE 6,5CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1CM E COM COMPRIMENTO DE 26CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 4CM, COM VIAS DE SAÍDA (MANGUEIRAS) DE NO MINIMO 18CM DE COMPRIMENTO COM CONECTOR TIPO MACHO CONICO (LUER SLIP) NAS PONTAS.	443828	12
11	19289	-	BRACADEIRA(MANGUITO)SEM CAMARA,OBESO,PNI	BRACADEIRA (MANGUITO) OBESO, EM NYLON IMPERMEAVEL, FUNCIONAMENTO SEM MANGUITO (CAMARA), DE USO PERMANENTE, RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO POR PERESAL E ALCOOL A 70%, COM 2 (DUAS) VIAS, UTILIZADA PARA MEDICAÇÃO DA PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) EM MONITORES MULTIPARAMETRICOS.TAMANHO OBESO, FIXAÇÃO AO MEMBRO COM VELCRO, ISENTO DE LATEX, CIRCUNFERENCIA DE MEMBRO DE 33 A 42CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 2CM, COM LARGURA DE 16CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1CM E COM COMPRIMENTO DE 60CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 5CM, COM VIAS DE SAÍDA (MANGUEIRAS) DE NO MINIMO 20CM DE COMPRIMENTO COM CONECTOR TIPO MACHO CONICO (LUER SLIP) NAS PONTAS	443830	24
12	21179	-	CABO CAPTURA ECG COM 10 DERIVACOES	CABO DE CAPTURA DE ECG COM 10 DERIVACOES,COM TERMINAIS TIPO NEO PINCH (BICO DE PAPAGAIO)BLINDADO, CAIXA INTERMEDIARIA BLINDADA COM IDENTIFICACAO DE POSICIONAMENTO DE DERIVACOES E CONECTOR DB15 MACHO BLINDADO ONAMENTO DE DERIVACOES E CONECTOR DB15 MACHO BLINDADO, MEDINDO NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO,COMPATIVEL COM O APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA MODELO PAGEWRITER 100 - M 1772 A, DA MARCA HP.	436132	6
13	21552	-	CABO DE ECG 5 VIAS MONITOR MULTIP.GE	CABO DE ECG COMPLETO(CABO COM RABICHOS)COM 5 VIAS PARA USO EM MONITOR MULTIPARÁMETROS MARCA GE E MODELO DASH 4000.PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. DEVE SER POSSÍVEL O USO SEM A NECESSIDADE DE CABO ADICIONAL.COMPRIMENTO MINIMO: 2 METROS. DEVE POSSUIR CONECTORES NO PACIENTE DO TIPO NEO PINCH "BICO DE PAPAGAIO". DEVE POSSUIR BLINDAGEM DE RUÍDOS.GARANTIA MINIMA 3 MESES. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.MATERIAL REUTILIZÁVEL	436124	6
14	17834	-	CABO DE EXTENSAO OXIMETRIA NELLCOR OXIM	CABO DE EXTENSAO (CABO TRONCO) PARA SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO, REUTILIZAVEL, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,5 M. COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA GE, MODELO DASH 4000. DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA NELLCOR OXIMAX. UMA DAS CONEXÕES DEVERÁ SER A PADRÃO DO MONITOR COM CONECTOR OXIMAX E A OUTRA DB9- NELLCOR.	441983	4
15	17824	-	CABO ECG 5 VIAS (MONITOR DRAGER)	CABO DE CAPTURA DE ECG COM 5 DERIVACOES(RABICHOS)COM PADRAO EUROPEU,CONECTAVEL AO CABO MULTIPLO,	436124	6



Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
Divisão Administrativa e Financeira
Setor de Administração
Unidade de Licitação

				COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA DRAGER, MODELO INFINITY DELTA		
16	16468	-	CABO EXTENSOR OXIMETRIA NELLCOR OXISMART	CABO DE EXTENSAO (CABO TRONCO) PARA SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO, REUTILIZAVEL, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,5 M. COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA GE, MODELO DASH 4000. DEVERA POSSUIR TECNOLOGIA NELLCOR OXISMART. UMA DAS CONEXOES DEVERA SER PADRAO DO MONITOR COM TECNOLOGIA OXISMART E A OUTRA DB9 - NELLCOR	441983	6
17	16244	-	CABO P/SENSOR P/OXIMETRO MODELO 3800	CABO PARA SENSOR, COMPATIVEL COM O OXIMETRO DA MARCA DATEX-OHMEDA MODELO 3800, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, PEDIATRICO (COMPATIVEL COM O SENSOR).	445878	8
18	18402	-	CABO PARA MONITORIZACAO C/5VIAS P/GE-DAT	CABO PARA MONITORIZACAO DE PACIENTE (ECG) COM 5 VIAS, COMPLETO COM CABO TRONCO E RABICHOS, COMPATIVEL COM O MONITOR MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA DATEX-OHMEDA/GE, MODELO CARDIOCAP2 E CARDIOCAP5 E S5.	436124	8
19	20183	-	CABO TRONCO OXIM.TECN NELLOR MONI BIONET	CABO TRONCO (EXTENSAO) DE OXIMETRIA, PERMANENTE, PARA USO EM CONJUNTO COM SENSORES DE OXIMETRO DE PULSO, COM MINIMO DE 2 METROS DE COMPRIMENTO, PARA USO DE SENSORES DE OXIMETRIA DE TECNOLOGIA NELLOR. COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DE FABRICACAO BIONET, MODELO BM3 E BM.	441983	6
20	18722	EBS0518	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO (METAL)	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO COM FECHO METALICO: 1.MANOMETRO ANEROIDE EM METAL, DE ALTA PRECISAO ATESTADA PELO INMETRO COM VISOR GRADUADO 0 A 300mmHg, DE FACIL LEITURA; 2.VALVULA DE METAL PERMITINDO A RETENCAO E O ESVAZIAMENTO DE AR; 3.BOLSA DE AR, PERA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDAS; 4.BRACADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON ANTIALERGICO RESISTENTE, FLEXIVEL, COM FECHO EM METAL. 5.CADA APARELHO DEVERA VIR ACOMPANHADO DE BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO ESFIGMOMANOMETRO; 6.CADA APARELHO DEVERA OBRIGATORIAMENTE VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE VERIFICACAO DO INMETRO (PORTARIA 24/96); 7.GARANTIA MINIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE 1 (UM) ANO, A CONTAR DA DATA DA EMISSAO DA NOTA FISCAL.	434825	84
21	21545	EBS02047	ESFIGNOMANOMETRO COMPLETO DE PEDESTAL	ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL COMPLETO:MANOMETRO,PERA COM VALVULA, MANGUEIRA DE EXTENSAO, BRACADEIRA TAMANHO ADULTO, PEDESTAL o PEDESTAL DEVERA TER NO MINIMO 90 CM DE ALTURA, DEVENDO CONTER NO MINIMO 4 RODIZIOS PARA MOVIMENTACAO,BRACADEIRA TAMANHO ADULTO(CONTEMPLANDO DIAMETRO DE 18 A 25 CM,MANOMETRO COM MINIMO 12CM DE DIAMETRO,PERA DEVE SER LIVRE DE LATEX.DEVE SER APROVADO PELO IMETRO E DEVE TER O REGISTRO NA ANVISA.	434227	12
22	12986	EBS05057	ESTETOSCOPIO UNISSOM ADULTO	ESTETOSCOPIO UNISSOM ADULTO 1. OLIVAS DE FORMATO ANATOMICO EM BORRACHA ANTIALERGICA,COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, 2.CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, RESISTENTE E FLEXIVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y". 3. AUSCULTADOR SIMPLES, ADULTO COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDIO-PULMONAR QUE PERMITA UM MINIMO DE ESCUTA DOS SONS AMBIENTAIS E UM MAXIMO DE SONS PROPRIOS DO PACIENTE. 4.TUBO EM Y DE BORRACHA MOLDADO SEM SOLDAS P/ PROPORCIONAR AMPLIACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO. 5.GARANTIA MINIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE 1 ANO, A CONTAR A PARTIR DA DATA DA EMISSAO DA NOTA FISCAL.	438922	84
23	16384	EBS05058	ESTETOSCOPIO UNISSOM PEDIATRICO	ESTETOSCOPIO UNISSOM PEDIATRICO, COMPOSTO DE: OLIVAS DE FORMATO ANATOMICO EM BORRACHA ANTI-ALERGICA, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS; CONJUNTO BIAURICULAR EM METAL CROMADO, RESISTENTE E FLEXIVEL NA CURVATURA DO TUBO Y; AUSCULTADOR SIMPLES, INFANTIL COM DIAFRAGMA RESISTENTE E DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDIO-PULMONAR, QUE PERMITA UM MINIMO DE ESCUTA DE SONS AMBIENTAIS E UM MAXIMO DE SONS PROPRIOS DO PACIENTE; TUBO EM Y DE BORRACHA MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	438923	24
24	24671	EBS07036	FILTRO DE CARVAO ATIVADO 20 POL 5 MICRA	CARTUCHO DE CARVAO ATIVADO COM GRANULOMETRIA DE 5 MICRAS E 20 POLEGADAS DE COMPRIMENTO POR 4	457792	24



Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
Divisão Administrativa e Financeira
Setor de Administração
Unidade de Licitação

				POLEGADAS DE DIÂMETRO		
25	24670	-	FILTRO DE POLIPROPILENO 20 POL 1 MICRA	CARTUCHO DE POLIPROPILENO COM GRANULOMETRIA DE 1 MICRA E 20 POLEGADAS DE COMPRIMENTO POR 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO	467220	24
26	12749	-	FILTRO POLIP. 1 MICRA, P/ OSMOSE REVERSA	FILTRO DE POLIPROPILENO, POROSIDADE DE 1 MICRA COM 10" DE ALTURA POR 2,5" DE DIÂMETRO, PARA USO EM MAQUINA DE OSMOSE REVERSA FIXA, PORTATIL DE SOLO E PORTATIL PERMUTON E PARA MAQUINA DE PROCESSAMENTO DE TUBOS ENDOSCÓPICOS DA MARCA ENDO-TECHNIK, MODELO SCOPECLEANER S20. (USO NA NEFROLOGIA E NA ENDOSCOPIA -HC)	467222	36
27	6268	-	FLUXOMETRO P/ADM.AR COMPR.C/ROSCA METAL	FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: FLUXOMETRO PARA UTILIZAÇÃO COM AR COMPRIMIDO, COM COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO, CONSTRUÍDO EM METAL ANTI-OXIDANTE, VISOR EM MATERIAL RESISTENTE E INQUEBRÁVEL E PARTE EXTERNA COM CAPA DE PROTEÇÃO, ESCALA GRA DUADA PARA PARTE INTEIRA NA FAIXA MÍNIMA DE 0 A 15 L/MIN, ESCALA GRADUADA PARA PARTE EXPANDIDA NA FAIXA MÍNIMA DE 0 A 5 L/MIN, FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOXIDÁVEL, FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, ROSCA DE SAÍDA COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO DE TUBOS DE EXTENSÃO, SISTEMA DE TRAVA E AUTO AJUSTE DE FOLGAS, BOTÃO DE CONTROLE. COM PORCA/BORBOLETA EM NYLON AMARELO, CONFORME PADRÃO ABNT E DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	351919	18
28	24773	-	LAMPADA CALOR RADIANTE FANEM	LAMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA S, 02 (DOIS) PINOS, BRANCA FRIA, SOQUETE G23, 9W, BIVOLT. UTILIZADO PARA ILUMINAÇÃO DA UNIDADE DE CALOR RADIANTE TIPO FANEM.	372489	6
29	24774	-	LAMPADA CRIOSTATO LEICA	LAMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA S, 02 (DOIS) PINOS, BRANCA FRIA, SOQUETE GX23, 13W, BIVOLT. UTILIZADO PARA ILUMINAÇÃO DA CÂMARA DO CRIOSTATO DO TIPO MARCA LEICA MODELO CM-1510.	470128	3
30	16921	-	LAMPADA DE MICROSCOPIO 12 V 100 W	LAMPADA PARA MICROSCOPIO 12 V 100 W TIPO GY 6.35 MODELO OSRAM HLX 64625 OU SIMILAR DE MESMA CARACTERÍSTICA	455141	6
31	6934	-	MANGUITO LIVRE DE LATEX ADULTO	MANGUITO LIVRE DE LATEX PARA USO EM APARELHOS DE PRESSÃO, TAMANHO ADULTO, MEDINDO 11 X 21 CM, COM TOLERÂNCIA DE MAIS OU MENOS 10 PORCENTO, COM DOIS TUBOS FLEXÍVEIS COM DIÂMETRO EXTERNO DE NO MÍNIMO 7 ML PARA CONEXÃO PARA O MANÔMETRO E A PERA INSUFLADORA.	443840	120
32	24672	EBS03129	MEMBRANA DE OSMOSE RESERVA MOD 4021	MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA MOD 4021. MATERIAL: POLIAMIDA-POLISULFONA; VAZÃO: 950 GPD (149 LITROS/HORA); RETENÇÃO DE SAIS: MÍNIMO 99%; PRESSÃO TÍPICA DE TRABALHO: 100 PSI; DIMENSÕES: 4,0. DE DIÂMETRO X 21. DE COMPRIMENTO; FAIXA DE PH PARA OPERAÇÃO CONTÍNUA: 4 - 11; TOLERÂNCIA DE CLORO LIVRE: < 0,1 PPM	438353	3
33	7174	-	PERA INSUFLADORA P/APARELHO DE PRESSAO	INSUFLADORA (PERA) PARA USO EM APARELHOS DE PRESSÃO, LIVRE DE LATEX E COM VÁLVULA DE ENTRADA.	466813	84
34	6362	EBS02403	REGULADOR DE PRESSAO P/CILINDRO C/FLUXOM	REGULADOR DE PRESSÃO MEDICINAL COM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COM FILTRO NA ENTRADA DE BRONZE SINTERIZADO; COM VÁLVULA DE ALÍVIO/SEGURANÇA CALIBRADA ENTRE 0,6 E 7,0 KGf/cm2; MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 KGf/cm2, TIPO BOURDON CLASSE B; PRESSÃO DE TRABALHO (PRESSÃO DE SAÍDA DA VÁLVULA) CALIBRADA EM 3,5 KGf/cm2; VARIÁÇÃO DA PRESSÃO DE TRABALHO (PRESSÃO DE SAÍDA DA VÁLVULA) INFERIOR A	359405	12



Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
Divisão Administrativa e Financeira
Setor de Administração
Unidade de Licitação

				1,0 KGf/CM2. PARA PRESSÕES DO CILINDRO ENTRE 0 E 150 KGf/CM2; CORPO DA VALVULA FABRICADO TOTALMENTE EM LATAO CROMADO, EXCETUANDO-SE AS PARTES DO MANOMETRO; DIAFRAGMA SEM LUBRIFICACAO; VALVULA TOTALMENTE ISENTA DE OLEO OU GRAXA; CORPO DO FLUXOMETRO CONFECCIONADO EM LATAO CROMADO; VISOR DO FLUXOMETRO LONGO EM POLICARBONATO COM ALTURA MINIMA DE 8 CENTIMETROS; BILHA INTERNA COM ESCALA EXPANDIDA, MEDIDA DE FLUXO DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, E COM DIMENSOES DE 1 LITRO POR MINUTO; FLUTUADOR ESFERICO EM ACO INOXIDAVEL; CONEXOES E CORES DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.		
35	15399	EBS02403	REGULADOR DE PRESSAO PARA CILINDRO O2	REGULADOR DE PRESSAO MEDICINAL SEM FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: COM FILTRO NA ENTRADA DE BRONZE SINTERIZADO; COM VALVULA DE ALIVIO/SEGURANCA CALIBRADA ENTRE 6,0 E 7,0 KGf/CM2; MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 KGf/CM2, TIPO BOURDON CLASSE B; PRESSAO DE TRABALHO (PRESSAO DE SAIDA DA VALVULA CALIBRADA EM 3,5 KGf/CM2; VARIACAO DA PRESSAO DE TRABALHO (PRESSAO DE SAIDA DA VALVULA) INFERIOR A 1,0 KGf/CM2, PARA PRESSOES DO CILINDRO ENTRE 0 E 150 KGf/CM2; CORPO DA VALVULA FABRICADO TOTALMENTE EM LATAO CROMADO, EXCETUANDO-SE AS PARTES DO MANOMETRO; DIAFRAGMA SEM LUBRIFICACAO; VALVULA TOTALMENTE ISENTA DE OLEO OU GRAXA; CONEXAO DE SAIDA PARA FIXACAO DE MANGUEIRA DE O2 OU FLUXOMETRO; CONEXOES E CORES DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.	335718	12
36	18451	-	SENSOR DE OXIM.NEO P/MONITOR GE	SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZAVEL TIPO Y NEO NATAL COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA GE E MODELO B40. DEVE SER POSSIVEL O USO SEM A NECESSIDADE DE CABO ADICIONAL. COMPRIMENTO MINIMO: 2,5 METROS. A CONEXAO DEVE SER LIGADA LIGADA DIRETAMENTE AO MONITOR MULTIPARAMETRO (CONEXAO TIPO GE). O SENSOR DEVE POSSUIR TECNOLOGIA TRUSIGNAL. DEVE POSSUIR BLINDAGEM DE RUÍDOS. GARANTIA MINIMA DE 3 MESES. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	445880	6
37	21864	-	SENSOR DE OXIMETRIA GE	SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZAVEL TIPO CLIP ADULTO COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA GE E MODELO B40. DEVE SER POSSIVEL O USO SEM A NECESSIDADE DE CABO ADICIONAL. COMPRIMENTO MINIMO: 2,5 METROS. A CONEXAO DEVE SER LIGADA LIGADA DIRETAMENTE AO MONITOR MULTIPARAMETRO (CONEXAO TIPO GE). O SENSOR DEVE POSSUIR TECNOLOGIA TRUSIGNAL. DEVE POSSUIR BLINDAGEM DE RUÍDOS. GARANTIA MINIMA DE 3 MESES. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	445872	6
38	19284	-	SENSOR DE OXIMETRO,AD,P/DIXTAL 2021,PERM	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, ADULTO, TIPO CLIPE, COM CABO DE NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DIXTAL, MODELO DX 2021.	445872	36
39	19286	-	SENSOR DE OXIMETRO,AD,P/NELLCOR,PERM	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, ADULTO, TIPO CLIPE, COM CABO MEDINDO 100 A 120 CM DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM O OXIMETRO DE PULSO DA MARCA NELLCOR, MODELO OXIMAX N-600X.	445872	60
40	24623	-	SENSOR DE OXIMETRO,AD,P/RDMEDIQ	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, ADULTO, TIPO CLIPE, COM CABO DE NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO RD MEDIQ MODELO RD-12. DEVE SER POSSIVEL A CONEXÃO SEM CABO INTERMEDIARIO	445872	8
41	24627	-	SENSOR DE OXIMETRO,AD,P/VITA 200 E	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, NEO, TIPO Y, COM CABO DE NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM OXIMETRO ALFAMED MODELO VITA 200E. DEVE SER POSSIVEL A CONEXÃO SEM CABO INTERMEDIARIO	445872	8
42	24625	-	SENSOR DE OXIMETRO,AD,P/VITA 500 E	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, ADULTO, TIPO CLIPE, COM CABO DE NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED MODELO VITA 500E. DEVE SER POSSIVEL A CONEXÃO SEM CABO INTERMEDIARIO	445872	8



Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
Divisão Administrativa e Financeira
Setor de Administração
Unidade de Licitação

43	24629	-	SENSOR DE OXIMETRO,AD,P/WORDLIFE	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, ADULTO, TIPO CLIPE, COM CABO DE NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO WORD LIFE WL-80. DEVE SER POSSÍVEL A CONEXÃO SEM CABO INTERMEDIARIO	445872	8
44	24628	-	SENSOR DE OXIMETRO,NEO P VITA 200E	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, ADULTO, TIPO CLIPE, COM CABO DE NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM OXIMETRO ALFAMED MODELO VITA 200E. DEVE SER POSSÍVEL A CONEXÃO SEM CABO INTERMEDIARIO	445872	8
45	24624	-	SENSOR DE OXIMETRO,NEO,P/RDMEDIQ	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, NEO NATAL TIPO Y, COM CABO DE NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO RD MEDIQ MODELO RD-12. DEVE SER POSSÍVEL A CONEXÃO SEM CABO INTERMEDIARIO	443827	8
46	24626	-	SENSOR DE OXIMETRO,NEO,P/VITA 500 E	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, NEO NATAL TIPO Y, COM CABO DE NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED MODELO VITA 500E. DEVE SER POSSÍVEL A CONEXÃO SEM CABO INTERMEDIARIO	443827	8
47	24630	-	SENSOR DE OXIMETRO,NEO,P/WORDLIFE	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, NEO NATAL TIPO Y, COM CABO DE NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO WORD LIFE WL-80. DEVE SER POSSÍVEL A CONEXÃO SEM CABO INTERMEDIARIO	443827	8
48	19288	-	SENSOR DE OXIMETRO,PED,P/DATEX-OHM,PERM	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, PEDIATRICO, TIPO Y, COM CABO DE NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRICO DATEX-OHMEDA, MODELO CARDIOCAP 5.	445878	4
49	19285	-	SENSOR DE OXIMETRO,PED,P/DIXTAL2021,PERM	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, PEDIATRICO, TIPO Y, COM CABO DE NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRICO DIXTAL, MODELO DX 2021.	445878	36
50	19287	-	SENSOR DE OXIMETRO,PED,P/NELLCOR,PERM	SENSOR PARA OXIMETRO PERMANENTE, PEDIATRICO, TIPO Y, COM CABO MEDINDO ENTRE 100 E 120 CM DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM O OXIMETRO DE PULSO DA MARCA NELLCOR, MODELO OXIMAX N-600X.	445878	
51	16485	-	SENSOR OXIMETRO PERM. AD. P/ MINDRAY	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, ADULTO COM NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRICO MINDRAY, MODELO PM 8000. O SENSOR DEVE SER CONFIGURADO DE MODO QUE NÃO NECESSITE DA UTILIZAÇÃO DE CABOS INTERMEDIARIOS PARA A LIGAÇÃO AO APARELHO.	445872	60
52	16478	-	SENSOR OXIMETRO PERM. ADUL. CARDIOCAP II	SENSOR DE OXIMETRO PERMANENTE, ADULTO, COM NO MINIMO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRICO DATEX-OHMEDA, MODELO CARDIOCAP II.	445872	6
53	14216	-	TOMADA DUPLA MED.CONEXAO EM Y P/OXIGENIO	TOMADA DUPLA MEDICINAL (CONEXAO "Y"), PARA OXIGENIO, COM ROSCA EM METAL CROMADO PADRONIZADO, E CORPO EM ABS, DESTINADO A POSSIBILITAR O ACOPLAMENTO DE DOIS EQUIPAMENTOS INDEPENDENTES A PARTIR DO POSTO REGULADOR DE PRESSAO, COM CONEXOES PADRONIZADAS COM A NORMA ABNT.	300380	12
54	21554	EBS06260	VALVULA EXALATORIA P/VENTILADOR PULMONAR	VALVULA EXALATÓRIA COMPLETA PARA USO EM VENTILADOR PULMONAR DIXTAL MODELO 3012. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL.	432098	36
55	17187	-	VALVULA REGULADORA DE P.P/AR C.MEDICINAL	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DE POSTO PARA USO EM REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, COM AJUSTE DE PRESSAO MANUALMENTE ATRAVES DE VOLANTE CENTRAL, MANOMETRO DE 0 A 10 Kgf/cm2, COM DESTAQUE NA ESCALA ENTRE 3 E 4 Kgf/cm2, TIPO BOURDON CLASSE B, CONEXOES DE ENTRADA, SAIDA E CORES DE ACORDO COM A NORMA ABNT (AMARELO),CORPO EM LATAO CROMADO, DIAFRAGMA DE BORRACHA COM REFORÇO DE LONA DE ALGODAO COM RESISTENCIA AO ATAQUE QUIMICO, FILTRO NO CONECTOR DE ENTRADA DE BRONZE SINTETIZADO COM REGISTRO NA ANVISA.	462183	36



Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
Divisão Administrativa e Financeira
Setor de Administração
Unidade de Licitação

56	17186	—	VALVULA REGULADORA DE P.P/OXIG.MEDICINAL	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DE POSTO PARA USO EM REDE CANALIZADA DE OXIGENIO MEDICINAL, COM AJUSTE DE PRESSAO MANUALMENTE ATRAVES DE VOLANTE CENTRAL, MANOMETRO DE 0 A 10 kgf/cm2, COM DESTAQUE NA ESCALA ENTRE 3 E 4 Kgf/cm2, TIPO BOURDON CLASSE B, CONEXOES DE ENTRADA, SAIDA E CORES DE ACORDO COM A NORMA ABNT (VERDE), CORPO EM LATAO CROMADO, DIAFRAGMA DE BORRACHA COM REFORÇO DE LONA DE ALGODAO EM COM RESISTENCIA AO ATAQUE QUIMICO, FILTRO NO CONECTOR DE ENTRADA DE BRONZE SINTETIZADO E COM REGISTRO NA ANVISA.	280854	36
----	-------	---	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----

OBS:

- Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as do Anexo I deste Edital, prevalecerão as últimas.
- **EXCLUSIVIDADE PARA ME / EPP:** Atendendo a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, os itens cujos os valores estimados sejam de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão exclusivos à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, desde que obedecido ao art. 49, inciso II também da Lei Complementar 123/2006 e o disposto no Art. 10, inciso I, do Decreto 8.538/2015.
- Conforme disposto no art. 34 da Lei 13.303/2016, os valores dos orçamentos para os itens a serem licitados são sigilosos. Tais valores somente poderão ser disponibilizados após a fase de lances do pregão.



Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
Divisão Administrativa e Financeira
Setor de Administração
Unidade de Licitação

ANEXO IV

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

TIMBRE OU LOGOMARCA DA EMPRESA

Pregão Eletrônico SRP n.º 018/2021

Processo: 23759.045922/2020-31

Ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

LICITANTE:					
CNPJ:		TEL./FAX:			
ENDEREÇO:				BAIRRO:	
CIDADE:			ESTADO:		CEP:
CONTATO:			E-MAIL:		
BANCO:		AGÊNCIA:		CONTA CORRENTE:	

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/	UNID.	MARCA / FABRICANTE	REGISTRO MS	PROCEDÊNCIA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL DA PROPOSTA								

Valor total por extenso: R\$ _____ (_____)

- **Validade da Proposta: Prazo não inferior a 120 dias;**
- **Prazo de entrega:** O objeto licitado deverá ser fornecido ao Complexo Hospital de Clínicas da UFPR, em até 10 dias corridos após a solicitação realizada via e-mail. O objeto licitado entregue deve ser acompanhado da nota fiscal e da cópia do empenho. A entrega deverá ser na Divisão de Suprimentos do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR – Serviço de Recebimento (Almoxarifado), sito à Rua Padre Camargo, s/nº, fundos do Hospital (em frente ao nº 435) – Alto da Glória, Curitiba/PR, CEP 80060-240, das 08:00 às 17:00 horas, ficando seu descumprimento sujeito às penalidades legais.
- **Prazo para pagamento: 30 dias corridos.**
- **Ciente e de acordo com todos os termos do Edital;**
- **Nome completo do responsável pela assinatura da ATA, cargo, RG e CPF.**

_____, _____ de _____ de 2021

Assinatura do Representante Legal, cargo, RG e CPF.



Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
Divisão Administrativa e Financeira
Setor de Administração
Unidade de Licitação

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO

(deve ser anexada pela licitante junto aos demais documentos de habilitação)

A empresa _____ (nome empresarial da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº _____ com sede à _____ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) _____, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº _____, para fins, **DECLARA**, expressamente que:

Não se enquadra nas vedações previstas no artigo 19 e parágrafo único do Regulamento de Licitações e Contratos – Ebserh:

Não possui administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh, Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh;

Não possui relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

- a) integrantes de órgãos estatutários da Ebserh;
- b) empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;
- c) autoridade do Ministério da Educação;
- d) autoridade das Instituições Federais de Ensino Superior signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.

Não é proprietário, mesmo na condição de sócio, que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Ebserh há menos de 6 (seis) meses.

_____, ____ de _____ de _____

Assinatura do responsável



Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná
Divisão Administrativa e Financeira
Setor de Administração
Unidade de Licitação

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA EBSERH

(deve ser anexada pela licitante junto aos demais documentos de habilitação)

Em atenção ao art. 15, parágrafo único da POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA EBSERH, a fim de afastar interesses secundários, **declaro** que essa empresa não possui em seu quadro de administração, pessoa com influência relevante ou envolvida em decisão de interesse exclusivo da Ebserh. Segue abaixo quadro com relação de administradores da empresa:

Nome do Administrador	CPF

DADOS DA EMPRESA:

Nome: _____

Endereço: _____ CEP: _____

Telefone: _____ e-mail: _____

CNPJ: _____

(local e data)