



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Oxygenador de Membrana, Adulto + mais Reservatório venoso com Reservatório de sangue + mais Cardiotomia integrados, utilizados em procedimentos de circulação sanguínea extracorpórea, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Sorin/Inspire 8 Fr/ref.050716	Unidade	90,00	_____	_____
2	Conjunto de Tubos de cava única para CEC, Adulto com filtro de sangue arterial para CEC integrado, é composta por jogos de tubos, conectores e acessórios, contendo as linhas: cava, arterial, bomba, oxigênio, recirculação e aspiradores, utilizados em procedimentos de circulação sanguínea extracorpórea, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Sorin/Conjunto de tubos de cava única CEC c/filtro/ref.ALC521	Unidade	90,00	_____	_____
3	Sistema de Cardioplegia Cristalóide, Adulto, utilizados em procedimentos de circulação sanguínea extracorpórea, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Sorin/Sistema de Cardioplegia Cristalóide/ref.ALC800	Unidade	90,00	_____	_____
4	Kit Cânulas para CEC, Adulto I, utilizados em procedimentos de circulação sanguínea extracorpórea, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Sorin/Acessórios para Kit Cânula CEC/ref.ALC401	Unidade	90,00	_____	_____
5	Hemoconcentrador para CEC, Adulto, com linhas, utilizados em procedimentos de circulação sanguínea extracorpórea, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco	Unidade	90,00	_____	_____



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6	<p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: &gt;&gt; Sorin/Hemoconcentrador DHF 06 MISC./Adulto/ref.C22982</p> <p>Sistema de Circulação Extracorpórea MINI CEC com sistema integrado, utilizado para circulação sanguínea extracorpórea, adulto, para cirurgia cardiopulmonar com coração parado, como suporte para procedimentos com coração batendo e como suporte para angioplastia de alto risco, Adulto, composto de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Oxigenador de membrana recoberto com tratamento antiagregante para melhor biocompatibilidade sanguínea, com filtro arterial integrado, de baixo prime, máximo de 250ml, alta performance, reservatório de cardiectomia integrado, para suporte circulatório na cirurgia cardíaca, com conexões de entrada e saída de 3/8 e 1/4", com conector de entrada e saída de água de 1/2",</li><li>- Bomba centrífuga sistema de circulação assistida, sistema Rotaflow,</li><li>- Filtro de linha arterial,</li><li>- Conjunto de tubos pré-montado,</li><li>- Reservatório de cardiectomia,</li></ul> <p>estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.019-3. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: &gt;&gt; Maquet/Mini CEC, adulto/ref.0002155 integrado com bomba centrífuga/ref.HL-20 + Quadrox-I, adulto, com filtro com reservatório venoso e cardiectomia VHK/VKMO 71000/ref.0002165+Kit cânula cava única/ref.000042+Sistema de cardioplegia Cristalóide c/Bag s/Troc/ref.0000956</p> <p>* Observação: A empresa vencedora deverá (fornecer) 01(uma) - Máquina de Circulação Extracorpórea e 01(uma) - Máquina Bomba Centrífuga para Circulação Assistida, ambas compatível com MINI-CEC, em sistema de (comodato).</p>	Conjunto	90,00		
7	<p>Conjunto Circulação Extracorpórea, com sistema de Drenagem Venosa Gravitacional (DVG), Adulto, contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Oxigenador de membrana + Reservatório venoso,</li><li>- Reservatório de sangue/cardiectomia,</li><li>- Conjunto de tubos para circulação extracorpórea,</li><li>- Filtro de sangue arterial,</li></ul>	Conjunto	85,00		



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	<p>- Sistema de cardioplegia cristalóide/normotérmica, - Kit Cânula para CEC, - Hemoconcentrador para CEC, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.019-3 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: &gt;&gt; Braile Biomédica &gt;&gt; Edwards Lifesciences &gt;&gt; Maquet * Observações: A empresa vencedora deverá (fornecer) 01 (uma) Máquina de Circulação Extracorpórea - Adulto, em sistema de (comodato).</p> <p>Conjunto Circulação Extracorpórea, com o sistema de Drenagem Venosa Assistida a Vácuo (DVAV), Adulto, contendo: - Oxigenador de membrana + Reservatório venoso, - Reservatório de sangue/cardiotomia, - Conjunto de tubos para circulação extracorpórea, com Filtro de sangue arterial, - Sistema de cardioplegia cristalóide/normotérmica, - Kit Cânula para CEC, - Hemoconcentrador para CEC, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.019-3 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: &gt;&gt; Maquet &gt;&gt; Nipro &gt;&gt; Sorin Group Company * Observações: A empresa vencedora deverá (fornecer) 01 (uma) Máquina de Circulação Extracorpórea - Adulto, em sistema de (comodato).</p>	Conjunto	120,00		
9	<p>Conjunto Circulação Extracorpórea convencional, por Drenagem Venosa Gravitacional (DVG), Pediátrica, contendo:</p>	Conjunto	6,00		



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Oxigenador de membrana + Reservatório venoso,</li><li>- Reservatório de sangue/cardiotoria,</li><li>- Conjunto de tubos para circulação extracorpórea,</li><li>- Filtro de sangue arterial,</li><li>- Sistema de cardioplegia cristalóide/normotérmica,</li><li>- Kit Cânula para CEC,</li><li>- Hemoconcentrador para CEC,</li></ul> estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.021-5 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Braile Biomédica >> Edwards Lifesciences >> Maquet * Observações: A empresa vencedora deverá (fornecer) 01 (uma) Máquina de Circulação Extracorpórea - Pediátrica, em sistema de (comodato).				
10	Conjunto de Autotransusão per operatório SEM ASPIRADOR, modelo HPO com infusor lateral e reservatório, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.019-3. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Braile Biomédica/Kit para autotransusão - HPO ref.225690	Conjunto	225,00	_____	_____
11	Conjunto de Autotransusão per operatório COM ASPIRADOR, modelo S.P.A com infusor lateral e reservatório, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.05.013-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Braile Biomédica/Kit de autotransusão ref.225672, modelo S.P.A	Conjunto	12,00	_____	_____
12	Shunts(desvio) Intra Coronário com tamanhos que variam de 1,0 mm a 3,5 mm, projetado para criar um campo quase sem derramamento de sangue e fornecer	Unidade	24,00	_____	_____



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
13	proteção do miocárdio durante a anastomose vaso-alvo, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Maquet/Axius Coronary Shunt/ref.OF 1500 Cateter Balão Intra-Aórtico Linear (BIA), de 7,5 Fr, com balão intra-aórtico com volume nominal de 25cc, 34cc e 40cc com (pump adapter) adaptador de bomba, com cateter de extensão, deve acompanhar kit completo para inserção percutânea, disponibilizar os tamanhos de 34cc e 40cc, utilizado na realização de procedimentos cardiovasculares, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.05.012-1 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco CATMAT: 246293 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Maquet Cardiopulmonary, ref. 25cc-MCA210000047801 - 34cc-MCA210000047901 - 40cc-MCA210000048001 >> Arrow/RediGuard IAB	Conjunto	40,00	_____	_____
14	Bomba Centrífuga de circulação assistida para uso C.E.C. Circulação Extracorpórea, priming 48cc, sistema de alerta de refluxo back flow (fluxo de volta), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.05.001-6 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Edwards Lifesciences >> Maquet/ref.0000335,Rotaflow  * Observações: A empresa vencedora deverá (fornecer) 01 (uma) Máquina Bomba Centrífuga - Adulto, em sistema de (comodato).	Unidade	140,00	_____	_____
15	Kit para Cirurgia de Coronária Sem C.E.C. (Circulação Extracorpórea), modelo de referência (MIDCAB-KIT, fabricante Braile Biomédica), incorpora itens utilizados pelos cirurgiões em diversas técnicas deste procedimento cirúrgico, contendo:	Kit	6,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000942/2017-22 Pregão SRP 115 / 2017 Data da Emissão: 18/12/2017

Abertura: Dia: 04/01/2018 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	2 - Cordonê n° 000, 1 - Protetor mosquito 20 cm, 1 - Reperfusor, 2 - Cadarço chato 10 mm, 6 - Pipoca, 1 - Extensor MM, 4 - Tubo Silicone, 2 - Passa fio, 3 - Cânula Vessel, 2 - Bulldog, 1 - Cateter Intravenoso Periférico n° 14, 1 - Soprador CO <sup>2</sup> , 2 - Micro Afastador de Coronária, 2 - Fio de Silicone 2.5/5mm, 1 - Fio de Silicone 1,25/2.5mm, 1 - Shunt 1.5/18mm, 1 - Shunt 1.75/19mm, 1 - Shunt 2.0/20mm, 1 - Oclisor 150mm, 1 - Oclisor 175mm, 1 - Oclisor 200mm, ,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Braile Biomédica/modelo MIDCAB-KIT/ref 103185				
16	Sistema de Estabilizador de tecido à vácuo com BRAÇO TOTALMENTE MALEÁVEL + um conjunto de tubagem da caixa para cirurgia de coronária sem (C.E.C.) circulação extracorpórea, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Medtronic/Octopus 4.3/ref.29403	Unidade	12,00		



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	Sistema de Posicionador Cardíaco à vácuo com BRAÇO TOTALMENTE MALEÁVEL + um conjunto de tubagem da caixa para cirurgia de coronária sem (C.E.C.) circulação extracorpórea, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Medtronic/Starfish 2/ref.29800	Unidade	12,00	_____	_____
18	Cânula DRENAGEM DO VENTRÍCULO esquerdo, adulto, com estilete removível, maleável que facilita a inserção do cateter, adulto, radiopaca, com diâmetros aproximados de 15Fr ou 16Fr - 17Fr ou 18Fr - 20Fr ou 22Fr com 35cm de comprimento aproximado, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Edwards Lifesciences, >> Medtronic >> Terumo >> Maquet/ref.Cânula vent LVF Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.	Unidade	32,00	_____	_____
19	Cânula DRENAGEM VENOSA SIMPLES ESTÁGIO RETA aramada com ponta de silicone é indicada para promover a drenagem venosa em procedimentos cirúrgicos realizados com circulação sanguínea extracorpórea, estéril, radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de: - 20 Fr com 35cm de comprimento aproximado, - 22 Fr com 35cm de comprimento aproximado, - 24 Fr com 35cm de comprimento aproximado, - 26 Fr com 35cm de comprimento aproximado, - 28 Fr com 35cm de comprimento aproximado, - 30 Fr com 40cm de comprimento aproximado, - 32 Fr com 40cm de comprimento aproximado, - 34 Fr com 40cm de comprimento aproximado,	Unidade	98,00	_____	_____



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>- 36 Fr com 40cm de comprimento aproximado, - 38 Fr com 40cm de comprimento aproximado, - 40 Fr com 40cm de comprimento aproximado, ,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: &gt;&gt; Braile Biomédica, &gt;&gt; Edwards Lifesciences, &gt;&gt; Medtronic &gt;&gt; Terumo &gt;&gt; Maquet Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>				
20	<p>Cânula VENOSA ÚNICO ESTÁGIO, PONTA COM ÂNGULO DE 90° aramada com ponta de silicone, é indicada para promover a drenagem venosa em procedimentos cirúrgicos realizados com circulação sanguínea extracorpórea, estéril, radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de: - 20 Fr com 35cm de comprimento aproximado, - 22 Fr com 35cm de comprimento aproximado, - 24 Fr com 35cm de comprimento aproximado, - 26 Fr com 35cm de comprimento aproximado, - 28 Fr com 40cm de comprimento aproximado, - 30 Fr com 40cm de comprimento aproximado, - 32 Fr com 40cm de comprimento aproximado, - 34 Fr com 40cm de comprimento aproximado, - 36 Fr com 40cm de comprimento aproximado, - 38 Fr com 40cm de comprimento aproximado, - 40 Fr com 40cm de comprimento aproximado, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	160,00		





**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
21	<p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt;&gt; Braile Biomédica/ref.</li><li>&gt;&gt; Edwards Lifesciences/ref.</li><li>&gt;&gt; Medtronic</li><li>&gt;&gt; Terumo</li><li>&gt;&gt; Maquet</li></ul> <p>Cânula Acesso ARTERIAL FEMURAL, Aramada com conectores, Inserção segura para sites adicionais de acesso arterial, como a aorta, axilar e subclávia, a função de bloqueio reduz push-back do introdutor durante a inserção, tampa de ventilação reduz back-sangrar quando nenhum fio-guia é utilizada em procedimento, ajuda marcações de profundidade na colocação, estéril, radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 15Fr ou 16Fr com 24cm de comprimento aproximado,</li><li>- 17Fr ou 18Fr com 24cm de comprimento aproximado,</li><li>- 19Fr ou 20Fr com 24cm de comprimento aproximado,</li></ul> <p>,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: II - Médio Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt;&gt; Edwards Lifesciences/ref.FEMII016A, FEMII018A, FEMII020A,</li><li>&gt;&gt; Medtronic</li><li>&gt;&gt; Terumo</li><li>&gt;&gt; Maquet</li></ul> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	36,00		
22	<p>Cânula Acesso VENOSA FEMURAL, Aramada com conectores, ponta radiopaca permite a visualização durante a colocação ponta do fio-ferida projetado para drenagem venosa ininterrupta femoral, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 18Fr com 73cm de comprimento aproximado,</li><li>- 20Fr com 73cm de comprimento aproximado,</li><li>- 22Fr com 73cm de comprimento aproximado,</li><li>- 24Fr com 86cm de comprimento aproximado,</li></ul>	Unidade	36,00		



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
23	<p>- 28Fr com 86cm de comprimento aproximado, ,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: &gt;&gt; Edwards Lifesciences, ref.VFEM018, VFEM020, VFEM022, VFEM024, VFEM028. &gt;&gt; Medtronic &gt;&gt; Terumo &gt;&gt; Maquet Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Cânula VENOSA ARAMADA de DUPLO ESTÁGIO em formato cilíndrico, é indicada para promover a drenagem venosa em procedimentos cirúrgicos realizados com circulação sanguínea extracorpórea, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de: - 28/36Fr, com 40cm de comprimento aproximado, - 33/43Fr, com 40cm de comprimento aproximado, - 36/46Fr, com 40cm de comprimento aproximado, - 36/51Fr, com 40cm de comprimento aproximado, ,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: &gt;&gt; Braile Biomédica/ref.242617, 242547, 242556, 235459, 235440, 235468, 270830. &gt;&gt; Edwards Lifesciences &gt;&gt; Medtronic &gt;&gt; Terumo Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	80,00	_____	_____
24	<p>Cânula ARTERIAL (Aórtica) PONTA COM CURVA de 45° aramada, com ponta de silicone com (vented connector) conector com respiro lateral, é indicada para canulação das artérias ao sistema de perfusão extracorpórea, proporcionando o retorno do sangue ao paciente, estéril, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente</p>	Unidade	105,00	_____	_____



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de: - 20Fr com 30cm de comprimento aproximado, - 22Fr com 30cm de comprimento aproximado, - 24Fr com 30cm de comprimento aproximado, ,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Braile Biomédica/ref.196981, 196990, 197009. >> Edwards Lifesciences/ref.ARS020CSTA 20 Fr, ARS022CSTA 22 Fr, ARS024CSTA 24 Fr. >> Medtronic >> Terumo >> Maquet Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.				
25	Cânula ARTERIAL (Aórtica) PONTA RETA aramada, com ponta de silicone com (vented connector) conector com respiro lateral, é indicada para canulação das artérias ao sistema de perfusão extracorpórea, proporcionando o retorno do sangue ao paciente, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de: - 20Fr com 30cm de comprimento aproximado, - 22Fr com 30cm de comprimento aproximado, - 24Fr com 30cm de comprimento aproximado, ,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Braile Biomédica/ref. >> Edwards Lifesciences/ref. >> Medtronic >> Terumo >> Maquet Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados	Unidade	6,00		



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
26	<p>adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Sistema para Drenagem Mediastinal é composto por um:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cordão de fixação,</li><li>- Linha de vácuo,</li><li>- Conectores,</li><li>- Regulador de fluxo,</li><li>- Linha de drenagem,</li><li>- Tubo de mariott,</li><li>- Frasco graduado, (reservatório) graduado com tampa, linha de drenagem deve ser macia e com tamanho de no mínimo 1m e 50cm de comprimento e linha de vácuo e cateter, frasco em (PVC) rígido e transparente, com tamanho de 2.000ml. A linha de drenagem é confeccionada em látex e deve ser conectada à tampa do frasco, assim como a linha de vácuo, constituída de tubo de (PVC) extrudado e flexível, contém ainda tubo de mariott interno, conectores, regulador de fluxo e cordão para fixação. Sendo o ar e os fluídos corpóreos são drenados do paciente por meio do cateter multiperfurado e através da linha de drenagem, por diferença de pressão com sistema de drenagem pelas duas formas (gravidade e a vácuo), neste item os licitantes deverão disponibilizar diâmetros de (32Fr e 36Fr), capacidade de 2 litros, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.<p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p><p>Classificação de Risco: II - Médio Risco</p><p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p><p>&gt;&gt; Braile Biomédica/AD 2000-36/ref.38797 e AD2000-32/ref.48237</p><p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p></li></ul>	Unidade	400,00	_____	_____
27	<p>Prótese Valvular Orgânica Biológica (válvulas cardíacas) de pericárdio bovino, sem stent, indicada para substituição da Valva Mitral e Aórtica, tricúspide ou Pulmonar, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos para as duas apresentações para os modelos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aórtica de 19 mm, de pericárdio bovino,</li><li>- Aórtica de 21 mm, de pericárdio bovino,</li><li>- Aórtica de 23 mm, de pericárdio bovino,</li><li>- Aórtica de 25 mm, de pericárdio bovino,</li></ul>	Unidade	45,00	_____	_____



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>- Aórtica de 27 mm, de pericárdio bovino, - Aórtica de 29 mm, de pericárdio bovino, - Mitral de 25 mm, de pericárdio bovino, - Mitral de 27 mm, de pericárdio bovino, - Mitral de 29 mm, de pericárdio bovino, - Mitral de 31 mm, de pericárdio bovino, - Mitral de 33 mm, de pericárdio bovino, ,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.054-1 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: &gt;&gt; Braile Biomédica &gt;&gt; St<sup>o</sup> Jude Medical &gt;&gt; Edwards Lifesciences, &gt;&gt; Medtronic Obs.: Disponibilizar conjunto de medidores para válvulas cardíacas compatíveis, em sistema de (comodato), 6 medidores aórticos com duas extremidades, uma medida supra-anular e outra para medida intra-anular, tamanhos ímpares correspondendo aos tamanhos das válvulas, de 19 a 29 mm; 5 medidores mitrais, tamanhos ímpares correspondendo a tamanhos de válvula de 25 a 33 mm; 1 bandeja para autoclave com tampa, ou similar. Obs.: Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>				
28	<p>Prótese Valvular Orgânica Biológica com tecnologia de ANTI-CALCIFICAÇÃO (válvulas cardíacas), com suporte stent de metal, indicada para substituição da Valva Mitral e Aórtica, tricúspide ou Pulmonar, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos para as duas apresentações para os modelos: - Aórtica de 19 mm, com tecnologia de Anti-Calcificação, - Aórtica de 21 mm, com tecnologia de Anti-Calcificação, - Aórtica de 23 mm, com tecnologia de Anti-Calcificação, - Aórtica de 25 mm, com tecnologia de Anti-Calcificação, - Aórtica de 27 mm, com tecnologia de Anti-Calcificação, - Aórtica de 29 mm, com tecnologia de Anti-Calcificação,</p>	Unidade	8,00		



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>- Mitral de 25 mm, com tecnologia de Anti-Calcificação, - Mitral de 27 mm, com tecnologia de Anti-Calcificação, - Mitral de 29 mm, com tecnologia de Anti-Calcificação, - Mitral de 31 mm, com tecnologia de Anti-Calcificação, - Mitral de 33 mm, com tecnologia de Anti-Calcificação, ,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: &gt;&gt; Braile Biomédica &gt;&gt; St<sup>o</sup> Jude Medical &gt;&gt; Edwards Lifesciences, &gt;&gt; Medtronic Obs.: Disponibilizar conjunto de medidores para válvulas cardíacas compatíveis, em sistema de (comodato). Obs.: Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>				
29	<p>Prótese Valvular Cardíaca Mecânica(metálica) de Duplo Folheto, indicada para substituição da Valva Mitral e Aórtica, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos para as duas apresentações para os modelos: - Aórtica de 19 mm, mecânica de Duplo Folheto, - Aórtica de 21 mm, mecânica de Duplo Folheto, - Aórtica de 23 mm, mecânica de Duplo Folheto, - Aórtica de 25 mm, mecânica de Duplo Folheto, - Aórtica de 27 mm, mecânica de Duplo Folheto, - Aórtica de 29 mm, mecânica de Duplo Folheto, - Mitral de 25 mm, mecânica de Duplo Folheto, - Mitral de 27 mm, mecânica de Duplo Folheto, - Mitral de 29 mm, mecânica de Duplo Folheto, - Mitral de 31 mm, mecânica de Duplo Folheto, - Mitral de 33 mm, mecânica de Duplo Folheto, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.057-6 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p>	Unidade	32,00		



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> St <sup>o</sup> Jude Medical >> Edwards Lifesciences, >> Medtronic >> ATS Medical/Lab.Cor Obs.: Disponibilizar conjunto de medidores, em sistema de (comodato), Obs.: Disponibilizar conjunto de medidores para válvulas cardíacas compatíveis, em sistema de (comodato), 6 medidores aórticos com duas extremidades, uma medida supra-anular e outra para medida intra-anular, tamanhos ímpares correspondendo aos tamanhos das válvulas, de 19 a 29 mm; 5 medidores mitrais, tamanhos ímpares correspondendo a tamanhos de válvula de 25 a 33 mm; 1 bandeja para autoclave com tampa, ou similar. Obs.: Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.				
30	Enxerto Aórtico Valvulado Inorgânico com dupla capa de fibra trançada. (conduto valvado) com Válvula Mecânica de duplo folheto, estéril, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de: - Enxerto Aórtico Valvado Inorgânico duplo folheto 19mm, - Enxerto Aórtico Valvado Inorgânico duplo folheto 21mm, - Enxerto Aórtico Valvado Inorgânico duplo folheto 23mm, - Enxerto Aórtico Valvado Inorgânico duplo folheto 25mm, - Enxerto Aórtico Valvado Inorgânico duplo folheto 27mm, - Enxerto Aórtico Valvado Inorgânico duplo folheto 29mm, - Enxerto Aórtico Valvado Inorgânico duplo folheto 31mm, - Enxerto Aórtico Valvado Inorgânico duplo folheto 33mm, ,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.031-2 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> ST <sup>o</sup> Jude Medical/CAVGJ Obs.: Disponibilizar conjunto de medidores, em sistema de (comodato). Obs.: Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.	Unidade	16,00		



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
31	Anel para Anuloplastia Valvular Mitral rígido (remodelável) de (Carpentier) é constituído de aço inoxidável recoberto por um tubo de silicone e revestido com poliéster, e utilizado na cirurgia reconstrutiva da valva mitral, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros de: - Anel para Anuloplastia Valvar Rígido 26mm, modelo Carpentier, pequeno - Anel para Anuloplastia Valvar Rígido 28mm, modelo Carpentier, pequeno - Anel para Anuloplastia Valvar Rígido 30mm, modelo Carpentier, médio - Anel para Anuloplastia Valvar Rígido 32mm, modelo Carpentier, médio - Anel para Anuloplastia Valvar Rígido 34mm, modelo Carpentier, grande - Anel para Anuloplastia Valvar Rígido 36mm, modelo Carpentier, grande - Anel para Anuloplastia Valvar Rígido 38mm, modelo Carpentier, grande - Anel para Anuloplastia Valvar Rígido 40mm, modelo Carpentier, grande ,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.002-9 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Braile Biomédica >> Edwards Lifesciences >> DMG >> HpBio Obs.: Disponibilizar conjunto de medidores, em sistema de (comodato). Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.	Unidade	12,00		
32	Anel para Valvuloplastia Gregori, em forma de um Semicírculo com construído em aço inox, com uma camada de silicone e revestido com poliéster, anel de Gregori é utilizado na cirurgia reconstrutiva da valva mitral, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de: - Anel para Valvuloplastia Rígido 26mm, em forma de Semicírculo, modelo Gregori - Anel para Valvuloplastia Rígido 28mm, em forma de Semicírculo, modelo Gregori - Anel para Valvuloplastia Rígido 30mm, em forma de Semicírculo, modelo Gregori - Anel para Valvuloplastia Rígido 32mm, em forma de Semicírculo, modelo Gregori - Anel para Valvuloplastia Rígido 34mm, em forma de Semicírculo, modelo Gregori - Anel para Valvuloplastia Rígido 36mm, em forma de Semicírculo, modelo Gregori	Unidade	4,00		





**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
33	<p>,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.002-9 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: &gt;&gt; Braile Biomédica &gt;&gt; HpBio Obs.: Disponibilizar conjunto de medidores, em sistema de (comodato). Obs.: Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Enxerto Cardio Vascular Torácico Arterial tubular Inorgânico, (Reto) de poliéster impregnada com colágeno, com porosidade zero no momento da implantação, com tecnologia de impregnação biocompatível, livre de aldeído, estrutura "Double Velour", indicada para procedimentos reconstrutivos da artéria aorta e artérias periféricas, sem pré-coagulação, estéril, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os diâmetros diversos de</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Enxerto de 24mm, com 30cm de comprimento aproximado,</li><li>- Enxerto de 26mm, com 30cm de comprimento aproximado,</li><li>- Enxerto de 28mm, com 30cm de comprimento aproximado,</li><li>- Enxerto de 30mm, com 30cm de comprimento aproximado,</li><li>- Enxerto de 32mm, com 30cm de comprimento aproximado,</li><li>- Enxerto de 34mm, com 30cm de comprimento aproximado,</li></ul> <p>,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.033-9 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: &gt;&gt; Jotec GMBH &gt;&gt; B.Braun/Uni-Graft K VD &gt;&gt; Perouse/Polythese IC e ICT &gt;&gt; Terumo/Gelweave &gt;&gt; LaMaitre Vascular/AlboGraft &gt;&gt; Maquet/Hemashield Platinum/ref. Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	36,00		



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
34	Patch (Remendo) Inorgânico em tecido base (triaxial) de alta resistência tricotado de poliéster fluoro passivado com tamanhos 8 cm x 4 cm medidas aproximadas, usado nas reparações vasculares ou cardiovasculares, especialmente apropriado para uso torácico, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.033-9 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Terumo/Vascutek/Gelseal/ref. >> B.Braun/Vascular-Patch/ref.	Unidade	6,00	_____	_____
35	Patch (Remendo) Inorgânico de Feltro de 1mm com (50 cm <sup>2</sup> ) aproximado, composição: 100% tereftalato de polietileno glicol grau médico(Dacron), indicado como enxerto em cururgias cardíacas, vascular, neurológica, gastro-intestinal, oncológica, reforço de suturas, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.045-2 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biomedical/ref.15FLT1	Unidade	24,00	_____	_____
36	Patch (Remendo) Orgânico constituído de pericárdio bovino, previamente tratado com glutaraldeído e conservado em formaldeído á 4% tamanho 11x9 (50 cm <sup>2</sup> ) aproximado, várias espessuras até 0,30mm, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-SUS 07.02.04.047-9 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biomedical/ref. >> Braile Biomédica >> HP Bio	Unidade	80,00	_____	_____
37	Tubos de Reativos para TCA-(Tempo de Coagulação Ativada) tubos tubos contendo ativador de coagulação seco, ogiva plástica, kit reagente para verificar tempo de coagulação em cirurgias cardíacas/vascular, possibilita o controle adequado de heparina e protamina, material utilizando sangue total, preconizando o volume de	Unidade	1.200,00	_____	_____



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
38	<p>amostra de 0,5 ml a 2,0 ml e sistema de controle eletrônico, compatíveis com os equipamentos disponíveis no mercado pela metodologia de análise do TCA em tubo, (modelo de referência MCA-2000-FAJ, fabricante Adib Jatene), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>- Tubo de vidro com tampa plástica e disco de plexan, ou similar,</p> <p>- Celite PA, (Terra Sílica Purificada e Calcificada), oi similar</p> <p>- Barra magnética de ferrite, ou similar</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco ao indivíduo ou médio risco a saúde pública</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>&gt;&gt; Fundação Adib Jatene/Kit MCA 2000</p> <p>&gt;&gt; NL Comércio/Tubos de teste MAX-ACT/ref.HL MAX-ACT</p> <p>Obs.: A empresa vencedora deverá fornecer 02 (dois) equipamentos e acessórios para teste de coagulação, deverá ser portátil, de fácil uso, fornecido em sistema de comotado, sem ônus adicional.</p>	Conjunto	12,00		



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
(UASG 155125)  
Termo de Referência - HUSM**

**Processo:** 23541.000942/2017-22    **Pregão SRP**    115 / 2017    **Data da Emissão:** 18/12/2017

**Abertura: Dia:** 04/01/2018    **Hora:** 09:00:00

**Objeto Resumido:**

**Modalidade de Julgamento:** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	comodato os equipamentos para Perfusão em Sistema Intraperitoneal, 01 (uma) Máquina Circulação Extracorpórea-(Modelo CIRCULADOR, ref. 607966 ou similar), 03 (três) Termômetros Clínicos, 01 (um) Suporte para Circulação Extracorpórea - Modelo IV, 01 (um) Suporte Reservatório RCA/RVA - 4000.				
39	Sensor de temperatura, para Sistema Perfusão Intraperitoneal, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Braile Biomédica/Sensor de temperatura/modelo 2000RE/ref.117168	Unidade	36,00	_____	_____
40	Tubo Extensor QMT(Quimioterapia), para Sistema Perfusão Intraperitoneal, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Braile Biomédica/Sistema para Perfusão Intraperitoneal/QMT/ref.188447	Unidade	12,00	_____	_____

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura