



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>STENT Coronário convencional, expansível por balão, com fina espessura aproximada de 0,0032" estrutura com anel ondulado presença de 3 conectores para cobertura uniforme e ou com tecnologia sinusoidal contínuo, inclusive curvas. Link curvo e alongado, com células de comprimento maior para maior flexibilidade, capacidade de entrega e maior acesso a ramos laterais. Baixo perfil de cruzamento. Anel da extremidade proximal simétrico, com maior força radial.</p> <p>" Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante,</p> <p>" Tipo: Não recoberto,</p> <p>" Material/composição: Confeccionado em liga de Cromo Cobalto,</p> <p>" Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar a grade com diâmetro de 2,25, com comprimentos aproximados diversos de 8, 12, 15, 18, 23 e 28mm e nos diâmetros de 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 e 4,00 mm com comprimentos aproximados diversos de 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33 e 38mm em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: IV - Máximo Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Abbott/Multi Link - 8</p> <p>>> Medtronic/Integrity Coronary Stent System</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	300,00		
2	<p>STENT Convencional, expansível por balão,</p> <p>" Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante,</p> <p>" Tipo: Não recoberto,</p> <p>" Material/composição: Confeccionado em liga de PtCr (Platina Cromo)</p> <p>" Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm, até 4.5mm com tamanhos de 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38mm, em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: IV - Máximo Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Boston Scientific/Omega</p>	Unidade	300,00		



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	<p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>STENT Convencional, expansível por balão, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária transluminal percutânea, com implante, " Tipo: Não recoberto, " Material/composição: Confeccionado em liga de Aço Inóx, Cromo Cobalto ou Platina Cromo " Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de 4,5 e 5.0, com tamanhos diversos, em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Boston Scientific/Liberté >> Angiomed/euca STS Flex >> Boston Scientific/Omega</p>	Unidade	24,00	_____	_____
4	<p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>STENT Convencional, expansível por balão, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante, " Tipo: Não recoberto, " Material/composição: Confeccionado em liga de Aço Inox, com DUPLA MARCA RADIOPACA EM OURO ou outro produto radiopaco, sendo (duas marcas no stent e duas marcas no balão). " Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de 2.00, 2.25, 2.50, 3.0, 3.50, 4.00, com comprimentos diversos de 8, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 30mm em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Terumo/Tsunami Gold</p>	Unidade	120,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	<p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>STENT Convencional, expansível por balão, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante, " Tipo: Revestido com P.T.F.E. e ou Pericárdio, ou similar " Material/composição: Confeccionado em liga de Aço inox ou Cromo Cobalto ou Platina Cromo, " Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de 2.5, 3.0, 3,5, com comprimentos aproximado de 16, 19, 23mm, em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Insitu technologies, Inc/Stent Graft Rx >> Abbott/GraftMaster >> ITGI Medical/Over and Under Covered stent pericardium</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	12,00	_____	_____
6	<p>STENT Coronário convencional, farmacológico, expansível por balão, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante, " Tipo: Recoberto com revestimento farmacológico liberador de Biolimus-A9/Everolimus/Sirolimus/Zotarolimus; " Material/composição: Confeccionado em liga de Cromo Cobalto ou Platina Cromo, " Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de: - Diâmetro: 2.25, 2.50, 2.75 com comprimentos aproximado de 8, 11, 14, 18, 24, 28, mm, - Diâmetros: 3.00, 3.50, 4.00, com comprimentos aproximado de 9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38mm, em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.061-4 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco</p>	Unidade	300,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	<p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Abbott Vascular/Xience Prime Eluting Coronary Stent System >> Medtronic/Resolute Integrity Eluting Coronary Stent System >> Boston/Synergy TM Eluting Coronary Stent System >> Biosensors International</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>STENT Coronário convencional, farmacológico, expansível por balão, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante, " Tipo: Recoberto com revestimento farmacológico liberador de Biolimus-A9/Everolimus/Sirolimus/Zotarolimus; " Material/composição: Confeccionado em liga de Cromo Cobalto L-605; " Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de: - Diâmetros: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 com comprimentos aproximado de 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40mm, em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.061-4 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biotronik AG/Orsiro Hybridn Drug-Eluting Stente</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	300,00	_____	_____
8	<p>STENT Coronário para Bifurcação, Auto-expansível, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante, " Tipo: Recoberto com revestimento farmacológico liberador de Biolimus-A9/Everolimus/Sirolimus/Zotarolimus; " Material/composição: Confeccionado em liga de Nitinol ou outra liga, " Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de 3.0, 3.5 com comprimentos aproximado de 11 e 14mm, em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.061-4 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p>	Unidade	12,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	<p>Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biosensors International/Axxess Self-Expanding Bifurcation des/ref. Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Cateter Balão dilatador para Angioplastia, coronário trans luminal percutânea, sobre o fio e de troca rápida, " Aplicação: Indicados para expansão pós-introdução dos stents, PTCA/ACTP, expansíveis por balão, na dilatação da porção estenótica de uma artéria ou estenose de enxerto de bypass. " Tipo: SEMI-COMPLACENTE " Material/composição: Confeccionado tungstênio ou similar, Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de 1.25 e 1.5 com comprimentos 6, 10, 15 e 20 e nos diâmetros de 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 2.5, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75 e 4.0 com comprimentos 6, 10, 12, 15, 20, 25 e 30, em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.ROPM/SUS 07.02.04.008.8 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Biotronik/Pantera >> Abbott/Voyager >> Medtronic/Sprinter >> B.Braun/Sequent >> Boston Scientific/Apex >> Terumo/Ryujin Plus Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	600,00	_____	_____
10	<p>Cateter Balão dilatador para Angioplastia, coronário trans luminal percutânea, sobre o fio e de troca rápida, " Aplicação: Indicados para expansão pós-introdução dos stents, PTCA/ACTP,</p>	Unidade	600,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	<p>expansíveis por balão, na dilatação da porção estenótica de uma artéria ou estenose de enxerto de bypass e na pós dilatação.</p> <p>" Tipo: NÃO COMPLACENTE de Alta Pressão,</p> <p>" Material/composição: Confeccionado tungstênio ou similar,</p> <p>Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3,25, 3.50, 3,75, 4.00, 4.50 e 5.00, com comprimentos aproximados 6, 8, 12, 15, 20 e 30 em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.ROPM/SUS 07.02.04.008.8</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: IV - Máximo Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Boston Scientific/ Quantum Apex NC</p> <p>>> Terumo/Hiryu NC</p> <p>>> Abbott/Mercur NC ou Voyager NC</p> <p>>> Biotronik/Pantera Leo NC</p> <p>>> Medtronic/Sprinter NC</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	24,00		



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFMS)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	<p>>> Boston Scientific/Flextome Cutting Balloon >> Biotronik/AngioSculpt PTA Scoring OTW Balloon Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Cateter Balão farmacológico duplo lumen de troca rápida para Angioplastia, coronário trans luminal percutânea, sobre o fio e de troca rápida, " Aplicação: Indicados para expansão mecânica o diâmetro da artéria coronariana obstruída. Adicionalmente as propriedades mecânicas, o BALÃO É REVESTIDO com 3 µg(microgramas) de PACLITAXEL por mm² fixado na superfície o fármaco é liberado na estenose do vaso quando inflado, a finalidade da droga citostática é amparar o propósito clínico indicado, neutralizado a proliferação de células do músculo liso, e prevenindo a reestenose. " Tipo: SEMI-COMPLACENTE,Recoberto com revestimento farmacológico liberador de 3 µg PACLITAXEL/mm², " Material/composição: Confeccionado em Poliamida, Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 e 4.0 com comprimentos 10, 15, 20, 25 e 30 em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Eurocor/Dior paclitaxel Eluting Coronary balloon Dilatation catheter >> Biotronik/Pantera Lux paclitaxel Eluting Coronary balloon catheter >> Medtronic/In.Pact Falcon paclitaxel Eluting Coronary balloon catheter Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	24,00	_____	_____
13	<p>Cateter Guia para Angioplastia Transluminal Percutânea Coronária tipos: - AL - diâmetro 6Fr e 7Fr com curvaturas de 1.0, 2.0 e 3.0. - AR - diâmetro 6Fr e 7Fr com curvaturas de 1.0 e 2.0. - EBU(XB) - diâmetro 6Fr e 7Fr com curvaturas de 3,0, 3.5, 4.0, 4.5 e 5.0. - JL - diâmetro 6Fr e 7Fr com curvaturas de 3.5, 4.0, 5.0. - JR - diâmetro 6Fr, 7Fr e 8Fr com curvaturas de 3.5, 4.0, 5.0.</p>	Unidade	400,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	<p>- MULTIPORPOUSE - diâmetro 6Fr e 7Fr com curvatura MP1, MPA2 - LCB - diâmetro 6Fr, 7Fr com curvaturas LCB - RCB - diâmetro 6Fr, com curvaturas, RCB - IMA - diâmetro 6Fr com curvatura, - BARBEAU - diâmetro 6Fr curvatura, - XBRCA - diâmetro 6Fr curvatura, comprimento dos cateteres 100cm, com diâmetro luminal aproximado de 0,071"/0,082"(polegadas), artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante recomenda uso único), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.013-4 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Medtronic/Laucher >> Cordis/ J&J/Vista Brite tip Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Cateter Guia para Angioplastia Transluminal Percutânea Coronária, modelo SH(Side Holes) com furos laterais, tipo: - EBU(XB) - diâmetro 6Fr com curvaturas de 3.5, 4.0, modelo SH(Side Holes) com furos laterais; - JR - diâmetro 6Fr, com curvaturas de 4.0, modelo SH(Side Holes) com furos laterais, comprimento dos cateteres aproximadamente 100cm, com diâmetro luminal aproximado de 0,071"/0,082"(polegadas), artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante recomenda uso único), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.013-4 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Medtronic/ >> Cordis/ J&J/ Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	36,00		



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, em anatomias tortuosas, lesões altamente resistentes e casos de doença multiarterial, " Tipo: Com suporte, Flexível (Light support) e moderado/Intermediária (Moderate support), " Material/composição: Linear nitinol elástico, com revestimento hidrofílico, " Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014"(polegadas de espessura) x 185 e 300 cm de comprimento, ponta em J (jota)/Angulada e Reta, com marcador radiopaco, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Boston Scientific/modelo PT-2 Obs.: A pedido médico, neste item especificamente será aceito somente a marca citada. Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.	Unidade	600,00	_____	_____
16	Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, para melhorar o fluxo sanguíneo do miocárdio numa lesão estenótica nas artérias coronária, " Tipo: Com suporte, Com suporte, Flexível (Light support) e Moderado/Intermediária (Moderate support), " Material/composição: Associação de nitinol e aço inoxidável, com revestimento hidrofílico, " Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014"(polegadas de espessura) x 180/260 cm de comprimento, ponta em J (jota)/Angulada e Reta, com marcador radiopaco, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Terumo/Runthrough NS/LS Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.	Unidade	24,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	<p>Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea para o caso de oclusão crônica, em lesão estenótica nas artérias coronária tais como lesões fibrosas e calcificadas, " Tipo: Com Extra-suporte, molas regulares, extremidade cônica, " Material/composição: Associação de nitinol e aço inoxidável, com revestimento hidrofílico, " Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014"(polegadas de espessura) x 190/300 cm de comprimento, ponta em J (jota)/Angulada e Reta, com marcador radiopaco, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Abbott/Cross-IT, IT100, IT200, IT300 >> Asahi/Miracle >> Asahi/Conquest Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	48,00	_____	_____
18	<p>Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea para o caso de anatomias tortuosas, " Tipo: Com suporte, Flexível (Light support) e Moderado/Intermediária (Moderate support), Extra support " Material/composição: Associação de nitinol e aço inoxidável, hidrofílicos revestidos com jaqueta plástica " Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014"(polegadas de espessura) x 190/300 cm de comprimento aproximado, ponta Reta, com marcador radiopaco, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Abbott/Hi-Torque Whisper, ref.LS-1005351H, LS-1005353H/ref.MS-1005357H, MS-1005359H, ref. ES-1011834H, ES-1011835H >> Cordis/Shinobi</p>	Unidade	250,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	>> Asahi/Filder Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea com ponta suave, proporcionando suporte para entrega de dispositivos de intervenção, primeira linha e pode auxiliar em anatomias estreitas, " Tipo: Com suporte, Flexível (Light support) e Moderado/Intermediária (Moderate support), " Material/composição: Associação de nitinol e aço inoxidável, com revestimento hidrofílico, " Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014"(polegadas de espessura) x 190/300 cm de comprimento, ponta em J (jota)/Angulada e Reta, com marcador radiopaco, estéril, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Abbott/BMW-Balance MiddleWeight/ref.1001780-HC, ref.1001780J-HC, ref.1001782-HC, ref. 1001782J-HC Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.	Unidade	300,00	_____	_____
20	Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea com ponta suave, proporcionando suporte adicional (EXTRA SUPORTE) para entrega de dispositivos e podem auxiliar em anatomias estreitas, revestimento Hidrofílico, modelo ponta em linha Reta, " Tipo: Com suporte adicional (EXTRA SUPORTE) para entrega de dispositivos e podem auxiliar em anatomias estreitas; " Material/composição: Associação de nitinol e aço inoxidável, com revestimento hidrofílico, " Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014"(polegadas de espessura) x 190/300 cm de comprimento, ponta em J (jota)/Angulada e Reta, com marcador radiopaco, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0	Unidade	60,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
21	<p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Abbott/Hi-Torque Balance Heavyweight-BHW/ref.1000462H, ref.1000463H Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea para o caso de oclusão crônica, em lesão estenótica nas artérias coronária tais como lesões fibrosas e calcificadas, " Tipo: molas regulares, extremidade cônica, para casos de oclusão crônica, é a primeira escolha na abordagem de lesões já calcificadas, fibrosas e com muita placa de gordura, possuindo esta uma ponta mais rígida e agressiva, específica para as oclusões " Material/composição: Guia Metálica NÃO-HIDROFÍLICA, esta guia possui uma escala de peso de ponta conforme a complexidade da lesão e o nível de oclusão da mesma, podendo esta ponta ter 3g, seus 11cm de espiral distal são radiopacos sem soldas, traduzindo maior torque, formato de ponta: Reta. " Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014"(polegadas de espessura) x 180/300 cm de comprimento, formato da ponta Reta, espiral distal radiopacos, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Asahi/Miracle 3g Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	48,00	_____	_____
22	<p>Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea para o caso de oclusão crônica, em lesão estenótica nas artérias coronária tais como lesões fibrosas e calcificadas, " Tipo: molas regulares, extremidade cônica, para casos de oclusão crônica, é a primeira escolha na abordagem de lesões já calcificadas, fibrosas e com muita placa de gordura, possuindo esta uma ponta mais rígida e agressiva, específica para as oclusões</p>	Unidade	36,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
23	<p>" Material/composição: Guia Metalica NÃO-HIDROFÍLICA, esta guia possui uma escala de peso de ponta conforme a complexidade da lesão e o nível de oclusão da mesma, podendo esta ponta ter 4.5g, seus 11cm de espiral distal são radiopacos sem soldas, traduzindo maior torque, formato de ponta: Reta.</p> <p>" Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014"(polegadas de espessura) x 180/300 cm de comprimento, formato da ponta Reta, espiral distal radiopacos, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Asahi/Miracle 4.5g</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	24,00		
	<p>" Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea para o caso de oclusão crônica, em lesão estenótica nas artérias coronária tais como lesões fibrosas e calcificadas,</p> <p>" Tipo: molas regulares, extremidade cônica, para casos de oclusão crônica, é a primeira escolha na abordagem de lesões já calcificadas, fibrosas e com muita placa de gordura, possuindo esta uma ponta mais rígida e agressiva, específica para as oclusões</p> <p>" Material/composição: Guia Metalica NÃO-HIDROFÍLICA, esta guia possui uma escala de peso de ponta conforme a complexidade da lesão e o nível de oclusão da mesma, podendo esta ponta ter 6g, seus 11cm de espiral distal são radiopacos sem soldas, traduzindo maior torque, formato de ponta: Reta.</p> <p>" Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014"(polegadas de espessura) x 180/300 cm de comprimento, formato da ponta Reta, espiral distal radiopacos, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Asahi/Miracle 6g</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>				



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
24	<p>Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea para o caso de oclusão crônica, em lesão estenótica nas artérias coronária tais como lesões fibrosas e calcificadas, " Tipo: molas regulares, extremidade cônica, para casos de oclusão crônica, é a primeira escolha na abordagem de lesões já calcificadas, fibrosas e com muita placa de gordura, possuindo esta uma ponta mais rígida e agressiva, específica para as oclusões " Material/composição: Guia Metálica NÃO-HIDROFÍLICA, esta guia possui uma escala de peso de ponta conforme a complexidade da lesão e o nível de oclusão da mesma, podendo esta ponta ter 6g, seus 11cm de espiral distal são radiopacos sem soldas, traduzindo maior torque, formato de ponta: Reta. " Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014"(polegadas de espessura) x 180/300 cm de comprimento, formato da ponta Reta, espiral distal radiopacos, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Asahi/Miracle 6g Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	10,00		
25	<p>Micro cateter para angioplastia coronariana percutânea com recanalização de oclusão crônica ou outros procedimentos terapêuticos ou diagnósticos. " Aplicação: Cateter micro projetado especificamente para a intervenção coronária, " Tipo: Cônico lúmen interior e exterior fornece um equilíbrio ótimo entre o apoio fio guia e cruzabilidade, " Material/composição: Aço inoxidável, com cobertura hidrofílica, " Tamanho/diâmetros/capacidade: Micro cateter com diâmetro exterior distal de 1.8Fr, diâmetro interno distal de 0,018" pol. diâmetro externo proximal 2,6Fr, diâmetro interno proximal 0,021" pol. compatível com fio guia com diâmetro máximo de 0,014" pol. marcador radiopaco 0,7mm da ponta, revestimento hidrofílico distal 70cm e 90cm, comprimento utilizável 130cm e ou 150cm de comprimento aproximado, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.008.8 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco</p>	Unidade	48,00		



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
26	<p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Terumo Medical Corporation/Finecross MG/ref. 130cm/35-1430, ref. 150cm/35-1450 >> Asahi/Corsair/ref. 135cm/CSW135-26N, ref. 150cm/CSW150-26N >> Volcano/Valet 1.8F/ref. 130Cm/22-18-135-0, ref. 150cm/22-18-150-0 Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Dispositivo de Insuflação e conjunto de sobrevivência, foi concebido para (insuflar/desinsuflar) cateteres de balão, bem como para monitorizar a pressão dentro do balão, para a realização de ACTPs contendo: 1- Insuflador de catéter balão para liberação de STENTS com capacidade de medição desde vácuo até 20 bars/atm (CC), em incrementos de 0,5 bar cada. 1- Passador de microguia (instrumento metálico de inserção da sonda) + 1- Rotor (Manípulo de encaminhamento da sonda) + 1- Adaptador em Y/triplo com válvula hemostática + 1-Torneira de 3 vias compatível com o equipamento, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Medtronic/Everest 20/ref.AC2205P >> InSitu Technologies</p>	Unidade	600,00		
27	<p>Dispositivo de Insuflação e conjunto de sobrevivência, foi concebido para (insuflar/desinsuflar) cateteres de balão, bem como para monitorizar a pressão dentro do balão, para a realização de ACTPs contendo: 1- Insuflador de catéter balão para liberação de STENTS com capacidade de medição desde vácuo até 30 bars/atm (CC), em incrementos de 1 bar cada. 1- Passador de microguia (instrumento metálico de inserção da sonda) + 1- Rotor (Manípulo de encaminhamento da sonda) + 1- Adaptador em Y/triplo com válvula hemostática + 1-Torneira de 3 vias compatível com o equipamento, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco</p>	Kit	48,00		



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
28	<p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Medtronic/Everest 30/ref. AC3200</p> <p>Dispositivo de encerramento por sutura de 6 Fr, sistema (ProGlide Perclose) técnica de pré-fim é indicado para a entrega percutânea de sutura para fechar o local de acesso comum da artéria femoral de pacientes que se submeteram a procedimentos de cateterismo diagnóstico ou de intervenção, utilizando bainhas de 5F a 21F bainhas, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Abbott Vascular/Perclose ProGlide/ref. 12673</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	200,00	_____	_____
29	<p>Dispositivo de Encerramento Vascular nos diâmetros de 6Fr e 8Fr com 10cm de comprimento aproximado, utilizado no selamento de punção hemostática em procedimento de hemodinâmica, em situações de alto risco de sangramentos em pacientes anticoagulados, contendo:</p> <p>Bainha introdutora, Dilatador modificado, Guia 0,032" ponta em " J " com 70cm comprimento, Dispositivo Angio-Seal, Dispositivo abridor de válvula, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> ST. Jude Medical/Angio-Seal STS Plus 6F e 8F</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	200,00	_____	_____
30	<p>Cateter Laço de Captura, modelo de referência Amplatz Goose Neck-Snare (pescoço de gancho-laço), com cabo de Nitinol, radiopaco, com loop(laço) de tungstênio banhado a ouro para radiopacidade, sistema de captura com formato de laço com ângulo de 90° graus, cobrindo toda a parede da artéria com diâmetros de:</p> <p>- Laço com 5mm de diâmetro, cateter com 120cm de comprimento aproximado, de</p>	Unidade	12,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
31	<p>4Fr, com 102cm de comprimento útil; - Laço com 10mm de diâmetro, cateter com 120cm de comprimento aproximado, de 4Fr, com 102cm de comprimento útil; - Laço com 15mm de diâmetro, cateter com 120cm de comprimento aproximado, de 6Fr, com 102cm de comprimento útil; - Laço com 20mm de diâmetro, cateter com 120cm de comprimento aproximado, de 6Fr, com 102cm de comprimento útil; - Laço com 25mm de diâmetro, cateter com 120cm de comprimento aproximado, de 6Fr, com 102cm de comprimento útil; - Laço com 30mm de diâmetro, cateter com 120cm de comprimento aproximado, de 6Fr, com 102cm de comprimento útil; - Laço com 35mm de diâmetro, cateter com 120cm de comprimento aproximado, de 6Fr, com 102cm de comprimento útil; Aplicação: para ser utilizado no reposicionamento de próteses intraluminais, captura ou retirada de corpo estranho em sistema cardiovascular, comprimento do cateter diversos, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> EV3/Amplatz Goose Neck Snare >> MeritMedical/En Snare Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	12,00		
	<p>- Laço com 2mm de diâmetro, cateter com 175cm de comprimento aproximado, de 2.3 - 3Fr, com 150cm de comprimento útil; - Laço com 2mm de diâmetro, cateter com 200cm de comprimento aproximado, de 2.3 - 3Fr, com 175cm de comprimento útil; - Laço com 4mm de diâmetro, cateter com 175cm de comprimento aproximado, de 2.3 - 3Fr, com 150cm de comprimento útil; - Laço com 4mm de diâmetro, cateter com 200cm de comprimento aproximado, de 2.3 -</p>				



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
32	<p>3Fr, com 175cm de comprimento útil; - Laço com 7mm de diâmetro, cateter com 175cm de comprimento aproximado, de 2.3 - 3Fr, com 150cm de comprimento útil; - Laço com 7mm de diâmetro, cateter com 200cm de comprimento aproximado, de 2.3 - 3Fr, com 175cm de comprimento útil; Aplicação: para ser utilizado no reposicionamento de próteses intraluminais, captura ou retirada de corpo estranho em sistema cardiovascular, comprimento do cateter diversos, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade >> EV3/Amplatz Goose Neck Microsnare Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	48,00	_____	_____
33	<p>Cateter para Valvuloplastia, para tratamento de estenose MITRAL, (PTMC-Comissurotomia Mitral Percutânea Transvenosa), utilizando a técnica de (INOUE), conjunto contendo: 1 - Cateter balão, para dilatação da válvula mitral, com diâmetro externo de 11/12 Fr e com 70cm de comprimento, nos tamanhos de: - Balão com faixa de diâmetros de: 26mm ~ 30mm, - Balão com faixa de diâmetros de: 24mm ~ 28mm, - Balão com faixa de diâmetros de: 22mm ~ 26mm, - Balão com faixa de diâmetros de: 20mm ~ 24mm, - Balão com faixa de diâmetros de: 20mm ~ 22mm,</p>	Unidade	12,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
34	<p>- Balão com faixa de diâmetros de: 18mm ~ 20mm, 1 - Alongador(tubo tensor) do balão, para alongamento do tubo e do balão, 1,2 mm x 80 cm de comprimento, 1 - Dilatador, para dilatação de áreas de inserção, com 14 Fr x 70cm de comprimento, 1 - Fio guia, do cateter balão, 0,025" x 175cm de comprimento, 1 - Stylet, dirige o balão à válvula mitral, 0,038" x 80 cm de comprimento, 1 - Seringa, inflação do balão, 1 - Régua, medida do diâmetro do balão, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:: >> Toray Inoue Balloon/ref. PTMC-30, IMS30 - PTMC-28, IMS28 - PTMC-26, IMS26 - PTMC-24, IMS24 - PTMC-22, IMS22 - PTMC-20, IMS20 - >> SYM/Blue Arrow PBMV Balloon catheter set Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	12,00		
	<p>- Balão com diâmetros de: 18mm x 40mm comprimento aproximado, compatível com fio guia 0,038" polegadas, cateter perfil de 7Fr, com 110cm comprimento, introdutor recomendado 9Fr, - Balão com diâmetros de: 20mm x 45mm comprimento aproximado, compatível com fio guia 0,038" polegadas, cateter perfil de 7Fr, com 110cm comprimento, introdutor recomendado 9Fr, - Balão com diâmetros de: 23mm x 45mm comprimento aproximado, compatível com fio guia 0,038" polegadas, cateter perfil de 9Fr, com 110cm comprimento, introdutor recomendado 10Fr, - Balão com diâmetros de: 25mm x 50mm comprimento aproximado, compatível com fio guia 0,038" polegadas, cateter perfil de 9Fr, com 110cm comprimento, introdutor recomendado 10Fr, - Balão com diâmetros de: 28mm x 50mm comprimento aproximado, compatível com</p>				



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
35	<p>fio guia 0,038" polegadas, cateter perfil de 9Fr, com 110cm comprimento, introdutor recomendado 10Fr, - Balão com diâmetros de: 30mm x 50/60mm comprimento aproximado, compatível com fio guia 0,038" polegadas, cateter perfil de 9Fr, com 110cm comprimento, introdutor recomendado 10Fr, , estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Balt/Cristal Balloon, Adulto/ref. Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Cateter Balão para expansão dos stents de COARCTAÇÃO DE AORTA em Valvuloplastia, modelo BIB (Balloon in Balloon/Balão dentro de balão) é um balão para angioplastia transluminal percutânea, cujo balão interno tem 1cm a menos de comprimento e metade do diâmetro do balão externo, com 4 marcas radiopacas, sua utilização é recomendada em casos de angioplastia Percutânea de artérias femurais, ilíacas e renais, pode ser utilizado também como sistema de entrega de stents, para Valvuloplastia, indicado para a colocação de stents em vasos com um diâmetro superior a 8mm, " Aplicação: Desenvolvido para expansão dos stents de COARCTAÇÃO DE AORTA, utilizado também como sistema de entrega de stents; " Tipo: BIB (Balloon in Balloon/Balão dentro de Balão) ou similar " Material/composição: Confeccionado tungstênio ou similar, Tamanho/diâmetros/capacidade: com diâmetros de: - Diâmetro do balão 12.0, comprimento do balão 2.5cm, 3.0cm, 3.5cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm, 5.5cm, cateter comprimento útil 110cm, - Diâmetro do balão 14.0, comprimento do balão 2.5cm, 3.0cm, 3.5cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm, 5.5cm, cateter comprimento útil 110cm, - Diâmetro do balão 15.0, comprimento do balão 2.5cm, 3.0cm, 3.5cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm, 5.5cm, cateter comprimento útil 110cm, - Diâmetro do balão 16.0, comprimento do balão 2.5cm, 3.0cm, 3.5cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm, 5.5cm, cateter comprimento útil 110cm, - Diâmetro do balão 18.0, comprimento do balão 2.5cm, 3.0cm, 3.5cm, 4.0cm, 4.5cm,</p>	Unidade	12,00		



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
36	<p>5.0cm, 5.5cm, cateter comprimento útil 110cm, - Diâmetro do balão 20.0, comprimento do balão 3.0cm, 3.5cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm, 5.5cm, cateter comprimento útil 110cm, - Diâmetro do balão 22.0, comprimento do balão 3.0cm, 3.5cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm, 5.5cm, cateter comprimento útil 110cm, - Diâmetro do balão 24.0, comprimento do balão 3.0cm, 3.5cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm, 5.5cm, cateter comprimento útil 110cm, compatível com com fio guia 0,013", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-07.02.04.010-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:: >> Numed/BIB (Balloon in Balloon) ou similar Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>Cateter Balão para expansão dos stents de COARCTAÇÃO DE AORTA em Valvuloplastia, transluminal percutânea, cateter balão de dilatação de pressão " Aplicação: Desenvolvido para expansão dos stents de COARCTAÇÃO DE AORTA de 0,013" o cateter de dilatação fornece uma pressão mais elevada e, em alguns casos, um introdutor maior do que o do desenho do eixo coaxial, proporciona uma maior força de coluna e dirigibilidade combinado com uma ponta distal flexível para uma ótima capacidade de manobra do balão o cateter possui marcas radiopaca " Tipo: modelo Zmed II ou similar " Material/composição: Confeccionado tungstênio ou similar, Tamanho/diâmetros/capacidade: com diâmetros de; - Diâmetro do balão 16.0mm com comprimento de 3.0cm, 4.0cm, 5.0cm, 6.0cm comprimento útil 100/120cm, - Diâmetro do balão 18.0mm com comprimento de 3.0cm, 4.0cm, 5.0cm, 6.0cm comprimento útil 100/120cm, - Diâmetro do balão 20.0mm com comprimento de 3.0cm, 4.0cm, 5.0cm, 6.0cm comprimento útil 100/120cm, - Diâmetro do balão 22.0mm com comprimento de 3.0cm, 4.0cm, 5.0cm, 6.0cm comprimento útil 100/120cm, - Diâmetro do balão 23.0mm com comprimento de 3.0cm, 4.0cm, 5.0cm, 6.0cm</p>	Unidade	12,00		



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
37	<p>comprimento útil 100/120cm, compatível com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-07.02.04.010-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:: >> Numed/Z-med II ou similar Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>STENT de sustentação, recoberto PTFE (politetrafluoretileno) " Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária transluminal percutânea, com implante, desenvolvido para COARCTAÇÃO DE AORTA de 0,013" em estenose que pode aumentar o risco de de dano vascular e ruptura e em aneurisma associado a coarctação da aorta. " Tipo: CP recoberto, revestido com PTFE, " Material/composição: Composto por filamentos de 0,013" de platimun/iridium moldados em "zigs", que permite sua expansão de 12mm a 24mm, " Tamanho/diâmetros/capacidade: Com diâmetros de 8.0 mm com comprimento do stent de 1.6cm, 2.2cm, 2.8cm, 3.4cm, 3.9cm e 4.5cm, para uso com fio guia 0,013"/0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.029-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:: >> Numed/CP-Stent Recoberto (PTFE), ref. Cvrđ CP8Z16, Cvrđ CP8Z22, Cvrđ CP8Z28, Cvrđ CP8Z34, Cvrđ CP8Z39, Cvrđ CP8Z45, Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	12,00		



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
38	<p>STENT de sustentação, não recoberto</p> <p>" Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária transluminal percutânea, com implante, desenvolvido para COARCTAÇÃO DE AORTA de 0,013" em estenose de Aorta verificada em exames, estenose de Aorta com alterações hemodinâmicas importantes, estenose de Aorta em que a angioplastia com balão é ineficiente ou contra-indicada, estenose de Aorta maior que 20% do diâmetro do vaso adjacente.</p> <p>" Tipo: CP não recoberto,,</p> <p>" Material/composição: Composto por filamentos de 0,013" de platimun/iridium moldados em "zigs", que permite sua expansão de 12mm a 24mm,</p> <p>" Tamanho/diâmetros/capacidade: Com diâmetros de 8.0 mm com comprimento do stent de 1.6cm, 2.2cm, 2.8cm, 3.4cm, 3.9cm e 4.5cm, para uso com fio guia 0,013"/0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.049-5</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: IV - Máximo Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade::</p> <p>>> Numed/CP- Stent não recoberto, ref. CP8Z16, CP8Z22, CP8Z28, CP8Z34, CP8Z39, CP8Z45,</p> <p>Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	12,00		
39	<p>Bainha Introdutora para acesso transseptal com curva fixa, convencional (tipo MULLINS), teflonada com válvula hemostática, curva, com diâmetros de 08Fr, 12Fr, 14Fr e com 63cm, 75cm ou 85cm de comprimento aproximado, ponta radiopaca para uso com fio guia 0,035"/0,038", marcador radiopaco,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-07.02.04.003-7</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: IV - Máximo Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade::</p> <p>>> Cook/Mullins/ref.</p> <p>>> St. Jude Medical/Fast-Cath/ref.406840 SL1</p>	Unidade	24,00		



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Medtronic/ref. Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.				
40	Agulha punção transeptal, (tipo Brockenbrough), Adulto, composta de aço inoxidável de 18 Ga e com comprimento de 71 cm, torneira de duas vias em sua região proximal, e guia que acompanha a agulha, tipo de curva BRK-1, para procedimentos de cardiologia que requerem uma punção transeptal, ,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-07.02.04.001-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:: >> St° Jude Medical/Ref. BRK-1/407201	Unidade	12,00	_____	_____
41	Bainha Introdutora para acesso transeptal de 8 Fr com 63 cm de comprimento aproximado (tipo Fast-Cath transeptal Guiding Introducer, modelo curva SL-1, referência 406840, fabricante St jude Medical), com curva modelo SL-1, fixa com marcador, compatível para uso específico com agulha transeptal (tipo Brockenbrough, modelo BRK-1, referência 407201, fabricante St jude Medical), com - - - Introdutor com Válvula hemostática, 8Fr, 67cm de comprimento; - Fio guia Super Stiff com diâmetro de 0,032" com 180cm de comprimento; - Ponta radiopaca, side holes marcador na extremidade distal da bainha, marcações em centímetro no a porção proximal do dilatador; - Acomoda um 71 centímetros da agulha transeptal, modelo BRK-1; ,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM-07.02.04.003-7 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: IV - Máximo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:: >> St. Jude Medical/Fast-Cath/ref.406840 SL1	Unidade	12,00	_____	_____
42	Fio Guia Metálico Hidrofílico, de 0,035" Polegadas de diâmetro com 150cm de comprimento, ponta em " J " ou angulada com 3 mm de raio de curva, para uso em	Unidade	1.200,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
43	<p>procedimentos angiográficos para introduzir/posicionar cateteres e produtos intravenosos no sistema vascular, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.05.080-6 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Boston Scientific >> Cordis >> Cook >> Biometrix Ltd/Imp.EPTCA/Angio-Line >> Merit/Medical >> Nipro >> Medtronic >> St^o Jude Medical/HydroSteer >> OptiMed/Imp.Grifols Brasil/Hydra Black >> Terumo/Radiofocus</p> <p>Fio Guia Metálico Hidrofílico, de 0,035" Polegadas de diâmetro com 260cm de comprimento, ponta em " J " ou angulada com 3 mm de raio de curva, para uso em procedimentos angiográficos para introduzir/posicionar cateteres e produtos intravenosos no sistema vascular, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.05.080-6 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Boston Scientific >> Cordis >> Cook >> Biometrix Ltd/Imp.EPTCA/Angio-Line >> Merit/Medical >> Nipro >> Medtronic >> St^o Jude Medical/HydroSteer >> OptiMed/Imp.Grifols Brasil/Hydra Black >> Terumo/Radiofocus</p>	Unidade	500,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
44	Fio Guia Metálico Teflonado, Amplatz Extra Stiff de 0,035" Polegadas de diâmetro com 300cm de comprimento, ponta em " J " com 3 mm de raio de curva, para uso em procedimentos angiográficos para introduzir/posicionar cateteres e produtos intravenosos no sistema vascular, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Boston Scientific >> Cordis >> Cook >> Biometrix	Unidade	24,00	_____	_____
45	Fio Guia Metálico Teflonado, de 0,032" Polegadas de diâmetro com 260cm de comprimento, ponta em " J " com 3 mm de raio de curva, para uso em procedimentos angiográficos para introduzir/posicionar cateteres e produtos intravenosos no sistema vascular, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Cordis/J&J/Ref.Emerald/502-454	Unidade	48,00	_____	_____
46	Fio Guia Metálico Teflonado, de 0,035" Polegadas de diâmetro com 150cm de comprimento, ponta em " J " com 3 mm de raio de curva, para uso em procedimentos angiográficos para introduzir/posicionar cateteres e produtos intravenosos no sistema vascular, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:	Unidade	2.000,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
47	<p>>> Boston Scientific >> Cordis >> Cook >> Biometrix >> Merit/Medical >> Nipro >> Medtronic >> Stº Jude</p> <p>Fio Guia Metálico Teflonado, de 0,035" Polegadas de diâmetro com 260cm de comprimento, ponta em " J " com 3 mm de raio de curva, para uso em procedimentos angiográficos para introduzir/posicionar cateteres e produtos intravenosos no sistema vascular, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Boston Scientific >> Cordis >> Cook >> Biometrix >> Merit/Medical >> Nipro >> Medtronic >> Stº Jude</p>	Unidade	500,00	_____	_____
48	<p>Fio Guia Metálico Teflonado, de 0,035" Polegadas de diâmetro com 150cm de comprimento, ponta Reta (moldável), com 3 mm de raio de curva, para uso em procedimentos angiográficos para introduzir/posicionar cateteres e produtos intravenosos no sistema vascular, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Boston Scientific >> Cordis</p>	Unidade	100,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000671/2016-24 Pregão SRP 173 / 2016 Data da Emissão: 18/04/2017

Abertura: Dia: 03/05/2017 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Cook >> Biometrix >> Merit/Medical >> Nipro >> Medtronic >> St ^o Jude				
49	Introdutor Percutâneo Hemostático Femoral nos diâmetros de 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, com bainha de 11/12cm de comprimento, contendo: Introdutor de invólucro, dilatador, válvula hemostática e fio guia com 50cm de comprimento com ponta distal dupla em " J " e extremidade reta, para acesso percutânea nas veias ou artérias utilizados em procedimentos terapêuticos e de diagnóstico, marcador radiopaco, (Kit completo) estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS: 07.02.05.034.2 Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar com possibilidade de reprocessamento(fabricante recomenda uso único), Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Medtronic/Imput >> St ^o Jude Medical/Ultimum >> MeritMedical/Prelude >> Cordis/Brite Tip >> Terumo/Radifocus Introducer II	Unidade	2.000,00	_____	_____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura