

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000833/2018-96 **Pregão SRP** 99 / 2018 **Data da Emissão:** 20/02/2019

Abertura: Dia: 11/03/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SSMMS COM GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR 45 G/M2, COM REFORÇOS NA REGIÃO DO TÓRAX/ABDÔMEM E MANGAS, PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE REQUEIRAM MAIOR PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAIS E PACIENTES. COM MANGA LONGA E PUNHO EM MALHA CANELADA. ABERTURA POSTERIOR, COM TIRAS INTERNAS NAS COSTAS PARA O FECHAMENTO, E TAG PARA TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA NO FECHAMENTO DA OPA. TIRAS EXTERNAS NA CINTURA PARA FECHAMENTO EM TRANSPASSE NA LATERAL. COMPRIMENTO APROXIMADO DO AVENTAL 1,60 M OU EQUIVALENTE AO TAMANHO G. ACOMPANHA TOALHA DE MÃO EM TECIDO ABSORVENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A EMBALAGEM DEVE SER EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	7.479,00	_____	_____
2	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SSMMS COM GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR 45 G/M2, COM REFORÇOS NA REGIÃO DO TÓRAX/ABDÔMEM E MANGAS, PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE REQUEIRAM MAIOR PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAIS E PACIENTES. COM MANGA LONGA E PUNHO EM MALHA CANELADA. ABERTURA POSTERIOR, COM TIRAS INTERNAS NAS COSTAS PARA O FECHAMENTO, E TAG PARA TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA NO FECHAMENTO DA OPA. TIRAS EXTERNAS NA CINTURA PARA FECHAMENTO EM TRANSPASSE NA LATERAL. COMPRIMENTO APROXIMADO DO AVENTAL 1,70 M OU EQUIVALENTE AO TAMANHO GG. ACOMPANHA TOALHA DE MÃO EM TECIDO ABSORVENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A EMBALAGEM DEVE SER EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	2.958,00	_____	_____
3	AVENTAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONFECCIONADO EM SSMMS COM GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR 45 G/M2, COM MANGA LONGA E PUNHO EM MALHA CANELADA. ABERTURA POSTERIOR COM TIRAS INTERNAS NAS COSTAS PARA O FECHAMENTO, E TAG PARA TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA NO FECHAMENTO DA OPA. TIRAS EXTERNAS NA	Unidade	1.592,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000833/2018-96 **Pregão SRP** 99 / 2018 **Data da Emissão:** 20/02/2019

Abertura: Dia: 11/03/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	CINTURA PARA FECHAMENTO EM TRANSPASSE NA LATERAL. COMPRIMENTO APROXIMADO DO AVENTAL 1,70 M OU EQUIVALENTE AO TAMANHO GG. ACOMPANHA TOALHA DE MÃO EM TECIDO ABSORVENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A EMBALAGEM DEVE SER EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR AMOSTRA.				
4	AVENTAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONFECCIONADO EM SSMMS COM GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR 45 G/M2, COM MANGA LONGA E PUNHO EM MALHA CANELADA. ABERTURA POSTERIOR. COM TIRAS INTERNAS NAS COSTAS PARA O FECHAMENTO, E TAG PARA TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA NO FECHAMENTO DA OPA. TIRAS EXTERNAS NA CINTURA PARA FECHAMENTO EM TRANSPASSE NA LATERAL. COMPRIMENTO APROXIMADO DO AVENTAL 1,60 M OU EQUIVALENTE AO TAMANHO G. ACOMPANHA TOALHA DE MÃO EM TECIDO ABSORVENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A EMBALAGEM DEVE SER EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	21.376,00	_____	_____
5	AVENTAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS, HIPOALERGÊNICO, GRAMATURA MÍNIMA DE 22 G/M2, COMPRIMENTO MÍNIMO 150 CM (COMPATÍVEL COM TAMANHO G). MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA. COR DEVE SER DIFERENTE DE BRANCO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	11.211,00	_____	_____
6	AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES CONTRA RISCOS QUÍMICOS DURANTE A MANIPULAÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS. CONFECCIONADO EM SSMMS, COM PARTE INTERNA LAMINADO E EXTERNA ABSORVENTE; MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA. ABERTURA NAS COSTAS. APRESENTAR TIRAS PARA FECHAMENTO NA CINTURA E NO PESCOÇO. COMPRIMENTO MÍNIMO 150 CM (COMPATÍVEL COM TAMANHO G) APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO	Unidade	4.368,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000833/2018-96 **Pregão SRP** 99 / 2018 **Data da Emissão:** 20/02/2019

Abertura: Dia: 11/03/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR DUAS UNIDADES DE AMOSTRA.				
7	AVENTAL DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO COM MANTA EM SMS IMPERMEÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 20 G/M², MANGA LONGA, PUNHO COM FECHAMENTO POR ELÁSTICO. ABERTURA NAS COSTAS COM FECHAMENTO POR TIRAS AMARRÁVEIS NA CINTURA E NO PESCOÇO. COMPRIMENTO APROXIMADO DO AVENTAL 1,50 M. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	1.500,00	_____	_____
8	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM FENESTRA REDONDA CENTRAL COM APROXIMADAMENTE 10 CM DE DIÂMETRO. COMPOSTO POR NÃO TECIDO SMMS (100% POLIPROPILENO EM QUATRO CAMADAS). ACOMPANHA FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA AO REDOR DA FENESTRA PARA DELIMITAR A INCISÃO CIRÚRGICA E AINDA, DEVE APRESENTAR REFORÇO EM NÃO TECIDO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL. DEVE SER ÁLCOOL E HIDRORREPELENTE. DEVE PROPORCIONAR EFETIVA BARREIRA CONTRA SANGUE E FLUIDOS. INDICADO PARA COBERTURA DE PACIENTE. TAMANHO APROXIMADO DE 1,00 M X 1,00 M. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES DUPLA FACE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT 16064. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	1.780,00	_____	_____
9	CAMPO DE MESA DE INSTRUMENTAL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO/POLIPROPILENO, COR AZUL, IMPERMEÁVEL COM REFORÇO CENTRAL SOBREPOSTO E SUPER ABSORVENTE. CAMPO DE DIMENSÕES MÍNIMAS 160 CM X 140 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	4.056,00	_____	_____
10	CAMPO DE MESA DE INSTRUMENTAL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO/POLIPROPILENO, COR AZUL, IMPERMEÁVEL COM REFORÇO CENTRAL SOBREPOSTO E SUPER ABSORVENTE. CAMPO DE DIMENSÕES MÍNIMAS 70 CM X 90 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	1.026,00	_____	_____
11	CAMPO PARA ANGIOGRAFIA FEMURAL ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SMMS ULTRA ABSORVENTE NA PARTE SUPERIOR E REGIÃO DAS	Unidade	1.348,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000833/2018-96 **Pregão SRP** 99 / 2018 **Data da Emissão:** 20/02/2019

Abertura: Dia: 11/03/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	FENESTRAS, E IMPERMEÁVEL NA PARTE POSTERIOR DAS MESMAS. CAMPO ÚNICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 190 CM DE COMPRIMENTO X 300 CM DE LARGURA; DUPLA FENESTRA ADESIVADA COM FILME TRANSPARENTE, CORTINA PLÁSTICA TRANSPARENTE NAS LATERAIS. APRESENTAR COM DOBRA CIRÚRGICA, EMBALADO EM WRAPS DE NÃO TECIDO E REEMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA.				
12	EMBALAGEM DE USO ÚNICO COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO GRAU MÉDICO PELO PROCESSO SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 45 G/M². TAMANHO APROXIMADO DE 50 CM X 50 CM. DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, VFE E ESPOROS, NÃO CARCINOGENICA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO E AMOSTRA.	Unidade	136.250,00	_____	_____
13	EMBALAGEM DE USO ÚNICO COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO GRAU MÉDICO PELO PROCESSO SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 45 G/M². TAMANHO APROXIMADO DE 75 CM X 75 CM. DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, VFE E ESPOROS, NÃO CARCINOGENICA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	94.429,00	_____	_____
14	EMBALAGEM DE USO ÚNICO COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO GRAU MÉDICO PELO PROCESSO SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 55 G/M². TAMANHO APROXIMADO DE 100 CM X 100 CM. DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, VFE E ESPOROS, NÃO CARCINOGENICA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO E AMOSTRA.	Unidade	28.358,00	_____	_____
15	EMBALAGEM DE USO ÚNICO COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES. CONFECCIONADA EM NÃO	Unidade	13.090,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000833/2018-96 **Pregão SRP** 99 / 2018 **Data da Emissão:** 20/02/2019

Abertura: Dia: 11/03/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	TECIDO GRAU MÉDICO PELO PROCESSO SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 65 G/M². TAMANHO APROXIMADO DE 120 CM X 120 CM. DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, VFE E ESPOROS, NÃO CARCINOGENICA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO E AMOSTRA.				
16	KIT CIRÚRGICO PARA CESÁREA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR: UM CAMPO IMPERMEÁVEL PARA MESA DE INSTRUMENTAL; UM CAMPO CIRÚRGICO DE PACIENTE, PROTEGIDA POR BOLSA PLÁSTICA COLETORA DE FLUIDOS COM DRENO E UMA MANTA PARA RECEPÇÃO DO RECÉM-NASCIDO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A EMBALAGEM DEVE SER EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR AMOSTRA.	Kit	1.700,00	_____	_____
17	KIT CIRÚRGICO PARA GINECO URO E PROCTO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR QUATRO PEÇAS: UMA COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA DE INSTRUMENTAL ; UM CAMPO CIRÚRGICO INFERIOR COM FENESTRA EM "U"; UM CAMPO CIRÚRGICO SUPERIOR E UM PAR DE PERNEIRAS. MATERIAL CONFECCIONADO EM SSMMS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A EMBALAGEM DEVE SER EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR AMOSTRA.	Kit	739,00	_____	_____
18	KIT CIRÚRGICO PARA ORTOPEDIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR QUATRO PEÇAS: UMA COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA DE INSTRUMENTAL ; UM CAMPO IMPERMEÁVEL DE APROXIMAÇÃO COM FENESTRA EM "U"; UM CAMPO CIRÚRGICO INFERIOR COM FENESTRA EM "U" E UM CAMPO CIRÚRGICO SUPERIOR. MATERIAL CONFECCIONADO EM SMS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A EMBALAGEM DEVE SER EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR AMOSTRA.	Kit	1.113,00	_____	_____
19	KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR CINCO	Kit	4.176,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000833/2018-96 **Pregão SRP** 99 / 2018 **Data da Emissão:** 20/02/2019

Abertura: Dia: 11/03/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	PEÇAS: UM CAMPO SUPERIOR, UM INFERIOR, DOIS LATERAIS E UMA COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA DE INSTRUMENTAL COM REFORÇO ABSORVENTE. MATERIAL CONFECCIONADO EM SSMMS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. A EMBALAGEM DEVE SER EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR AMOSTRA.				
20	TOALHA DESCARTÁVEL DE LIMPEZA TIPO "WIPERS", FABRICADA COM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS, DEVE POSSUIR CERTA RESISTÊNCIA E PROMOVER RÁPIDA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. DEVE SER ATÓXICO, PERMITIR O USO PROLONGADO E NÃO SOLTAR RESÍDUOS. COR BRANCA. TAMANHO APROXIMADO DE 25 X 44 CM. APRESENTAÇÃO EM PACOTES OU ROLOS PICOTADOS. COTAR O ROLO/PACOTE COM 400 UNIDADES OU 200 METROS, APROXIMADAMENTE. MARCA DE REFERÊNCIA WYPALL (KIMBERLY). OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRAS (5-10 TOALHAS).	Rolo	32,00	_____	_____
21	VESTUÁRIO TIPO MACACÃO TAMANHO GRANDE (G), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO TRABALHADOR NA MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS OU PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CAPUZ. FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, PERMITINDO A TRANSPIRAÇÃO. DEVE SER RESISTENTE A RASGOS, FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MANGA LONGA. FECHAMENTO COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS. ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER PROTEGIDO COM ABA DO MESMO MATERIAL. A UNIÃO (SOLDA) ENTRE AS PARTES QUE COMPÕEM O MACACÃO DEVE SER IMPERMEÁVEL E RESISTENTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR CATÁLOGO E AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	800,00	_____	_____
22	VESTUÁRIO TIPO MACACÃO TAMANHO MÉDIO (M), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO TRABALHADOR NA MANIPULAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS OU PRODUTOS QUÍMICOS. DEVE POSSUIR CAPUZ. FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS, PERMITINDO A TRANSPIRAÇÃO. DEVE SER	Unidade	400,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000833/2018-96 **Pregão SRP** 99 / 2018 **Data da Emissão:** 20/02/2019

Abertura: Dia: 11/03/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	RESISTENTE A RASGOS, FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MANGA LONGA. FECHAMENTO COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS. ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER PROTEGIDO COM ABA DO MESMO MATERIAL. A UNIÃO (SOLDA) ENTRE AS PARTES QUE COMPÕEM O MACACÃO DEVE SER IMPERMEÁVEL E RESISTENTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR CATÁLOGO E AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO.				

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura