

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS (TIPO WEISS), CALIBRE 17 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2" EM AÇO INOX; COM PONTA CURVA E CALCANHAR CEGO (TIPO TUOHY), ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CÂNULA DEMARCADA EM CM; CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS. TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO -</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Código Ebserh: EBS00013</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> B.D./Tuohy/Ref.408358</p> <p>>> B.Braun/Perican/ref.4512588</p> <p>>> Unisis/Uniever/ref.</p>	Unidade	510,00	_____	_____
2	<p>AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS (TIPO WEISS), CALIBRE 18 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2" EM AÇO INOX; COM PONTA CURVA E CALCANHAR CEGO (TIPO TUOHY), ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CÂNULA DEMARCADA EM CM; CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS. TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO</p> <p>Código Ebserh: EBS00015</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> B.D./Tuohy/ref.408359</p> <p>>> B.Braun/Perican/ref.4512383</p>	Unidade	170,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Unisis/Uniever/ref. T189P * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).				
3	AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS (TIPO WEISS), CALIBRE 18 G COM COMPRIMENTO DE 2" EM AÇO INOX; COM PONTA CURVA E CALCANHAR CEGO (TIPO TUOHY), ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CÂNULA DEMARCADA EM CM; CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS. TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO - (Código Ebserh: G152P5) * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32). Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D/ref.405187 >> B.Braun/ref.4502302 >> Unisis/Uniever/ref.T185	Unidade	80,00	_____	_____
4	AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS (TIPO WEISS), CALIBRE 20 G COM COMPRIMENTO DE 2" EM AÇO INOX; COM PONTA CURVA E CALCANHAR CEGO (TIPO TUOHY), ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CÂNULA DEMARCADA EM CM; CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS. TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO	Unidade	60,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32). Código Ebserh: EBD00018 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D./Weiss/ref.405185 >> Unisis/Uniever/ref. T205</p>				
5	<p>Agulha Anestesia para bloqueio de plexo contínuo conjunto com agulha de 18 G x 55 mm, com ângulo de 30° e Cânula de 20G x 400 mm, com marcas de profundidade e com conexão luer lock, cateter em poliamida com desenho atraumático na ponta, cabo conector para o aparelho estimulador, conector de cateter, (modelo de referência Contimplex D, fabricante B.Braun), com neuroestimulador do plexo braquial por via interscalênica, três em um em paciente obeso, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32). Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.Braun/Conjunto Contiplex D 30° /ref.4894243N * Observações: 1 - A empresa vencedora deverá (fornecer) 01 (uma) unidade do aparelho neuroestimulador de plexo sob a forma de comodato. 2 - Observar no edital dos equipamentos: Condições e obrigações.</p>	Unidade	35,00	_____	_____
6	<p>AGULHA ANESTESIA, APLICAÇÃO P/ BLOQUEIO DE PLEXO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO 22 G X 2, TIPO PONTA BISEL ESPECIAL 30 G, ISOLADO C/ TEFLON, CÂNULA 0,70 X 50 MM, CANHÃO TRANSLÚCIDO E</p>	Unidade	245,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	<p>COM RANHURAS, TUBO PARA INJEÇÃO E ASPIRAÇÃO COM 40 CM E PRIMMING DE 0,3 ML, ISOLANTE PARA USO COM ESTIMULADOR ELÉTRICO DE NERVOS, COMPONENTE C/ CABO DE ELETRODO ISOLADO E COM ADAPTADOR SOLDADO A EXTREMIDADE PROXIMAL MAIS GROSSA FORA DA SUPERFÍCIE DA AGULHA, COMPONENTE II TUBO P/ INJETAR EM PVC, PROTETOR DE AGULHA/POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, CONECTOR UNIVERSAL, CONECTOR FÊMEA C/ TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ NEUROESTIMULADOR, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Código Ebserh: EBS00010</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> B.Braun/Stimuplex A/ref. 4894502</p> <p>>> Biomedical/Cânula para eletroestimulação de plexo/Ref.AE2250</p> <p>>> Vygon/Locoplex Ref.5194-503</p> <p>* Observações:</p> <p>1 - A empresa vencedora deverá (fornecer) 01 (uma) unidade do aparelho estimulador de plexo sob a forma de comodato.</p> <p>2 - Observar no edital dos equipamentos: Condições e obrigações.</p>	Unidade	145,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	<p>B.Braun) estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32). Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.Braun/Stimuplex A/ref. 4894260 >> Biomedical/Cânula para eletroestimulação de plexo/Ref.AE2250 >> Vygon/Locoplex Ref.5194-103 * Observações: 1 - A empresa vencedora deverá (fornecer) 01 (uma) unidade do aparelho estimulador de plexo sob a forma de comodato. 2 - Observar no edital dos equipamentos: Condições e obrigações.</p> <p>AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL OBESOS COM ALETAS (TIPO WEISS), CALIBRE 18 G COM COMPRIMENTO DE 5" (LONGA) EM AÇO INOX; COM PONTA CURVA E CALCANHAR CEGO (TIPO TUOHY), ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES; CÂNULA DEMARCADA EM CM; CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS. TAMPA PROTETORA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO - Código Ebserh:G152P7 * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32). Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D./Peridural/ref.405190 >> B.Braun/Perican Tuohy/Cód.ref. 4512200 >> Unisis Corp/Uniever T1815</p>	Unidade	40,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	<p>AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA OBESOSS E PUNÇÃO LIQUÓRICA (COLETA DE LÍQUOR), CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 4 3/4" (120MM) EM AÇO INOX, COM PONTA TIPO "QUINCKE" COM MANDRIL METÁLICO, ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES. CÂNULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS. TAMPA PROTETORA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Código Ebserh: EBS00023 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D/Spinal. >> B.Braun/Spinocan/Cód.ref.4505913</p>	Unidade	180,00	_____	_____
10	<p>Agulha Anestesia Raquidiana, para OBESO de 27G x 120mm, com bisel ponta Quincke para punção espinhal, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D./Spinal >> B.Braun/Spinocan/Ref. 4502140</p>	Unidade	50,00	_____	_____
11	<p>AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (COLETA DE LÍQUOR), CALIBRE 20 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2" EM AÇO INOX, COM</p>	Unidade	10,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	<p>PONTA TIPO "QUINCKE" COM MANDRIL METÁLICO, ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES. CÂNULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS. TAMPA PROTETORA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Código Ebserh: EBS00019 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D./Spinal/ref.408373 >> Unisis Corp/Uniever/ref.</p>	Unidade	2.440,00		
	<p>AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (COLETA DE LÍQUOR), CALIBRE 22 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2" EM AÇO INOX, COM PONTA TIPO "QUINCKE" COM MANDRIL METÁLICO, ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES. CÂNULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS. TAMPA PROTETORA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO - (Código Ebserh: G1S2P12)</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D./Spinal/ref.408377</p>				

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
13	>> B.Braun/Spinocan/ref.4507908 >> Unisis Corp/Uniever/ref.S229 AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (COLETA DE LÍQUOR), CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2" EM AÇO INOX, COM PONTA TIPO "QUINCKE" COM MANDRIL METÁLICO, ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES. CÂNULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS. TAMPA PROTETORA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. Código Ebserh: EBS00022 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D./Spinal/Ref.408379 >> B.Braun/Spinocan >> Unisis Corp/Uniever/ref.S259 * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).	Unidade	2.070,00	_____	_____
14	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (COLETA DE LÍQUOR), CALIBRE 27 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2". EM AÇO INOX, COM PONTA TIPO "QUINCKE" COM MANDRIL METÁLICO, ISENTA DE REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES. CÂNULA DE PAREDES FINAS, CANHÃO TIPO LUER LOCK, TRANSLÚCIDO E INTERNAMENTE CÔNICO, COM CONEXÃO PERFEITA COM DISPOSITIVOS. TAMPA PROTETORA. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c,	Unidade	2.290,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	<p>Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32). Código Ebserh: EBS00029 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:>> B.D./Spinal >> B.Braun/Spinocan/Ref.4503902 >> Unisis Corp/Uniever/ref.S279G >> Shangai SA Medical/Procure/ref.</p> <p>Aguilha Anestesia RAQUIDIANA com bisel ponta Quincke para punção espinhal, de G29 x 88mm de comprimento aproximado, bisel tri facetado, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32). Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D./Spinal >> B.Braun/Spinocan/ref.4501900 >> Unisis Corp/Uniever/ref.S299G</p>	Unidade	40,00	_____	_____
16	<p>Aguilha Anestesia RAQUIDIANA com bisel ponta Quincke para punção espinhal, Pediátrica de G25 x 50mm(2") de comprimento aproximado, bisel tri facetado, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p>	Unidade	125,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:>> B.D./Spinal >> B.Braun/Spinocan/ref. >> Unisis Corp/Uniever/ref.</p>				
17	<p>Agulha Aspirativa com ponta tipo CHIBA, 18G com tamanhos de 15cm e 20cm de comprimento aproximado, que permite a aspiração de amostras citológicas, injeção de contraste ou anestéricos e introdução de fio guia 0,035", possui marcação de profundidade em centímetros, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Medax >> GTA S.R.L. >> Bloodline >> Medical Device >> Galini >> Ecomed >> MD Tech >> Cook >> Unisis</p>	Unidade	65,00	_____	_____
18	<p>Agulha Aspirativa com ponta tipo CHIBA, 20G com tamanhos de 15cm e 20cm de comprimento aproximado, que permite a aspiração de amostras citológicas, injeção de contraste ou anestéricos e introdução de fio guia 0,035", possui marcação de profundidade em centímetros,, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único,</p>	Unidade	110,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	<p>embalagem compatível com a legislação vigente. * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32). * Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Medax >> GTA S.R.L. >> Bloodline >> Medical Device >> Galini >> Ecomed >> MD Tech >> Cook >> Unisis</p> <p>Agulha Aspirativa com ponta tipo CHIBA, 22G com tamanhos de 15cm e 20cm de comprimento aproximado, que permite a aspiração de amostras citológicas, injeção de contraste ou anestéricos e introdução de fio guia 0,035", possui marcação de profundidade em centímetros,, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32). * Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Medax >> GTA S.R.L. >> Bloodline</p>	Unidade	140,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Medical Device >> Galini >> Ecomed >> MD Tech >> Cook >> Unisis				
20	<p>Agulha Aspirativa co-axial para biópsia e outros acessos, ponta TROCAR, utilizada para procedimentos renais, para introdução de fio guia por dentro da agulha, pois sua ponta romba, evita perfurações de outros órgãos,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acesso via Luer lock; - Ponta tipo TROCAR; - Cânula com marcação em centímetros para facilitar a punção; - Estilete ponta piramidal; - Cânula com ponta romba, evitando lesões interna (um mandril completamente estabilizado-reto); - Cânulas com cores para diferenciar os calibres; <p>com diâmetros de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18G com tamanhos de 15cm e 20cm, - 20G com tamanhos de 15cm e 20cm, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, que estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.(anexo III da NR 32). * Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Cook/ref. >> MD Tech/Angiotech</p>	Unidade	85,00	_____	_____
21	<p>Agulhas para biópsia de tecidos moles em (sistema SEMI AUTOMÁTICA para uso MANUAL e não necessita uso de disparador) + Cânulas coaxiais (destacável), (modelo de referência Agulhas Core Biópsia + Cânula Coaxial Biopsy, fabricante BARD), para uso em conjunto, composto por:</p> <p>AGULHA descartável para biópsia de tecidos moles, em aço inoxidável, composta por</p>	Conjunto	60,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
22	<p>uma cânula com conector Luer lock centimetrado e com espaçador e um estilete interno para punção com chanfra(guilhotina), agulha com tamanho aproximadamente 3 cm, maior que a cânula e com</p> <p>CÂNULA Introdutora Coaxial, destacável, em aço inoxidável é dispositivo com três partes, que consiste numa cânula externa com um conector luer fêmea, um estilete interno com um conector luer lock macho e um limitador de profundidade, flexível e deslizante, para executar múltiplas biópsias em mesmo local anatômico, evitado múltiplas perfurações teciduais, as medidas podem aproximadas (conforme cada fabricante), neste item os licitantes deverão disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agulha de 16Ga x 10 cm + Cânula Introdutora Coaxial, destacável de 15G x 5 cm - para biópsia de Mama/Tireóide - cor Branco - Agulha de 16Ga x 15 cm + Cânula Introdutora Coaxial, destacável de 15G x 10 cm - para biópsia de Rim - cor Branco - Agulha de 20Ga x 10 cm + Cânula Introdutora Coaxial, destacável de 19G x 5 cm - para biópsia de Pulmão - cor Amarelo - Agulha de 20Ga x 15 cm + Cânula Introdutora Coaxial, destacável de 19G x 10 cm - para biópsia de Pulmão - cor Amarelo - Agulha de 20Ga x 20 cm + Cânula Introdutora Coaxial, destacável de 19G x 15 cm - para biópsia de Pulmão - cor Amarelo <p>, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, que estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.(anexo III da NR 32). Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade >> Bard/Agulhas Core Biópsia + Cânula Coaxial Biopsy p/uso sistema Mission >> Geotek Medikal/Importada por Brasmed * Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Conjunto	190,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Cânula TruGuide Disposable Coaxial Biopsy, fabricante Bard) conjunto composto por: AGULHA descartável, em aço inoxidável, composta por uma cânula com conector Luer lock centimetrado e com espaçador e um estilete interno para punção com chanfra(guilhotina), agulha com tamanho aproximadamente 3/5 cm, maior que a cânula e com</p> <p>CÂNULA Introdutora Coaxial, destacável, em aço inoxidável é dispositivo com três partes, que consiste numa cânula externa com um conector luer fêmea, um estilete interno com um conector luer lock macho e um limitador de profundidade, flexível e deslizante, para executar múltiplas biópsias em mesmo local anatômico, evitado múltiplas perfurações teciduais, as medidas podem aproximadas (conforme cada fabricante), neste item os licitantes deverão disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de:</p> <p>Agulha de 16G x 100mm + Cânula Introdutora Coaxial, descartável de 15G x 5 cm, para biópsia de Mama/Tireóide - cor Branco</p> <p>Agulha de 16G x 150mm + Cânula Introdutora Coaxial, descartável de 15G x 10 cm, para biópsia de Rim - cor Branco</p> <p>Agulha de 16G x 200mm + Cânula Introdutora Coaxial, descartável de 15G x 15 cm para biópsia de Fígado/Rim - cor Branco</p> <p>Agulha de 20G x 100mm + Cânula Introdutora Coaxial, descartável de 19G x 5 cm para biópsia de Pulmão - cor Amarelo</p> <p>Agulha de 20G x 150mm + Cânula Introdutora Coaxial, descartável de 19G x 10 cm para biópsia de Pulmão - cor Amarelo</p> <p>Agulha de 20G x 200mm + Cânula Introdutora Coaxial, descartável de 19G x 15 cm para biópsia de Pulmão - cor Amarelo</p> <p>, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, que estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.(anexo III da NR 32). Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade >> Bard/Agulhas Magnum + Cânula TruGuide Disposable Coaxial Biopsy</p> <p>* Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>				

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
23	<p>1 - A empresa vencedora deverá fornecer sob a forma de COMODATO - 05 (cinco) unidades de Instrumento de disparo de precisão de alta velocidade e profundidade de penetração de 1 cm e 2 cm, (modelo de disparador tipo pistola automática de impulsão à mola - sistema tru-cut).</p> <p>2 - Observar no edital dos equipamentos: Condições e obrigações.</p> <p>Agulhas para Biópsia de tecidos moles para uso em combinação com DISPARADOR/Pistola de impulsão à mola tipo Magnum, em aço inoxidável, composta por uma cânula com conector Luer lock centimetrado e com espaçador e um estilete interno para punção com chanfra(guilhotina), as medidas podem aproximadas (conforme cada fabricante) para uso com Disparador/Pistola modelo (pistola automática de impulsão à mola tipo Magnum), modelo de referência (Agulhas biópsia modelo referência, fabricante Bard) neste item os licitantes deverão disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de:</p> <p>Agulha de 14G x 100mm, para biópsia de Mama - cor Verde Agulha de 14G x 120mm, para biópsia de Mama - cor Verde Agulha de 14G x 160mm, para biópsia de Mama - cor Verde Agulha de 16G x 100mm, para biópsia de Tireóide - Agulha de 16G x 160mm, para biópsia de Rim - cor Branco Agulha de 16G x 200mm, para biópsia de Fígado/Rim - cor Branco Agulha de 18G x 100mm, para Biópsia de Tireóide - cor Rosa Agulha de 18G x 160mm, para biópsia de Fígado - cor Rosa Agulha de 18G x 200mm, para biópsia de Próstata/Pulmão - cor Rosa Agulha de 18G x 250mm, para biópsia de Próstata - cor Rosa Agulha de 20G x 200mm, para biópsia de Pulmão - cor Amarelo , estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, que estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.(anexo III da NR 32). Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade >> Bard/Agulhas Magnum >> Histo/Biocore II MG >> Unit Indústria/ref.MCA</p>	Unidade	675,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
24	<p>>> Geotek Medikal/Importada por Brasmed * Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. 1 - A empresa vencedora deverá fornecer sob a forma de COMODATO - 05 (cinco) unidades de Instrumento de disparo de precisão de alta velocidade e profundidade de penetração de 1 cm e 2 cm, (modelo de disparador tipo pistola automática de impulsão à mola - sistema tru-cut). 2 - Observar no edital dos equipamentos: Condições e obrigações.</p> <p>Agulha Aspirativa de Mielograma via esterno, usada para aspiração na região da (crista ilíaca), empunhadura anatômica que fornece segurança em relação a força aplicada no momento da penetração óssea, cânula com limitador de profundidade, agulha siliconizada, bisel cortante (45º) trifacetado, conexão luer lock, trava de segurança, plug anti-refluxo, disponibilizar os diâmetros diversos de: - calibre 14G com 5cm comprimento aproximado, - calibre 16G com 5cm comprimento aproximado, - calibre 18G com 5cm comprimento aproximado, ,estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabeleçe que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32). Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Astermed >> Gallini >> Biomedical >> Bloodline >> Euromed/MDL >> MD Tech-Medical Device Technologies/Angiotech >> Somatex Medical/Aspi-cut >> Unit</p>	Unidade	560,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
25	<p>Agulha de Aspiração de medula óssea, INFANTIL (modelo de referência Agulha Aspiração, fabricante Lexel SRL), a pega tem uma unidade de alto-do comprimento da agulha que faz com que seja adaptável às necessidades dos vários pontos de punção, siliconizada, bisel cortante (45º) trifacetado, conexão luer lock, com diâmetros de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15G/azul, com 5cm de comprimento aproximado, - 16G/verde, com 5cm de comprimento aproximado, - 18G/roxo com 5cm de comprimento aproximado, <p>, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Lexel S.R.L/ref.ASP15G/azul, ASP16G/verde, ASP18G/roxo</p>	Unidade	10,00	_____	_____
26	<p>Agulha de Biópsia de Medula Óssea, por aspiração, calibre de 18G x 3,58cm comprimento aproximado, modelo INFANTIL com parede grossa para suportar as pressões da introdução, ponta do tipo trocar facilita penetração, o adaptador Luer-Lok permite acoplar uma seringa, permite também a realização de punção ou infusão intraóssea.estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Ecomed/ION18015</p>	Unidade	15,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
27	<p>Agulha de Biópsia de Medula Óssea, por aspiração, modelo Adulto, com diâmetro de: - 08G, com 10 cm de comprimento aproximado, - 11G, com 10 cm de comprimento aproximado, - 13G, com 10 cm de comprimento aproximado, ,cânula extratora, siliconada, estereotóxica, radiopaca ao RX, TC, ultra som, MRL, bisel com ponta diametral (trifacetado) cortante, conexão luer lock para aspiração, mandril para recolhimento do material, plug anti-refluxo, cabo (empunhadura) anatômica com trava de segurança, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Astermed >> Medax >> Biomedical >> MDL/HTS >> Blondline >> MD Tech</p>	Unidade	380,00	_____	_____
28	<p>Agulha Bisel de ponta (Huber) para administração de drogas em sistema de cateteres com porte totalmente implantável, com bisel especial em dois segmentos o primeiro segmento do bisel é responsável pela incisão mínima, o segundo segmento não cortante do bisel apenas dilata as fibras da dura-máter, ambos os segmentos se curvam para um ângulo coincidente, contribuindo para um trauma mínimo durante a punção, reta, para injeção em "bolus" dotado de placa de fixação, conexão luer lock e tubo extensor com priming reduzido acoplado, nos diâmetros e tamanhos de: - 20G x 15mm de comprimento aproximado, - 20G x 25mm de comprimento aproximado, - 22G x 15mm de comprimento aproximado,</p>	Unidade	3.800,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
29	<p>estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, que estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.(anexo III da NR 32). Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade >> B.Braun, >> Bard >> FB Medical/Euromed >> Kawassumi</p> <p>AGULHA PARA LOCALIZAÇÃO MAMÁRIA (FIO GUIA TIPO KOPANS), DIÂMETRO 20 G, MATERIAL AÇO RADIOTRANSARENTE, APLICAÇÃO BIÓPSIA DE MAMA, COMPRIMENTO 10 CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, (nódulos não palpáveis) pré-operatória, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Intermedical >> Histo >> HTS/Euromed/ref.IM2010 >> Bloodline >> Scitech Produtos Medicos/MDS >> Gallini</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, que estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.(anexo III da NR 32).</p>	Unidade	65,00	_____	_____
30	<p>Cateter de Acesso Venoso Central, Mono Lúmen, Adulto de 14Ga(6,5Fr/2,17mm) com 20cm de comprimento aproximado, com sufixo centimetrado, desenvolvido para inserção nas veias jugular, subclávia ou femoral, com clamp em cada via, conexão em luer lock e com abas para fixação do cateter + acessórios (seringa, fio guia, dilatador de vaso, agulha de punção e bisturi), necessários para a sua introdução utilizando-se a técnica de seldinger, radiopaco,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p>	Unidade	110,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
31	<p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Arrow, >> B.Braun/Certofix Mono V 420/ref.4160320-07 >> Balton, >> Medex >> Biomedical/Ref.C7S20BN >> Biometrix/Centra-line/Ref. HO-4020</p> <p>CATETER VENOSO CENTRAL, DUPLO LÚMEM, 4 FR, 10 A 15 CM, LÚMEM DISTAL 22 GA, LÚMEM PROXIMAL 22 GA. EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, LATEX-FREE, RADIOPACO, TERMOSENSÍVEL E BIOCMPATÍVEL. MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER. PONTA MACIA E FLEXÍVEL PARA EVITAR LESÃO VASCULAR. EXTENSORES COM CONECTORES COLORIDOS LUER LOCK E IDENTIFICAÇÃO DOS LÚMENS DISTAL E PROXIMAL. CLAMP DE VEDAÇÃO DO FLUXO EM CADA VIA. ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS. ACOMPANHA: FIO GUIA METÁLICO, CENTIMETRADO, 45 CM, COM PONTA EM "J" PARA EVITAR TRAUMAS VASCULARES E SISTEMA DE PASSAGEM COM UMA MÃO PARA FACILITAR O PROCEDIMENTO, DILATADORES EM POLIPROPILENO. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO SEGURA. PROPICIAR PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE, COM O MÍNIMO DE TRAUMA, ADAPTAÇÃO SEGURA À DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, TÉCNICA DE INTRODUÇÃO SEGURA, FÁCIL MANUSEIO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM ÚNICA RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. Código Ebserh: EBS00051 RPM do SIH/SUS: 07.02.04.015.0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Intra/Hts/Duocath/Ref.332014</p>	Unidade	80,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
32	>> Smiths Medical/Logicath/ref. MXA232X16X40J >> Arrow/Pediatric Two-Lumen Central/ref.CS-14402 CATETER VENOSO CENTRAL, DUPLO LÚMEM, 5 FR, 10 A 15 CM, LÚMEM DISTAL 18 GA, LÚMEM PROXIMAL 22 GA. EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, LATEX-FREE, RADIOPACO, TERMOSENSÍVEL E BIOCAMPATÍVEL. MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER. PONTA MACIA E FLEXÍVEL PARA EVITAR LESÃO VASCULAR. EXTENSORES COM CONECTORES COLORIDOS LUER LOCK E IDENTIFICAÇÃO DOS LÚMENS DISTAL E PROXIMAL. CLAMP DE VEDAÇÃO DO FLUXO EM CADA VIA. ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS. ACOMPANHA: FIO GUIA METÁLICO, CENTIMETRADO, 45 CM, COM PONTA EM "J" PARA EVITAR TRAUMAS VASCULARES E SISTEMA DE PASSAGEM COM UMA MÃO PARA FACILITAR O PROCEDIMENTO, DILATADORES EM POLIPROPILENO. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO SEGURA. PROPICIAR PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE, COM O MÍNIMO DE TRAUMA, ADAPTAÇÃO SEGURA À DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, TÉCNICA DE INTRODUÇÃO SEGURA, FÁCIL MANUSEIO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM ÚNICA RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. Código Ebserh: EBS00052 ROPM do SIH/SUS: 07.02.04.015.0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Intra/Hts/Duocath/Ref.332015 >> Smiths Medical/Logicath/ref. MXA232X16X55 >> Arrow/Pediatric Two-Lumen Central/ref.CS-	Unidade	55,00		
33	CATETER VENOSO CENTRAL, DUPLO LÚMEM, 7 FR, 20 A 30 CM, COM AGULHA INTRODUTORA 18 G X 6,36 (+/- 1) CM, EM POLIURETANO, FLEXÍVEL, LATEX-FREE, RADIOPACO, TERMOSENSÍVEL E BIOCAMPATÍVEL. MARCAS CENTIMETRADAS AO LONGO DO CORPO DO CATETER. PONTA MACIA E FLEXÍVEL PARA EVITAR LESÃO VASCULAR. EXTENSORES COM CONECTORES COLORIDOS LUER LOCK	Unidade	2.080,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>E IDENTIFICAÇÃO DOS LÚMENS DISTAL E PROXIMAL. CLAMP DE VEDAÇÃO DO FLUXO EM CADA VIA. ALETAS LATERAIS PARA SUTURAS. ACOMPANHA: FIO GUIA METÁLICO, CENTIMETRADO, 45 CM, COM PONTA EM “J” PARA EVITAR TRAUMAS VASCULARES E SISTEMA DE PASSAGEM COM UMA MÃO PARA FACILITAR O PROCEDIMENTO, DILATADORES EM POLIPROPILENO. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO SEGURA. PROPICIAR PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE, COM O MÍNIMO DE TRAUMA, ADAPTAÇÃO SEGURA À DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, TÉCNICA DE INTRODUÇÃO SEGURA, FÁCIL MANUSEIO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM ÚNICA RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.</p> <p>Código Ebserh: EBS00053 ROPM do SIH/SUS: 07.02.04.015.0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Arrow/ref.CV-17702 >> Balton, >> Smiths Medical >> Biomedical >> Biometrix/Centra-line/Ref.HK-7020 >> Intra/Duocath/Ref.332027</p>				
34	<p>Cateter Embolectomia Arterial com mandril, cateter flexível, confeccionado em PVC ou poliuretano, acoplado a um balão de látex forte e simétrico, graduado, com diâmetros de 2Fr, 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr e 7Fr e com 80cm de comprimento aproximado, radiopaco, , estéril, (modelo de referência Fogarth, fabricante Edwards Lifesciences) artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade >> B.Braun >> Portex >> Rüsçh >> Baxter</p>	Unidade	130,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Biosensors >> Biomedical/Fab.Lucas Medical >> Zaklad Hagmed/Rawamed * Observações: - Quando da sua aquisição será citado na solicitação e/ou no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido, de forma manual e/ou digitalizada.				
35	Cateter semi implantável de duplo lumen com cuff de 7 Fr com 34 cm de comprimento aproximado, venoso, radiopaco, estéril, apirogênico, descartável com clamp em cada via, adaptador em luer-lock + Kit completo para implante, estéril, (modelo de referência Hickman, fabricante Bard) artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Bard/ref.0600570 >> Vigon/ref.020.2293.70 >> Medcomp 7 Fr/ref. MR28010721	Unidade	10,00	_____	_____
36	Cateter semi implantável de duplo lumen com cuff de 9 Fr com 54 cm de comprimento aproximado, venoso, radiopaco, estéril, apirogênico, com clamp em cada via, adaptador em luer-lock + Kit completo para implante, estéril, (modelo de referência Hickman, fabricante Bard) artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Bard/ref.0600600 >> Medcomp 9,5 fr/Ref. MR28010821	Unidade	3,00	_____	_____
37	Cateter Intravenoso Periférico, do tipo "por-fora-da-agulha", com dispositivo de segurança, com agulha com bisel tri facetado, neste item os licitantes deverão disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros diversos de: calibre 14G x 2" comprimento aproximado, vazão 345mL/min aproximado, calibre 16G x 2" comprimento aproximado, vazão 210mL/min aproximado, calibre 18G x 1 ½ de comprimento aproximado, vazão 100mL/min aproximado, calibre 20G x 1 ¼ de comprimento aproximado, vazão 60mL/min aproximado, calibre 22G x 1" de comprimento aproximado, vazão 35mL/min aproximado,	Unidade	133.000,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
38	<p>calibre 24G x ¾ de comprimento aproximado, vazão 22mL/min aproximado, cateter (cânula), transparente, confeccionado em biomaterial (vialon, ocrilon ou poliuretano), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, que estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.(anexo III da NR 32). Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D./Insyte Autoguard >> B.Braun/Introcan safety PUR Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. USO NEONATAL, TAMANHO 24 G NEO COM COMPRIMENTO DE 15 MM (+/- 1), MANDRIL CONFECCIONADA EM AÇO INOX SILICONIZADO COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM EXTREMIDADE LISA, CÔNICA E ATRAUMÁTICA, CATETER EM POLIURETANO OU VIALON, COM PONTA RESISTENTE SEM RASGAR, ENRUGAR E LIBERAR RESÍDUOS; FLEXÍVEL; DE FÁCIL MANUSEIO, CÂMARA DE REFLUXO COM FILTRO QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; PERFEITA CONEXÃO COM EXTENSORES E SERINGAS. RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO</p> <p>Código Ebserh: EBS00041 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D./Insyte Autoguard >> B.Braun/Introcan safety PUR</p>	Unidade	2.440,00	_____	_____
39	<p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA</p>	Unidade	2.010,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
40	<p>SEGUNDO A NR 32. TAMANHO 14 G COM COMPRIMENTO DE 1,75"/2", MANDRIL CONFECCIONADA EM AÇO INOX SILICONIZADO COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM EXTREMIDADE LISA, CÔNICA E ATRAUMÁTICA, CATETER EM POLIURETANO OU VIALON, COM PONTA RESISTENTE SEM RASGAR, ENRUGAR E LIBERAR RESÍDUOS; FLEXÍVEL; DE FÁCIL MANUSEIO, CÂMARA DE REFLUXO COM FILTRO, QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, PERFEITA CONEXÃO COM EXTENSORES E SERINGAS. RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DADOS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.</p> <p>Código Ebserh: EBS00035 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médico Risco Marca aprovada: >> B.D./Insyte Autoguard/ref.381867/14 * Para este item será aceito somente a marca pré estabelecida, solicitada pelo cirurgião cardiovascular a fim de atender as necessidades do serviço de cirurgia cardíaca.</p>	Unidade	2.160,00		
	<p>SEGUNDO A NR 32. TAMANHO 16 G COM COMPRIMENTO DE 2", MANDRIL CONFECCIONADA EM AÇO INOX SILICONIZADO COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM EXTREMIDADE LISA, CÔNICA E ATRAUMÁTICA, CATETER EM POLIURETANO OU VIALON, COM PONTA RESISTENTE SEM RASGAR, ENRUGAR E LIBERAR RESÍDUOS; FLEXÍVEL; DE FÁCIL MANUSEIO, CÂMARA DE REFLUXO COM FILTRO QUE PERMITA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO ; PERFEITA CONEXÃO COM EXTENSORES E SERINGAS. RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.</p> <p>Código Ebserh: EBS00036 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médico Risco Marca aprovada: >> B.Braun/ Introcán Safety/ref.4251695-4</p>				

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	* Para este item será aceito somente a marca pré estabelecida, solicitada pelo médico da cardiologia intervencionista a fim de atender as necessidades do serviço hemodinâmica.				
41	Cateter Venoso Central, Mono Lumen 2.7 Fr com 51cm de comprimento, (modelo de referência BROVIAC, fabricante Bard), radiopaco, com clamp, conexão Luer-Lock, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Bard/Broviac/ref.0600040 >> Tyco/Quinton >> Vigon/Life-Cath/ref.2191-27	Unidade	5,00	_____	_____
42	Cateter Mono Lumen 4.2 Fr com 52cm de comprimento, radiopaco, com clamp, conexão Luer-Lock, estéril, (modelo de referência BROVIAC, fabricante Bard) artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Bard/Broviac/ref.0600520 >> Tyco/Quinton >> Vigon/Life-Cath/ref.2191-42	Unidade	4,00	_____	_____
43	Cateter para Anestesia Peridural ou Caudal, ponta romba com 3 orifícios laterais de 16G/19G e 20G/22G com 1000 mm de comprimento aproximado, radiopaco, dispositivo facilitador para introdução do cateter, marcas de profundidade para facilitar o controle da inserção, conector luer lock que possibilita uma conexão segura, hermética e resistente à tração entre o cateter e a seringa, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> B.Braun/Perifix >> Portex/Catheter Epidural	Unidade	400,00	_____	_____
44	Cateter para Drenagem Percutânea de fluidos de abscessos, com revestimento hidrofílico para pleurocentese, cistos, urina, bile, vesícula, empiemas, abscessos pulmonares e coletas de mediastino de poliuretano (ou material similar), macio resistente à dobras e com memória de PIGTAIL(Rabo de Porco) com orifícios grandes e	Unidade	80,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>lúmen largo para maximizar a drenagem, com trava de pig tail, incluindo no conjunto kit completo para implante (Agulha de punção, cânula rígida de metal e cânula(s) flexível de plástico e com bolsa coletora, segundo a técnica de seldinger, nos diâmetros de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10Fr, com tamanho 40cm de comprimento aproximado, - 12Fr, com tamanho 40cm de comprimento aproximado, <p>estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar Reusável Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:>> B.Braun/Cystofix >> Uromed/Euromed >> MD Tech-Medical Device Technologies/Angiotech >> Bioteq Corporation/Neo-Hydro * Observações: - Quando da sua aquisição será citado na solicitação e/ou no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido, de forma manual e/ou digitalizada.</p>				
45	<p>Cateter para Drenagem Percutânea de fluidos de abscessos, pleuracentese, cistos, urina, bile, vesícula, empiemas, abscessos pulmonares e coletas de mediastino de 08 Fr, de poliuretano (ou material similar), macio resistente à drobras e com memória de PIGTAIL(Rabo de Porco) com orifícios grandes e lúmen largo para maximizar a drenagem, com trava de pigtail, incluindo no conjunto kit completo para implante (Agulha de punção, cânula rígida de metal e cânula(s) flexível de plástico e com bolsa coletora), segundo a técnica de seldinger, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> OptiMed >> MDS/Skater >> MD TECH-Medical Device Technologies/Angiotech >> Bioteq Corporation/Neo-Hydro</p>	Unidade	5,00	_____	_____
46	<p>Cateter de Cistostomia, para drenagem vesical supra púbico, cateter em silicone e biocompatível, extremidade distal atraumática com balão integrado, introdutor</p>	Unidade	5,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
47	<p>percutâneo tipo peel-away, conector para sistema de drenagem e com bolsa coletora, radiopaco nos diâmetros de: - 10 Fr com tamanho 40cm de comprimento aproximado, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar Reusável Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:>> B.Braun/Cystofix >> Uromed Kurt Drews KG/ref. >> Rusch/Easycyst >> Fortune Medical/Silicone supra-pubic catheter puncture set</p> <p>Cateter de Cistostomia, para drenagem vesical supra púbico, cateter em silicone e biocompatível, extremidade distal atraumática com balão integrado, introdutor percutâneo tipo peel-away, conector para sistema de drenagem e com bolsa coletora, radiopaco nos diâmetros de: - 12 Fr com tamanho 40cm de comprimento aproximado, - 14 Fr com tamanho 40cm de comprimento aproximado, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar Reusável Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:>> B.Braun/Cystofix >> Uromed Kurt Drews KG/ref. >> Rusch/Easycyst >> Fortune Medical/Silicone supra-pubic catheter puncture set</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p>	Unidade	60,00	_____	_____
48	<p>Cateter Totalmente implantável de (poliuretano/polietileno/polipropileno/delrin), Arterial ou Venoso, calibre de 9.6 Fr com câmara(Port) Adulto, flexível, com inclusão de tiras(linha) de contraste radiológico, com sistema para administração de drogas em em terapias prolongadas, com câmara para injeções em polisulfona, bem como sistema de conexões roscados de polissulfona, ou sistema similar + Kit completo para implante, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação</p>	Unidade	90,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
49	<p>vigente. * ROPM do SIH/SUS: 07.02.05.009-1 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> BardPort 9.6/ref.0602680 >> B.Braun/Celsite Implnatofix/Adulto/ref.04438604 >> Vygon/Sitimplant >> Cook >> Perouse</p> <p>Cateter Totalmente implantável de (poliuretano/polietileno/polipropileno/delrin), Arterial ou Venoso, calibre de 6.6 Fr com câmara(Port) Pediátrico, flexível, com inclusão de tiras(linha) de contraste radiológico, com sistema para administração de drogas em em terapias prolongadas, com câmara para injeções em polisulfona, bem como sistema de conexões roscados de polissulfona, ou sistema similar + Kit completo para implante, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. * ROPM do SIH/SUS: 07.02.05.009-1 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Bard Port 6.6 Pediátrico >> B.Braun/Celsite Implantofix/Pediátrico/fer.04438647 >> Vygon/Sitimplant >> Cook >> Perouse</p>	Unidade	20,00	_____	_____
50	<p>Cateter Totalmente implantável de ponta aberta confeccionado em (poliuretano/polietileno/polipropileno/delrin), Arterial ou Venoso, calibre de 4.5 Fr com câmara para Recém Nascido (Neo-Natal), flexível, com inclusão de tiras(linha) de contraste radiológico, com sistema para administração de drogas em em terapias prolongadas, com câmara para injeções em polisulfona, bem como sistema de conexões roscados de polissulfona, ou sistema similar + Kit completo para implante, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. * ROPM do SIH/SUS: 07.02.05.009-1 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p>	Unidade	10,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
51	<p>Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.Braun/Celcite BabyPort 4.5 Fr/ref.04433842</p> <p>Cateter Umbilical Arterial, Mono Lumen, Lactentes e Recém-Nascidos confeccionado em PVC ou poliuretano, com conector funil, linha radiopaca, centimetrado, extremidade macia, arredondada e atraumática, com objetivo de monitorar a pressão sanguínea, colheita intermitente amostra sanguínea para exames, infusão de medicações e exsanguíneo/transusão, com diâmetros de: - 3,5 Fr, para Lactentes menores de 1200 g e com 34/41cm comprimento aproximado - 5.0 Fr, para RN maior 1200g de com 34/41cm comprimento aproximado, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Kendall/Argyle Umbilical Vessel/Ref.8888160226 e 8888160218 >> UTA Medical Products/Umbili-cath/Ref. 4183505 e 4185005 >> Romsons International/cateter Umbilical-PVC/ref.GS-3002; Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p>	Unidade	160,00	_____	_____
52	<p>CATETER VENOSO CENTRAL COM INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) EM SILICONE, DUPLO LÚMEN, 2 FR X 30 CM NO MÍNIMO, USO NEONATAL, BIOCMPATÍVEL, RADIOPACO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, DEMARCADO A CADA 1 CM. ACOMPANHA: AGULHA PARA PUNÇÃO RETA EM AÇO SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, BAINHA INTRODUTÓRIA COM CÂNULA FLEXÍVEL, RADIOPACA, SUPERFÍCIE LISA, COM DISPOSITIVO BIPARTIDO E PROTETOR. TODO CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO SEGURA. PROPICIAR PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE, COM O MÍNIMO DE TRAUMA, ADAPTAÇÃO SEGURA À DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, TÉCNICA DE INTRODUÇÃO SEGURA, FÁCIL MANUSEIO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.</p>	Unidade	245,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
53	<p>Código Ebserh: EBS00060 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Vygon/Nutriline Twinflo PUR/ref.1252.235</p> <p>Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC), mono lumen, com ponta distal valvulada, cateter de punção pela técnica de seldinger modificada, não permite corte por ser valvulado e pode ser inserido por técnica assistida ou guiada por ultrassom, de poliuretano, radiopaco, com guia, com microintrodutor para inserção, agulha 21Ga e estabilizador de cateter, (Modelo Groshong) nos diâmetros: - 3Fr/20Ga com 60cm de comprimento aproximado, - 4Fr/18Ga com 60cm de comprimento aproximado, , estéril, (modelo de referência Groshong NXT ClearVue, fabricante Bard) artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.* ROPM do SIH/SUS: 07.02.01.009-0 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Bard/PICC Valvulado modelo Groshong NXT/ref.7655405*(4Fr/18) e 7755305*(3Fr/20) * Observações: - Quando da sua aquisição será citado na solicitação e/ou no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido, de forma manual e/ou digitalizada.</p>	Unidade	160,00	_____	_____
54	<p>CATETER VENOSO CENTRAL COM INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) EM SILICONE, MONO LÚMEN, 1.9 FR X 30 CM NO MÍNIMO, USO NEONATAL, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, DEMARCADO A CADA 1 CM. ACOMPANHA: AGULHA PARA PUNÇÃO RETA EM AÇO SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, BAINHA INTRODUTÓRIA COM CÂNULA FLEXÍVEL, RADIOPACA, SUPERFÍCIE LISA, COM DISPOSITIVO BIPARTIDO E PROTETOR. TODO CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO SEGURA. PROPICIAR PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE, COM O MÍNIMO DE TRAUMA, ADAPTAÇÃO SEGURA À DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, TÉCNICA DE INTRODUÇÃO SEGURA, FÁCIL MANUSEIO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO</p>	Unidade	255,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
55	<p>IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. Código Ebserh: EBS00058 ROPM do SIH/SUS: 07.02.01.009-0 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D. >> GMI Medical >> Medcomp/Vascu PICC</p> <p>Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC), mono lumen, convencional ponta distal aberta, cateter de punção pela técnica excalibur, permite o corte para adequação do comprimento e pode ser inserido por técnica assistida por Ultrassom, o introdutor é calibroso no extremo proximal conector luer lock, com introdutor peel-off bi-partido, fio guia hidrofílico e extensão com Y mono lumen, demarcado de centímetro em centímetro, radiopaco, flexível, paredes lisas e homogêneas, feito com material bioestável, biocompatível e hemocompatível, como silicone, polietileno ou poliuretano, fita métrica para medir o cateter e servir de referência para o corte do mesmo, pinça para introdução do cateter metálica, nos diversos diâmetros: - 2Fr, com 50/60cm de comprimento aproximado, - 3Fr, com 50/60cm de comprimento aproximado, - 4Fr, com 50/60cm de comprimento aproximado, - 5Fr, com 50/60cm de comprimento aproximado, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.ROPM do SIH/SUS: 07.02.01.009-0 Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.D./ref. >> Bard/ref. >> Silmag/ref. >> Medcomp/Vascu PICC/ref.</p> <p>* Observações: - Quando da sua aquisição será citado na solicitação e/ou no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido, de forma manual e/ou digitalizada.</p>	Unidade	60,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
56	<p>Cateter arterial para monitorização invasiva da pressão arterial (PAM) e do sangue amostragem usando a técnica de Seldinger, conjunto com agulha introdutora de 20G x 80mm, com conexão luer-lock, fio guia reta e flexível, cateter dotado de aletas para fixação, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade >> B.Braun/Arteriofix art.-Kath-Set/ref. 5206324 >> Intra/Microseld PTFE >> Arrow/Arterial catheterization Set/ref.SAC-00820</p>	Unidade	730,00	_____	_____
57	<p>Cateter arterial para monitorização invasiva da pressão arterial (PAM) e do sangue amostragem usando a técnica de Seldinger, conjunto com agulha introdutora de 22G x 80mm, com conexão luer-lock, fio guia reta e flexível, cateter dotado de aletas para fixação, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>* Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade >> B.Braun/Arteriofix art.-Kath-Set/ref. 5206316 >> Intra/Microseld PTFE >> Arrow/Arterial catheterization set/ref.SAC-00522</p>	Unidade	77,00	_____	_____
58	<p>Conjunto para Anestesia peridural contendo agulha peridural com bisel tipo Tuohy</p>	Conjunto	130,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	16G(1.70x80mm) + Cateter peridural em políamida com comprimento 100cm(1.05x0.60), ponta romba e três orifícios laterais, conector luer-lock, radiopaco, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.Braun/Perifix 310 Basic set G16/Ref.4513100 >> Portex/Epidural Minipack 16G/ref.100/394/116				
59	Conjunto para Anestesia peridural contendo agulha peridural com bisel tipo Tuohy 18G(1.30x80mm) + Cateter peridural em políamida com comprimento 100cm(0.85x0.45), ponta romba e três orifícios laterais, conector luer-lock, radiopaco, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> B.Braun/Perifix 300 Basic set G18/Ref.4513002 >> Portex/Epidural Minipack 18G/ref.100/394/118	Conjunto	150,00	_____	_____
60	Dispositivo para fixação e estabilização de cateter PICC, sem sutura, composta de tecido de malha sem látex que permite respiração, fornecendo uma fixação adicional ao cateter, com retentor que acomoda uma variedade de marcas, (modelo de referência StatLock, fabricante Bard) estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: I - Baixo Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Bard/StatLock/ref.VPPCSP	Unidade	390,00	_____	_____
61	Introdutor Percutâneo, para inserção de cateter de de Termodiluição (tipo Swan-Ganz), calibre de 8,5 Fr, contendo: - Um introdutor 8.5 Fr em poliuretano, radiopaco com válvula hemostática acoplada e injetor lateral. - Um dilatador de vaso - Um fio guia de 0,035 (0,89mm) de diâmetro X 45cm com pontas retas e em J dispositivo de inserção - Uma agulha de 22Ga x 1 ½ (3,81cm) - Um cateter de 18Ga x 2 ½ (6,35cm) sobre agulha de 20Ga - Uma agulha de parede fina de 18Ga x 2 ½ (6,35cm)	Kit	115,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
62	<p>- Duas seringas de 5 ml - Quatro gases de 10 x 10 cm - Um protetor anti contaminação para cateter medindo 80cm - Um bisturi descartável, nº 11, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.ROPM do SIH/SUS: 07.02.05.034-2 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Edwards Lifesciences/Ref.I300BF85 >> Arrow/Ref.SI-09875-E >> Biometrix/Ref. HD-4841</p> <p>Cateter Termodiluição Contínua, (modelo de referência Swan-Ganz 744HF75, Débito Cardíaco Contínuo (CCO)/Oximetria(SvO², fabricante Edwards Lifesciences), com (revestimento de heparina antimicrobiano) são cateter de artéria pulmonar com fluxo dirigido concebido para permitir a monitorização das pressões hemodinâmicas, fornecer uma medição contínua da saturação de oxigênio da mistura venosa e medição contínua do débito cardíaco, adulto com diâmetro de 7,5Fr, 110cm de comprimento, contendo uma seringa de volume limitado, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.ROPM/SUS: 07.02.05.007-5 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Edwards Lifesciences/Cateter Swan-Ganz CCombo/CCO/SvO²/ref. 744HF75 * Observações: 1 - A empresa vencedora deverá (fornecer) 01 (um) aparelho Monitores de Débito Cardíaco Contínuo+Oximetria (DCC+SVO²) sob a forma de comodato. 2 - Observar no edital dos equipamentos: Condições e obrigações.</p>	Unidade	25,00	_____	_____
63	<p>Cateter de Termodiluição, padrão, (modelo de referência Swan-Ganz 131HF7, fabricante Edwards lifesciences) por injeção, são cateter de artéria pulmonar com fluxo dirigido concebido para permitir a monitorização das pressões hemodinâmicas, e fornecer uma medição contínua do débito cardíaco, adulto, com diâmetro de 7Fr, com 4 vias , 110cm de comprimento, compatível com fio guia 0,025", contendo uma seringa de volume limitado, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.ROPM/SUS:</p>	Unidade	40,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
64	<p>07.02.05.006-7 Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Edwards Lifesciences/Cateter Swan-Ganz termodiluição adulto/ref. 131HF7</p> <p>Cistótomo para Transgástrica e/ou Transduodenal, dispositivo para punção eletro cirurgica endoscópica, contendo cateter interno de corte removível de 190 cm de comprimento aproximado e 5 Fr para incisão inicial, com três marcas radiopacas de localização, agulha cortante de 0,038" polegadas (0,97mm) e envolto em cateter externo com 165 cm de comprimento aproximado e anel cauterizador diatérmico de 10 Fr, compatível com fio guia 0.035" polegadas e canal de acessório mínimo de 3.7 mm. A bainha com anel diatérmico, após a retirada da agulha cortante, também serve como canal de trabalho, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Cook/Cistótomo/ref.CST-10/ref.G30550 >> Boston Scientific</p>	Unidade	5,00	_____	_____
65	<p>Prótese Duplo PigTail (rabo de porco), para drenagem Biliar para endoscopia, kit pré montado composto de: Empurador de 170cm de comprimento aproximado, prótese de poliuretano em formato de duplo pigtail e compatível com fio guia 0,035" polegadas; disponibilizar os tamanhos e diâmetros conforme grade anexa: "Aplicação: utilizado para drenar canais biliares obstruídos, por endoscopia; "Material/composição: prótese de poliuretano em formato de duplo pigtail e compatível com fio guia 0,035" polegadas; "Tamanho/diâmetros/capacidade: disponibilizar grade anexa: - Prótese Duplo PigTail, de 10 Fr com 10cm entre PigTails, pré montado com empurador de 170 cm de comprimento aproximado; - Prótese Duplo PigTail, de 10 Fr com 7cm entre PigTails, pré montado com empurador de 170 cm de comprimento aproximado; - Prótese Duplo PigTail, de 10 Fr com 4cm entre PigTails, pré montado com empurador de 170 cm de comprimento aproximado; - Prótese Duplo PigTail, de 7 Fr com 10cm entre PigTails, pré montado com empurador</p>	Unidade	10,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
66	<p>de 170 cm de comprimento aproximado; - Prótese Duplo PigTail, de 7 Fr com 7cm entre PigTails, pré montado com empurador de 170 cm de comprimento aproximado; "Classificação produto para Saúde/Correlato: artigo médico-hospitalar de uso único, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Cook >> Boston Scientific * Observações: - Quando da sua aquisição será citado na solicitação e/ou no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido, de forma manual e/ou digitalizada.</p> <p>Escalpe para infusão intravenosa, com aletas (tipo borboleta) com agulha tri facetada e biangulada, asas flexíveis, identificação do calibre da agulha pela cor do conector, encaixe macho e fêmea, com Dispositivo de Segurança, conforme (NR 32) com diâmetros diversos de: - 19G, com extensor de 20/30cm de comprimento aproximado, - 21G, com extensor de 20/30cm de comprimento aproximado, - 23G, com extensor de 20/30cm de comprimento aproximado, - 25G, com extensor de 20/30cm de comprimento aproximado, - 27G, com extensor de 20/30cm de comprimento aproximado, , estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Abbott >> Becton Dickinson >> Terumo >> Exelint >> Unisis >> B.Braun >> KDL * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de</p>	Unidade	1.480,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
67	<p>2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na Norma Regulamentadora 32 - § 5.1 - alínea c, Adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. (anexo III da NR 32).</p> <p>Agulha Anestesia para bloqueio de plexo, calibre de 22G x 50mm, com cânula (Ecogênica) na punção guiada por ultrassom, material aço inoxidável, centimetrada em seções de 10mm, ponta tipo facetada sonovisível, neuroestimulável isolada eletricamente com polímero por dentro e por fora e com componente com cabo eletrodo isolado, componente II tubo para injetar em policarbonato, refletores de ultrassom em toda a sua volta nos primeiros 2 centímetros, conector universal, conector fêmea com tampa, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade >> PAJUNK GmbH/SonoPlex Stim/ref.001185-74 * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, que estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.(anexo III da NR 32).</p>	Unidade	420,00	_____	_____
68	<p>Agulha Anestesia para bloqueio de plexo, calibre de 21G x 100mm, com cânula (Ecogênica) na punção guiada por ultrassom, material aço inoxidável, centimetrada em seções de 10mm, ponta tipo facetada sonovisível, neuroestimulável isolada eletricamente com polímero por dentro e por fora e com componenete com cabo eletrodo isolado, componenete II tubo para injetar em policarbonato, refletores de ultrassom em toda a sua volta nos primeiros 2 centímetros, conector universal, conector fêmea com tampa, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade >> PAJUNK GmbH/SonoPlex Stim/ref.001185-77 * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, que estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.(anexo III da NR 32).</p>	Unidade	420,00	_____	_____
69	CATETER VENOSO CENTRAL COM INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM	Unidade	95,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>POLIURETANO, DUPLO LÚMEN, 5 FR X 55 A 60 CM NO MÍNIMO, BIOCMPATÍVEL, RADIOPACO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, DEMARCADO A CADA 1 CM. ACOMPANHA: AGULHA PARA PUNÇÃO RETA EM AÇO SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, BAINHA INTRODUTÓRIA COM CÂNULA FLEXÍVEL, RADIOPACA, SUPERFÍCIE LISA, COM DISPOSITIVO BIPARTIDO E PROTETOR. TODO CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ISENTO DE RESÍDUOS OU IMPUREZAS, TER FLEXIBILIDADE, DEMARCAÇÃO E FIXAÇÃO SEGURA. PROPICIAR PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE, COM O MÍNIMO DE TRAUMA, ADAPTAÇÃO SEGURA À DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, TÉCNICA DE INTRODUÇÃO SEGURA, FÁCIL MANUSEIO E ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. - (Código Ebserh: G1S12P13), (modelo de referência CATETER POWER PICC 3CG de 5 FR fabricante BARD), Cateter de punção com Micro-Introdutor pela técnica de seldinger modificada, permite corte para adequação do comprimento e pode ser inserido por técnica assistida ou guiada por ultrassom. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Bard/ref.4275118 * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, que estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.(anexo III da NR 32).</p>				
70	<p>Agulha Angiográfica de punção percutânea - Seldinger com calibre 18G x 7cm de comprimento, conector luer lock ou slip com base plástica, mandril metálico, ponta inteira, sem disco de fixação, estéril, para acessos vasculares, arteriais ou venosos, criando uma linha de acesso para procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, embalagem compatível com a legislação vigente. Material/composição: Aço inoxidável, Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade >> MeritMedical/Ref.AD18T71W</p>	Unidade	280,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
71	>> Cook/SDN-18G-7.0cm >> Escitech/Ref. AGU0318070 >> Insitu Technologies/Ref.26000-18-7 >> Sunny Medical/ref.SM-PN-18T07LS-MP * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, que estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.(anexo III da NR 32). Agulha Angiográfica de punção percutânea - Seldinger com calibre 20G x 4cm de comprimento, conector luer lock ou slip com base plástica, mandril metálico, ponta inteira, sem disco de fixação, estéril, para acessos vasculares, arteriais ou venosos, criando uma linha de acesso para procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, embalagem compatível com a legislação vigente. Material/composição: Aço inoxidável, Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade >> MeritMedical/Angiographic needles >> Cook/SDN-20G-4.0cm >> Insitu Technologies/Angiographic needle/ref.26000-21-4 >> Gabmed/ref.HD-04421 * Com dispositivo de segurança de acordo com a Portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, que estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível.(anexo III da NR 32).	Unidade	35,00	_____	_____
72	Cateter Derivação Ventrículo Atrial (DVA), cânula em pvc, com dois tubos pré-acoplados de 22 cm/30 cm de comprimento, esterilidade: descartável, estéril Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> HP Bio	Unidade	3,00	_____	_____
73	Filtro de Polissulfona com superfície de contato igual a 2.2m², para fluídos, que fornece um dialisato microbiologicamente adequado e puro, alta tecnologia e máxima segurança, utilizado também no sistema de HDF/HF (este dispositivo deve ser compatível com a marca do equipamento locado), nas máquinas atualmente modelo	Unidade	60,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.001034/2020-51 **Pregão SRP** 81 / 2020 **Data da Emissão:** 02/10/2020

Abertura: Dia: 16/10/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	(Fresenius Medical Care) a infusão do próprio dialisato como solução de reposição nos procedimentos de hemodiafiltração e hemofiltração on-line, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação Produto para Saúde/Correlato: Artigo Médico Hospitalar de Uso Único. Classificação de Risco: II - Risco Médio Marca aprovada: >> Fresenius Medical Care/Diasafe Plus/ref.5008201				

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura