



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –  
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.  
Telefone: (55) 3213-1460



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 531/2020

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, filial Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM), sediado(a) na Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi – Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900, CNPJ 15.126.437/0019-72, UG 155125, neste ato representada por sua Superintendente **ELAINE VERENA RESENER**, portadora do RG nº 1028097531 SSP/RS e CPF nº 243.681.640-91, nomeada pela Portaria nº 30, de 3 de fevereiro de 2014, publicada no DOU de 4 de fevereiro de 2014 OU por seu Superintendente Substituto **JOÃO BATISTA DE VASCONCELLOS**, portador do RG nº 1036657581 SSP/RS e CPF nº 560.670.110-34, nomeado pela Portaria nº 754, de 16 de setembro de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 56, 22 de setembro de 2014 e por seu Gerente Administrativo **JOÃO BATISTA DE VASCONCELLOS**, portador do RG nº 1036657581 SSP/RS e CPF nº 560.670.110-34, nomeado pela Portaria nº 117, de 19 de março de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 32, de 20 de março de 2014 OU sua Gerente de Atenção à Saúde **SOELI TERESINHA GUERRA**, portadora do RG nº 7017223335 SSP/RS e CPF nº 345.866.280-49, nomeada pela Portaria nº 223, de 22 de abril de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 37, de 05 de maio de 2014, ambos no uso das atribuições conferidas pelo artigo 58, inciso IV, do Estatuto Social Ou artigo 20 da Portaria- SEI nº 8/2019, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 531/2020 processo administrativo nº 23541.001044/2020-97 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH - RLCE, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS)** especificado (s) no (s) item 02 do Termo de Referência, anexo do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 090/2020** que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –  
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.  
Telefone: (55) 3213-1460



## 2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

**Detentora do Registro de Preços:**

**Empresa:** DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

**CNPJ:** 02.535.707/0001-28

**Endereço:** Alameda Pucuruí 51 Tamboré, Barueri/SP

**CEP:** 06460-100

**Telefone:** 11 4689 4900

**E-mail:** licitação.md.br@draeger.com

**Representante Legal:** Paulo Fernandes da Costa Pinto

**CPF:** 026.311.604-28

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓD. REDUZIDO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	Foco cirúrgico de Teto – Duas Cúpulas com Monitor 1. Aplicação: 1.1. Utilização em procedimentos cirúrgicos gerais, inclusive de grandes; cavidades com necessidade de alta intensidade luminosa. 2. Característica de utilização e princípio de funcionamento: 2.1. Utilização com câmera e monitor de vídeo; 2.2. De teto; 2.3. LED. 3. Tipo de Montagem: 3.1. Fixo. 4. Característica físicas/construção 4.1. Fixação ao teto por meio de haste central única; 4.2. Possuir 02 braços articulados, cada um com 01 cúpula de iluminação; 4.3. Possuir 01 para fixação de monitor; 4.4. Possuir conexão de câmera FULL HD em uma cúpula, no mínimo; 4.5. Movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; 4.6. Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique à altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com	P8089	Unidade	2	184.000,0000	368.000,0000





	o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); 4.7. Teclado de membrana ou touch screen, de material impermeável; 4.8. Pintura eletrostática a pó. 5. Modos de operação, faixas de funcionamento e controles: 5.1. Controle eletrônico de intensidade luminosa: 5.1.1. Em cada cúpula ou braço; 5.1.2. Por teclado de membrana; 5.1.3. Variando na faixa mínima de 50 a 100%; 5.2. Teclado de membrana deve possuir controle de: 5.2.1. Liga e desliga lâmpada; 5.2.2. Intensidade luminosa; 5.3. Controle do diâmetro da iluminação (focalização) pela manopla ou teclado; 5.4. Manopla ser autoclavavel e de fácil retirada (sem a necessidade de ferramentas); 5.5. Sistema de redução de sombra; 5.6. Sistema iluminação por LED's 5.7. Vida útil de no mínimo 50.000 horas; 5.8. Índice de reprodução de cores (IRC) de no mínimo 93; 5.9. Temperatura de cor entre 4000K e 5000K 5.10. A iluminância mínima de cada cúpula 160.000 lux a 1 metro; 2 5.11. Possuir sistema completo para Captação e Transmissão de Vídeo Colorido Full HD, em tempo real, em uma cúpula, no mínimo, e a saída HDMI; 6. Segurança e outros recursos: 6.1. Sistema de freio leve que permita que a cúpula fique estável na posição colocada (não será aceito sistema de contrapeso). 7. Sistema de alimentação elétrica: 7.1. Tensão de alimentação: 220 VAC ou Bivolt automático; 7.2. Frequência de alimentação: 60 Hz; 7.3. Cada Cúpulas de Iluminação com consumo de energia de no máximo 100 W; 7.4. Sistema de proteção do circuito eletrônico. 8. Acessórios: 8.1. 06 (seis) pares de manoplas autoclaváveis; 8.2. 01 (uma) câmera de vídeo Full HD: 8.2.1. Zoom óptico 10 x; 8.2.2. Zoom digital 12 x; 8.2.3. Taxa de sinal ruído maior que 50 db; 8.2.4. Saída para sistema de vídeo captura; 8.2.5. Balanço de branco; 8.2.6. Ajuste de foco; 8.3. 01 (um) monitor de vídeo grau médico: 8.3.1. Monitor com tecnologia LED; 8.3.2. Dimensão de 26" ou maior;					
--	--	--	--	--	--	--



<p>8.3.3. Resolução Full HD ou maior; 8.3.4. 2.073.600 pixels (2.1MP) ou maior; 8.3.5. Tecnologia LCD IPS-Pro; 8.3.6. Contraste 1400:1 ou maior; 8.3.7. Proporção 16:9; 8.3.8. Processamento de imagem: 10 bits; 8.3.9. Compatibilidade com protocolo DICOM; 8.3.10. Grau de proteção IPX5; 8.3.11. Pelo menos uma saída/ entrada de vídeo/ áudio HDMI. 8.4. 02 (dois) Cabos HDMI saindo do foco: 8.4.1. 01(um) cabo de aproximadamente 4 metros, para futura ligação em TV na sala cirúrgica; 8.4.2. 01(um) cabo de aproximadamente 35 metros, para futura ligação em TV na sala acadêmica (somente para 1 sala cirúrgica); 8.5. A passagem dos cabos HDMI fica por conta da contratada com supervisão técnica do SENC; 8.6. Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.</p> <p>9. Exigências técnicas ou normativas: 9.1. Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N.º 6.360/1976, RDC ANVISA N.º 185/2001 e legislações correlatas; 9.2. Conformidade à NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-2; 9.3. Atender a Norma Técnica DIN 1946 (Parte 4); 9.4. Certificado de calibração; 10. Geral: 10.1. Garantia integral de 36 (trinta) meses; 10.2. Manual em português; 10.3. Treinamento operacional; 10.4. Treinamento técnico; 11. Instalação e Treinamento 11.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação e fixação do equipamento, assim como fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM; 11.2. Instalação ajustada à altura do pé-direito da sala cirúrgica; 11.3. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que utilizarão o equipamento. OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.</p>					
<b>VALOR GLOBAL</b>					<b>R\$ 368.000,0000</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)  
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –  
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.  
Telefone: (55) 3213-1460



### 3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. **Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.**

### 4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (DOZE) MESES**.

### 5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es).

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o (s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.





5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s) participante (s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e

5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou




5.9.2. A pedido do fornecedor.

## 6. PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).



6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 7. CONDIÇÕES GERAIS



7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, nos termos do art. 12, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º, do Decreto nº 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas.

Santa Maria, 23 de outubro de 2020.

 HUSM-UFSM/EBSERH Prof. Elaine V. Resener SUPERINTENDENTE HUSM/EBSERH CRM/RS Nº 10.748	Paulo Fernandes da Costa Pinto RG: 27.910.096-6 SSP/SP CPF: 026.311.604-28 Diretor Presidente  Paulo Fernandes da Costa Pinto CPF: 026.311.604-28 Fornecedor - Representante Legal
--	---

Testemunha: Samanta Vasconcelos  
RG: 49.295.932-8  
CPF: 418.504.468-22