



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.
Telefone: (55) 3213-1460



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 778/2020

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, filial Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM), sediado(a) na Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi – Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900, CNPJ 15.126.437/0019-72, UG 155125, neste ato representada por sua Superintendente **ELAINE VERENA RESENER**, portadora do RG nº 1028097531 SSP/RS e CPF nº 243.681.640-91, nomeada pela Portaria nº 30, de 3 de fevereiro de 2014, publicada no DOU de 4 de fevereiro de 2014 OU por seu Superintendente Substituto **JOÃO BATISTA DE VASCONCELLOS**, portador do RG nº 1036657581 SSP/RS e CPF nº 560.670.110-34, nomeado pela Portaria nº 754, de 16 de setembro de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 56, 22 de setembro de 2014 e por seu Gerente Administrativo **JOÃO BATISTA DE VASCONCELLOS**, portador do RG nº 1036657581 SSP/RS e CPF nº 560.670.110-34, nomeado pela Portaria nº 117, de 19 de março de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 32, de 20 de março de 2014 OU sua Gerente de Atenção à Saúde **SOELI TERESINHA GUERRA**, portadora do RG nº 7017223335 SSP/RS e CPF nº 345.866.280-49, nomeada pela Portaria nº 223, de 22 de abril de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 37, de 05 de maio de 2014, ambos no uso das atribuições conferidas pelo artigo 58, inciso IV, do Estatuto Social Ou artigo 20 da Portaria- SEI nº 8/2019, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 778/2020** processo administrativo nº **23541.001044/2020-97** RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes no Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH - RLCE, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIOS)** especificado (s) no (s) item (ns) **05** do Termo de Referência, anexo do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 090/2020** que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.



2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

Detentora do Registro de Preços:

Empresa: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

CNPJ: 58.295.213/0021-11

Endereço: Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B2 – Parte B, Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, Varginha/MG

CEP: 37066-440

Telefone: 11 991662618

E-mail: avelino.figueira@philips.com

Representante Legal: Avelino de Campos Figueira

CPF: 346.543.518-41

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COD. REDUZIDO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5	Monitor Multiparâmetro – Pré-configurado1. Característica de utilização e princípio de funcionamento1.1. Equipamento portátil, contendo monitoração de ECG, respiração, spo2, temperatura e PNI. Para pacientes adultos, pediátricos e neonatal, e com possibilidade de configuração de diversos parâmetros simultâneos;2. Tipo de Montagem:2.1. Com suporte para fixação de parede e alça para transporte;2.2. Princípio de Funcionamento2.3. Equipamento com controles microprocessados destinado a monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais;3. Característica físicas/construção:3.1. Integrado;3.2. Possuir alça de transporte;3.3. Possuir seleção para o tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal;3.4. Peso máximo do equipamento completo: 6,5kg (equipamento e bateria);3.5. Possuir teclado e/ou botão rotacional ou ainda tela touch screen que facilite a programação;3.6. Tela de LCD colorida de no mínimo 10 e no máximo 12,1 polegadas;3.7. Apresentação de no mínimo 3 curvas simultaneamente,	P8089	Unidade	30	21.600,0000	648.000,0000



	<p>possibilidade de alternar o módulo de exibição para numérica e deve permitir a configuração das formas de onda;3.8. Com controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e 50 mm/s;3.9. Possuir tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros;3.10. Possuir menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais monitorados e dos ajustes do display;3.11. Possuir sistema de memorização para parâmetros pré-configurados mesmo em caso de desligamento.3.12. Possuir Índice de Proteção de no mínimo: IPX1, garantindo a manuseabilidade do equipamento nos mais severos locais de aplicação;3.13. Possuir tecla/menu para configurações de alarmes;4. Parâmetros e faixas de ajuste;4.1. Pressão não invasiva (pré-configurado);4.2. Modos manuais, automáticos e stat;4.2.1. Adulto, pediátrico e neonatal;4.2.1.1. Intervalo do modo automático programável entre 1 minuto a 2 horas;4.2.2. Faixa de pressão sistólica: 40 a 250mmhg (exatidão +- 3mmhg) De acordo com NBR IEC 80601-2-30; 4.2.3. Faixa de pressão diastólica: 20 a 210mmhg (exatidão +- 3mmhg). De acordo com NBR IEC 80601-2-30;4.2.4. Faixa de pressão arterial média: 20 a 230 mmhg (exatidão +- 3mmhg) De acordo com NBR IEC 80601-2-30;4.2.5. Possuir válvula de pressão excessiva;4.3. Possuir armazenamento das últimas 24h de tendências;4.4. ECG (pré-configurado);4.4.1. Faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm (exatidão: +- 2bpm);4.4.2. Possuir no mínimo 7 derivações;4.4.3. Possuir análise de segmento st;4.4.4. Possuir proteção contra descarga de desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos;4.4.5. Possuir sensibilidade ajustável;4.4.6. Possuir análise de arritmia com gravação de no mínimo 24h dos eventos arritmicos com traçados de ECG, segundos antes e depois;4.4.7. Possuir medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos de ECG);4.4.8. Possuir indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração;5. Possuir detector pulso de marca-passo; oximetria (SPO2) (pré-configurado);5.1. Faixa de saturação spo2: 40 a 100 por cento (resolução 1%);5.2. Faixa de frequência de pulso: 40 a 240 bpm;5.3. Temperatura (pré-configurado);5.4. Faixa de temperatura: 25 a 45 °C (exatidão 0,1 °C);6. Alarmes;6.1. Sonoros e visuais;6.2. Ajustáveis com 3 níveis de prioridade;6.3. Máximo e mínimo para frequência cardíaca;6.4. Para desconexão do eletrodo;6.5. Máximo e mínimo para saturação;6.6. Para desconexão do sensor de oximetria;6.7. Para detecção e alarme de apneia;6.8. Máximo e mínimo para pressão</p>					
--	---	--	--	--	--	--



<p>sistólica;6.9. Máximo e mínimo para pressão diastólica;6.10. Máximo e mínimo para pressão arterial média; 6.11. Máximo e mínimo para temperatura;6.12. Dispositivo para reset manual temporário de alarmes sonoros: Tempo máximo de 120s;6.13. Possuir conexão com a rede do hospital e central de monitoramento;6.14. Possuir protocolo de comunicação HL7;6.15. Possuir indicador áudio visual de QRS;6.16. Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;6.17. Possuir indicação para bateria de emergência com baixa carga;6.18. Possuir tendências gráficas e numéricas de no mínimo 24 horas com resolução de 1 minuto, com cursor sobre a curva e possibilidade de apresentação em tela de mini tendências;7. Sistema de alimentação elétrica:7.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático7.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.7.3. Bateria interna recarregável permitindo o funcionamento de pelo menos 120 minutos, sem utilização de bateria ou módulo extra e com todos os parâmetros em funcionamento;8. Acessórios:8.1. 01(um) cabos de força de no mínimo três metros;8.2. 05(cinco) cabos de no mínimo 05 vias para ECG;8.3. 100 (cem) jogos de eletrodos descartáveis para ECG adulto;8.4. 100 (cem) jogos de eletrodos descartáveis para ECG pediátricos;8.5. 100(cem) jogos de eletrodos descartáveis para ECG neonatal;8.6. 05(cinco) cabos extensores e/ou adaptadores de spo2 (caso utilize);8.7. 05(cinco) sensores de spo2 adulto reutilizável;8.8. 05(cinco) sensores tipo y para oximetria reutilizáveis;8.9. 05(cinco) extensores para bragaadeira (adulto e neonatal);8.10. 05(cinco) bragaadeiras, obeso reutilizável;8.11. 10(cinco) bragaadeiras adulto reutilizável;8.12. 05(cinco) bragaadeiras, pediátrica reutilizável;8.13. 05(cinco) bragaadeiras, neonatal tamanho 1 Descartável;8.14. 05(cinco) bragaadeiras, neonatal tamanho 2 Descartável;8.15. Suporte para fixação de parede;8.16. Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.9. Exigências técnicas ou normativas:9.1. Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N° 6.360/1976, RDC ANVISA N° 185/2001 e legislações correlatas;9.2. Conformidade à NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-2;9.3. Certificado de conformidade à NBR IEC 60601-2-49, NBRIEC 60601-2-30, NBRIEC 60601-2-27, NBRIEC 60601-2-34;9.4. Conformidade à NBR 14136.10. Geral:10.1. Garantia de 36 meses;10.2. Manual em português;10.3. Treinamento operacional;10.4. Treinamento técnico.11. Instalação e</p>					
--	--	--	--	--	--

Handwritten signature



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.
Telefone: (55) 3213-1460



Treinamento: 11.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM; 11.2. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que utilizarão o equipamento; OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.					
VALOR GLOBAL					R\$ 648.000,0000

3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (DOZE) MESES**.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es).

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o (s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSEH)
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.
Telefone: (55) 3213-1460



5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s) participante (s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e

5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.
Telefone: (55) 3213-1460



6. PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, nos termos do art. 12, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º, do Decreto nº 7.892, de 2013.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSEH)
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
Av. Roraima, 1000, Prédio 22, Campus Universitário – Bairro Camobi –
Santa Maria, RS, Brasil - CEP: 97105-900.
Telefone: (55) 3213-1460



Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas.

Santa Maria, 04 de janeiro de 2021.

 HUSM-UFSM/EBSEH Profª Elaine V. Resener SUPERINTENDENTE HUSM/EBSEH CRM/RS Nº 10.748	<p>AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA:34654 351841</p> <p>Digitally signed by AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA:34654351841 Date: 2021.01.05 12:06:23 -03'00'</p> <p>Avelino de Campos Figueira</p> <p>CPF: 346.543.518-41</p>
--	---