

## MARCA-PASSO 2015

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	CATMAT	COD SUS	LOTE	HCPA-HDCDPA	UFBA-HUPES	UFC-HUWC	UFES-HUCADM	UFMA-HUDSL	UFMG-HDCDU	UFMS-HUMAP	UFPE-HDCDR	UFPI-HUDP	UFPR-HDCDC	UFRJ-HUCFF	UFRN-HUOL	UFTM-HEDTM	UFU-HDCDU	UnB-HUDB	UNIFESP-HSP	UNIVASF-HUDP	TOTAL
						QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	QTD Anual	
1	ELETRODO DE MARCAPASSO, BIPOLAR, ENDOCARDICO, COM FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL)/PASSIVA, COM CORTICOIDE, DIAMETRO MAXIMO DE 7 F, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO: IS-1/VS-1.	UNIDADE	363708	07.02.04.024-0	LOTE 01	24	240	84	600		120	50		60	120	40	120	600		10	30		2098
2	GERADOR DE MARCAPASSO BICAMERAL, COM RESPOSTA DE FREQUENCIA POR ACELEROMETRIA:1- CARACTERISTICAS:- CONECTOR IS-1, COMPATIVEL COM 3.2MM;- COMPATIVEL COM ELETRODOS BIPOLARES E UNIPOLARES;2- RECURSOS PROGRAMAVEIS: - MUDANCA AUTOMÁTICA DE MODO ("MODE SWICHT"); GERENCIAMENTO DE CAPTURA VENTRICULAR;- AJUSTE DA SENSIBILIDADE ATRIAL E VENTRICULAR;- FREQUENCIA;- LARGURA DE PULSO;- AMPLITUDE DE PULSO;- HISTERESE;- SENSIBILIDADE;- PERIODO REFRACTARIO;3- TERAPIA DE DIAGNOSTICO:- FUNCOES DE DIAGNOSTICO;- HISTOGRAMA;- CONTADORES (PERCENTAGEM DOS BATIMENTOS SENTIDOS E DETECTADOS).	UNIDADE	396788	07.02.04.041-0	LOTE 01	24	120	24	43	150	15	50	40	30	72		60	300	280	20	50	12	1290
3	INTRODUTOR DE PUNCAO PARA IMPLANTACAO DE ELETRODO ENDOCARDICO. INTRODUTOR DESCARTAVEL, BIPARTIDO, ESTERIL, PERFIL SISTEMA IMPLANTAVEL, USO UNICO, CALIBRE DE 7 A 11 F;- PARA USO EM VEIA SUBCLAVIA OU JUGULAR;- KIT CONSISTINDO DE: DILATADOR VENOSO COM INTRODUTOR; FIO GUIA; AGULHA PARA PUNCAO; SERINGA DESCARTAVEL.	UNIDADE	414098	07.02.04.040-1	LOTE 01	24	240	12	600		50	25		60	144	40	120	260		40	30		1645
4	ELETRODO DE MARCAPASSO, BIPOLAR, ENDOCARDICO, COM FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL)/PASSIVA, COM CORTICOIDE, DIAMETRO MAXIMO DE 7 F, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO: IS-1/VS-1.	UNIDADE	363708	07.02.04.024-0	LOTE 02	24	84	12	100		120	75		60	120	40	12	120		10	30		807
5	GERADOR DE MARCAPASSO CAMARA UNICA, COM RESPOSTA DE FREQUENCIA POR ACELEROMETRIA:1- CARACTERISTICAS:- CONECTOR IS-1, COMPATIVEL COM 3.2MM;- COMPATIVEL COM ELETRODOS BIPOLARES E UNIPOLARES;2- RECURSOS PROGRAMAVEIS: - MECANISMO DE CONFIRMACAO AUTOMATICA DO DEBITO; - AJUSTE AUTOMATICO DA SENSIBILIDADE VENTRICULAR;- FREQUENCIA;- LARGURA DE PULSO;- AMPLITUDE DE PULSO;- HISTERESE;- SENSIBILIDADE;- PERIODO REFRACTARIO; - HOLTTER DE 24H; GERENCIAMENTO DE CAPTURA VENTRICULAR; - DETECCAO AUTOMÁTICA DE IMPLANTE; - FUNCOES DE DIAGNOSTICO;- HISTOGRAMA;- CONTADORES (PERCENTAGEM DOS BATIMENTOS SENTIDOS E DETECTADOS);4- CARACTERISTICAS FISICAS;- TITANIO, POLIURETANO E SILICONE;- BATERIA DE LITIO.	UNIDADE	396784	07.02.04.042-8	LOTE 02	24	84	12	36	10	15	25	20	30	72		12	60	80	10	12		502
6	INTRODUTOR DE PUNCAO PARA IMPLANTACAO DE ELETRODO ENDOCARDICO. INTRODUTOR DESCARTAVEL, BIPARTIDO, ESTERIL, PERFIL SISTEMA IMPLANTAVEL, USO UNICO, CALIBRE DE 7 A 11 F;- PARA USO EM VEIA SUBCLAVIA OU JUGULAR;- KIT CONSISTINDO DE: DILATADOR VENOSO COM INTRODUTOR; FIO GUIA; AGULHA PARA PUNCAO; SERINGA DESCARTAVEL.	UNIDADE	414098	07.02.04.040-1	LOTE 02	24	84	168	600		100	50		60	144	40	12	80		40	30		1432

7	MARCAPASSO MULTISSITIO (RESSINCRONIZADOR):- GERADOR DE PULSO TRICAMERAL, BI-VENTRICULAR (ATRIO DIREITO, VENTRICULO DIREITO E SEIO CORONARIANO PARA ESTIMULACAO VENTRICULAR ESQUERDA); MULTIPROGRAMAVEL; - RESPONSIVO; - SENSOR ACELEROMETRO; - AMPLITUDE MAXIMA DE NO MINIMO 7.5 V; - PROGRAMACAO INDEPENDENTE DE AMPLITUDE E LARGURA DE PULSO PARA ATRIO, VENTRICULO DIREITO E VENTRICULO ESQUERDO; - PROGRAMACAO DE POLARIDADE UNIPOLAR E BIPOLAR PARA SENSIBILIDADE E ESTIMULACAO; - HISTOGRAMAS E CONTADORES COM TABULACAO DE EVENTOS CLINICOS; - MEMORIA PERMANENTE PARA ARMAZENAR DADOS DO PACIENTE E DO IMPLANTE.	UNIDADE	396765	07.02.04.043-6	LOTE 03	12	60	48	70	6	48	2	60	100	40	10	4	5	465		
8	SISTEMA DE ELETRODOS PARA ESTIMULACAO DE SISTEMA MULTISSITIO. CONJUNTO COMPOSTO ELETRODOS, EM TITANIO, UNI/BIPOLAR, PARA ESTIMULACAO MULTI-SITIO DISPONIVEL NOS MODELOS: A) ELETRODO PARA SEIO CORONARIO (SIST. OVER THE WIRE) , SENDO QUE O MOD. UNIPOLAR, DE FIXACAO PASSIVA , COM ESTEROIDE, DIAMETRO MAX. DE 6 F, COMP. DE MIN. DE 75 CM, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS-1/VS-1, E O MOD. BIPOLAR, FIXACAO PASSIVA, COM ESTEROIDE, DIAMETRO MAX. DE 6F, COMP. DE MIN. DE 75 CM, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS1/VS1; B) ELETRODO ENDOCARDICOS FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL) PASSIVA, COM CORTICOIDE, DIAM. MAX. DE 7F, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS-1/VS; C) EPICARDICO COM ISOLAMENTO, CURTO/LONGO, CONECTOR IS-1/VS1. (FORNECEDOR DEVERA SEMPRE DISPONIB. TODOS OS MODELOS NO ATO CIRURGICO). CATETER BALAO BIOCAMPATIVEL, CONJ. BAINHAS E GUIA	UNIDADE	342329	07.02.04.059-2	LOTE 03	12	60	10	70	12	48	4	60	140	70	10	4	10	510		
9	CARDIODEFIBRILADOR COM MULTI-SITIO (RESSINCRONIZADOR):- MARCAPASSO MULTI-SITIO E DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR IMPLANTAVEL, AMBOS EM UM MESMO APARELHO;- CAPACIDADE DE PROGRAMACAO INDEPENDENTE DAS CAMARAS ESTIMULADAS E DAS CAMARAS SENTIDAS;- TESTES DE LIMAR DE CAPTURA DE VENTRICULO DIREITO E VENTRICULO ESQUERDO INDEPENDENTES;- FREQUENCIA DE HISTERESE NO INTERVALO AV/PV;- DIAGRAMA CONTENDO OS ULTIMOS EPISODIOS COM INFORMACAO DETALHADA;- TERAPIA MAAXIMA DE CHOQUE: DE NO MIANIMO 35 JOULES ENTREGUES;- LARGURA DE PULSO E AMPLITUDE DE PULSO INDEPENDENTES NO VENTRICULO DIREITO E VENTRICULO ESQUERDO.- ACOMPANHA ELETRODO PARA CARDIODEFIBRILADOR COMPOSTO DE:- ELETRODO ENDOCARDICO BIPOLAR COM CORTICOIDE;- DUPLO COIL;- FIXACAO RETRATIL (ATIVA) OU PASSIVA (ALETAS):- COMPRIMENTO: ELETRODO 58 A 65 CM; - COM ISOLAMENTO.	UNIDADE	396795	07.02.04.004-5	LOTE 04	6	24	43	10	30	5	6	48	2	24	40	30	10	2	280	
10	ELETRODO DE MARCAPASSO, BIPOLAR, EPICARDICO, COM CORTICOIDE , COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO: IS-1/VS-1. CURTO - COMPRIMENTO MINIMO DE 35 CM OU LONGO - COMPRIMENTO MINIMO 50 CM.	UNIDADE	363707	07.02.04.025-8	LOTE 04	6	24	72	30	25	15	12	96	1	24	80	20	5	2	8	420

11	SISTEMA DE ELETRODOS PARA ESTIMULACAO DE SISTEMA MULTISSITIO. CONJUNTO COMPOSTO ELETRODOS, EM TITANIO, UNI/BIPOLAR, PARA ESTIMULACAO MULTI-SITIO DISPONIVEL NOS MODELOS: A) ELETRODO PARA SEIO CORONARIO (SIST. OVER THE WIRE) , SENDO QUE O MOD. UNIPOLAR, DE FIXACAO PASSIVA , COM ESTEROIDE, DIAMETRO MAX. DE 6 F, COMP. DE MIN. DE 75 CM, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS-1/VS-1, E O MOD. BIPOLAR, FIXACAO PASSIVA, COM ESTEROIDE, DIAMETRO MAX. DE 6F, COMP. DE MIN. DE 75 CM, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS1/VS1; B) ELETRODO ENDOCARDICOS FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL) PASSIVA, COM CORTICOIDE, DIAM. MAX. DE 7F, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS-1/VS; C) EPICARDICO COM ISOLAMENTO, CURTO/LONGO, CONECTOR IS-1/VS1. (FORNECEDOR DEVERA SEMPRE DISPONIB. TODOS OS MODELOS NO ATO CIRURGICO). CATETER BALAO BIOCOMPATIVEL, CONJ. BAINHAS E GUIA	UNIDADE	342329	07.02.04.059-2	LOTE 04		6	60	36		30		12	48	4	24	80		10	4		314	
12	CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) DE CAMARA DUPLA:- ANTIBRADICARDIA E ANTITAQUICARDIA;- COMPOSTO DE UM CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR AUTOMATICO IMPLANTAVEL, COM MARCAPASSO CAMARA DUPLA E RESPOSTA DE FREQUENCIA;- PORTICOS DE DESFIBRILACAO DF-1;- PORTICO DE ESTIMULACAO E SENSE VENTRICULAR IS-1 BIPOLAR;- PORTICO DE ESTIMULACAO E SENSE ATRIAL IS-1 BIPOLAR. TIPOS: DDDR/DDSR	UNIDADE	396794	07.02.04.005-3	LOTE 05	24	12	84	60	17	150		5	6	48	4	24	70	80	10	4	3	601
13	ELETRODO DE MARCAPASSO, BIPOLAR, ENDOCARDICO, COM FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL)/PASSIVA , COM CORTICOIDE, DIAMETRO MAXIMO DE 7 F, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO: IS-1/VS-1.	UNIDADE	363708	07.02.04.024-0	LOTE 05	24		48	100	340	120	25	120	12	96	40	24	140	450	10	30	24	1603
14	ELETRODO PARA CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR, BIPOLAR, ENDOCARDICO, DUPLO COIL, COM FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL) , COM CORTICOIDE, DIAMETRO MAXIMO DE 9 F, COM ISOLAMENTO, 02 (DOIS) CONECTORES TIPO: IS-1/VS-1, 02 (DOIS) CONECTORES DF-1.	UNIDADE	346939	07.02.04.023-1	LOTE 05	24	12	5	50		15		12	96	7	24	140	80	10	2		477	
15	INTRODUTOR DE PUNCAO PARA IMPLANTACAO DE ELETRODO ENDOCARDICO. INTRODUTOR DESCARTAVEL, BIPARTIDO, ESTERIL, PERFIL SISTEMA IMPLANTAVEL, USO UNICO, CALIBRE DE 7 A 11 F:- PARA USO EM VEIA SUBCLAVIA OU JUGULAR;- KIT CONSISTINDO DE: DILATADOR VENOSO COM INTRODUTOR; FIO GUIA; AGULHA PARA PUNCAO; SERINGA DESCARTAVEL.	UNIDADE	414098	07.02.04.040-1	LOTE 05	24	24	5	50		50	25		12	120	40	48	100		40	30		568
16	CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) DE CAMARA UNICA;- ANTIBRADICARDIA E ANTITAQUIARRITMIA;- COMPOSTO DE UM CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR AUTOMATICO IMPLANTAVEL;- COM MARCAPASSO CAMARA UNICA E RESPOSTA DE FREQUENCIA;- PORTICOS DE DESFIBRILACAO DF-1;- PORTICO DE ESTIMULACAO E SENSE VENTRICULAR IS-1 BIPOLAR.	UNIDADE	396793	07.02.04.005-3	LOTE 06	24	12	5	120		120		5	6	48	4	24	50	20	5	1	3	447
17	ELETRODO PARA CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR, BIPOLAR, ENDOCARDICO, DUPLO COIL, COM FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL) , COM CORTICOIDE, DIAMETRO MAXIMO DE 9 F, COM ISOLAMENTO, 02 (DOIS) CONECTORES TIPO: IS-1/VS-1, 02 (DOIS) CONECTORES DF-1.	UNIDADE	346939	07.02.04.023-1	LOTE 06	24	12	84	50	30	30		15	12	96	7	24	100		10	2	10	506

18	INTRODUTOR DE PUNCAO PARA IMPLANTACAO DE ELETRODO ENDOCARDICO. INTRODUTOR DESCARTAVEL, BIPARTIDO, ESTERIL, PERFIL SISTEMA IMPLANTAVEL, USO UNICO, CALIBRE DE 7 A 11 F;- PARA USO EM VEIA SUBCLAVIA OU JUGULAR;- KIT CONSISTINDO DE: DILATADOR VENOSO COM INTRODUTOR; FIO GUIA; AGULHA PARA PUNCAO; SERINGA DESCARTAVEL.	UNIDADE	414098	07.02.04.040-1	LOTE 06	24	24	48	50	370	50	50		12	120	40	24	600	500	40	30	48	2030
----	---	---------	--------	----------------	---------	----	----	----	----	-----	----	----	--	----	-----	----	----	-----	-----	----	----	----	------